



Všetci uchádzači zaradení do  
ID 36478  
(prostredníctvom systému JOSEPHINE)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO2-2023/004220-006

Vybavuje

Mgr. Petronela Pitoňáková

Bratislava

03.11. 2023

**Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok\_DNS“ v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „**Špeciálna technika a príslušenstvo**“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSPEHINE, na Elektronicknej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

**Otázka č. 1**

Pri položke č. 1 obstarávateľ požaduje automatický metalografický lis s parametrom „Pre zapuzdrenie, zalievanie metalografických vzoriek, priemer lisovacej formy v rozsahu 20 - 50 mm“.

Máme za to, že na trhu neexistuje model automatického metalografického lisu, ktorý má menšiu zalievaciu formu ako 1“ t.j. 25,4 mm.

Bude obstarávateľ akceptovať model, ktorý má lisovacie formy v rozsahu 25,4 mm – 50 mm ?

**Odpoveď k otázke č.1**

Verejný obstarávateľ uvádza, že bude akceptovať model v rozsahu 25,4 mm – 50 mm.

S pozdravom

.....  
Mgr. Ľubomír Kubička  
riaditeľ odboru verejného obstarávania  
SE MV SR