



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
R-3777/OVO-1086/23/Ja

v Martine, dňa:
11.10.2023

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov k výzve na predkladanie ponúk na „**Viacúčelový UNI vozík – 1ks**“, v rámci zriadeného dynamického nákupného systému na „Zdravotnícky nábytok“ (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 19.12.2022 pod číslom 2022/S 244-704413 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 pod evid. č. 50614 - MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1:

Dobrý deň prajem, mám otázku k bodu 6. vo vašom opise zákazky, ohľadom „možnosti voľby farby – min. zásuviek – zelená farba“. My tie farby na týchto vozíkoch dosahujeme jedine rôznofarebnými identifikačnými štítkami po celej šírke zásuvky (k dispozícii v 9 farbách: červená, zelená, žltá, modrá, fialová, sivá, oranžová, ružová a biela), či by Vám to stačilo.... Bolo by asi na škodu premaľovať vysokokvalitný nerez AISI304.

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať akúkoľvek farbu vozíka. Vysokokvalitná nerez je úplne v poriadku.

V nadväznosti na uvedené verejný obstarávateľ vypúšťa bod 6. minimálnej technickej špecifikácie.

Otázka č.2:

A taktiež mám otázku ohľadom bodu 4. ohľadom „pracovnej plochy nerezovej“, náš dodávateľ kvôli odľahčeniu vozíka a ľahšiemu čisteniu rohov, aby sa nezanášali ostré hrany nečistotami, tak vyrába pracovnú dosku na nerezových vozíkoch už len z lisovaného plastu ABS s možnosťou prekrytia ABS plochy pripevniteľnou nerezovou doskou / platňou za

účelom ochrany pracovnej ABS plochy. Takáto nerezová platňa sa dá aj dodatočne po rokoch používania vozíka a prípadnom poškodení, či zmene vzhľadu samostatne objednať a vymeniť. Mám teda otázku, či aj ABS pracovnú plochu s prekrytím nerezovou platňou považujete za nerezovú pracovnú plochu.

Odpoveď č.2:

Vozík aj plochy na ňom, majú byť z materiálu, ktorý znesie denné ošetrovanie dezinfekčnými prostriedkami. To isté platí aj pre pracovnú dosku. Pokiaľ je to materiál, ktorý je hladký, neporézny a znesie pravidelnú dezinfekčnú záťaž, je akceptovateľný akýkoľvek materiál.

V nadväznosti na uvedené verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 4. nasledovne: „pracovná plocha s prelisom alebo trojstrannou ohrádkou, hladká, neporézna, dezinfikovateľná štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve“.

V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 23.10.2023 do 10,00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 23.10.2023 o 13,00 hod.

S pozdravom

.....
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA
riaditeľ UNM

Príloha: upravená Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky
upravená Príloha č.3 – Návrh kúpnej zmluvy