



Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.

P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice



Všetkým zájemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / ☎

Košice

26.02.2024

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom Európskeho vestníka pod č. 2024/S 22-64132 zo dňa 31.01.2024 a Vestníka pre verejné obstarávanie č. 23/2023 zo dňa 01.02.2024 pod ozn. 3070 - MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je

„Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom pre arytmiologickú implantačnú sálu“.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená od jedného zo záujemcov žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka č. 1:

V prílohe č. 5 Súťažných podkladov - Špecifikácia predmetu zákazky, v časti 7. Monitor vo vyšetrovni, bod 7.1. požadujete:

Medicínsky LCD HD farebný monitor s uhlopriečkou min. 57" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m², kontrast minimálne 1: 1400 s možnosťou:...

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj novší typ monitora v nasledovnej konfigurácii?

Medicínsky HD farebný monitor s uhlopriečkou min. 54" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m², kontrast minimálne 725: 1 s možnosťou:...

Odpoveď na otázku č. 1:

Trváme na pôvodnej technickej špecifikácii.