



Všetci uchádzači zaradení do  
ID 36478  
(prostredníctvom systému JOSEPHINE)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO2-2023/004220-007

Vybavuje

Mgr. Petronela Pitoňáková

Bratislava

02.11.2023

### Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok\_DNS“ v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Forenzné svietidlá a príslušenstvo“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE, na Elektronicknej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

#### Otázka č. 1

v súťažných podkladoch k výzve FS\_JK  
k bode 22.4.1.1:

Verejný obstarávateľ stanovuje termín na predvedenie predmetu zákazky ako termín primeraný. Termín max. 5 dni však podľa nášho názoru nie je primeraný, nakoľko položky predmetu zákazky sa nevyrábajú na Slovensku a dodacie termíny všetkých dodávateľov sú okolo 30 dní. Aj z hľadiska lehoty dodania 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy je 5 dní na predvedenie položiek predmetu zákazky podľa nás neprimeraná doba. Žiadame predĺžiť na 45 dní.

#### Odpoveď k otázke č.1

Verejný obstarávateľ uvádza, že mení lehotu na predvedenie položiek predmetu zákazky z 5 dní na 45 dní.

#### Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii uviedol pri položke č.1 povrchovú úpravu rukoväte : plast odolný rozpúšťadlám, kyselinám a zásadám. Pri ostatných položkách takúto úpravu nepožaduje. Väčšina výrobcov vyrába rukoväte zo zliatin hliníka. Dôraz je skôr na odolnosť voči pádu, nakoľko svietidlá sa držia v ruke v určitej výške. Bude verejný obstarávateľ súhlasiť aj s rukoväťou zo zliatin hliníka , prípadne poplastovaným hliníkom alebo len celoplastovým svietidlom.

#### Odpoveď k otázke č.2

Ak je v špecifikácii uvedený „Plast odolný voči rozpúšťadlám, kyselinám a zásadám, napr. niektorý z fluóropolymérov; povrch umožňujúci jednoduché čistenie a dekontamináciu prípravkami na ničenie buniek obsahujúcich DNA“, tak verejný obstarávateľ **trvá na plaste**. Najmä z dôvodu bezpečnosti obstarávateľ trvá pri tejto položke na elektricky nevodivom materiáli rukoväte, teda **nie hliník a jeho zliatiny**.

### Otázka č. 3

Verejný obstarávateľ podľa súťažných podkladov žiada predviesť funkčnosť položiek predmetu zákazky do 5 pracovných dní. Podľa našej spoločnosti je táto doba neprimerane krátka, vie ju splniť len firma, ktorá má uvedené položky pripravené na sklade. Žiadame Vás o predĺženie tejto lehoty, nakoľko si myslíme, že je pre väčšinu firiem nespĺniteľná.

### Odpoveď k otázke č.3

Verejný obstarávateľ zodpovedal, viď. odpoveď k otázke č. 1.

### Otázka č. 4

V bode 22.4.

Verejný obstarávateľ uviedol termín na predvedenie predmetu zákazky max. 5 dni a zároveň uvádza tento termín ako primeraný. Podľa nášho názoru tento termín nie je primeraný, nakoľko jednotlivé položky predmetu zákazky sa vyrábajú v zahraničí a termíny dodávok sú 30 až 60 dní čo verejný obstarávateľ veľmi správne premietol do lehoty dodania 6 až 12 mesiacov. Z hľadiska lehoty dodania 6 až 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy a termínu dodávok jednotlivých zariadení je 5 dní na predvedenie jednotlivých položiek predmetu zákazky podľa nás neprimeraná doba. Žiadame predĺžiť na 30 alebo viac dní.

### Odpoveď k otázke č.4

Verejný obstarávateľ zodpovedal, viď. odpoveď k otázke č. 1.

### Otázka č. 5

Verejný obstarávateľ požaduje pri položkách č.1,č3,č.4,č.6 vode odolný a nárazu vzdorný plastový kufr s možnosťou uzamknutia visiacim zámkom. Bude akceptovať aj zámok s číselným kódom?

### Odpoveď k otázke č.5


Áno, v špecifikácii sa uvádza „visiaci zámok“, či bude uzamykaný kľúčom alebo číselným kódom nie je špecifikované, takže oba systémy sú akceptovateľné.

### Otázka č. 6

Verejný obstarávateľ požaduje pri položke č.1 maximálnu šírku pásma žiarenia pre každé farebné spektrum pri 50% výkone menej ako 30 nm. Ako máme postupovať, keď nami ponúkaný predmet zákazky nemá možnosť nastaviť 50 % intenzitu osvetlenia, spĺňa však Možnosť nastavenie intenzity osvetlenia v 5.úrovních?

### Odpoveď k otázke č.6

V tomto prípade ide o štandardný technický parameter (*FWHM* - *full width at half maximum*), ktorý výrobcovia *FLS* (*Forensic Light Sources*) uvádzajú vo svojej technickej dokumentácii. Ak výrobok nemá možnosť nastaviť 50 % intenzitu vyžarovania, neznamená to, že výrobca v laboratórnych podmienkach nevie odmerať šírku pásma pri 50 % výkone.



**Otázka č. 7**

Verejný obstarávateľ požaduje pre väčšiu časť predmetu zákazky transportný kufor . Nepožaduje však pri položke č.2, avšak požaduje možnosť použitia tejto položky aj na mieste činu. Neopomenul doplniť požiadavku na transportný kufor pri tejto položke ? bude akceptovať položku bez transportného kufra ?

**Odpoveď k otázke č.7**

Pri položke č. 2 sa transportný kufor nepožaduje, takže táto položka je akceptovateľná bez transportného kufra.

**Otázka č. 8**

Verejný obstarávateľ tak isto nepožaduje žiadny transportný obal na položku č.7, ktorá sa transportuje na miesto činu. Bude akceptovať položku č.7 bez obalu ?

**Odpoveď k otázke č.8**

Pri položke č. 7 sa transportný obal nepožaduje, takže táto položka je akceptovateľná bez transportného obalu.

S pozdravom

.....  
Mgr. Ľubomír Kubička  
riaditeľ odboru verejného obstarávania  
SE MV SR