

Príloha č. 1 SP

Identifikačné údaje uchádzača

Názov predmetu zákazky:

Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača: **Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.**
Sídlo uchádzača: Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO: 31412971
DIČ: 202 03 95 476

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Lukáček
Telefónne číslo: 907 732 034
E-mail: rastislav.lukacek@fmc-ag.com

Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu

Meno a priezvisko: **Mgr. Rastislav Lukáček**
Telefónne číslo: 0907 732 034
E-mail: rastislav.lukacek@fmc-ag.com

V: Piešťanoch

Dňa: 1.12.2023

Ing. René Kolár
.....
Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 2 SP

Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní

Názov predmetu zákazky:

Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu

UYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača: **Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.**

Sídlo uchádzača: Teplická 99, 921 01 Piešťany

IČO: 31412971

DIČ: 202 03 95 476

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predložennom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V: Piešťanoch

Dňa: 1.12.2023

Ing. René Kolár

Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 3 SP

Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok

Názov predmetu zákazky:

Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Obchodný názov uchádzača: **Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.**

Sídlo uchádzača: Teplická 99, 921 01 Piešťany

IČO: 31412971

DIČ: 202 03 95 476

Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad **SÚHLASÍ**.

V: Piešťanoch

Dňa: 1.12.2023

Ing. René Kolár

Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 4 k SP

Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov

Názov predmetu zákazky:

Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu

Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov

Obchodný názov uchádzača: **Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.**

Sídlo uchádzača: Teplická 99, 921 01 Piešťany

IČO: 31412971

DIČ: 202 03 95 476

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- som neposkytol a neposkytnem akejkolvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

V: Piešťanoch

Dňa: 1.12.2023

Ing. René Kolár

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka uchádzača

Názov predmetu zákazky:

Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu**Špecifikácia predmetu zákazky**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Hemodialyzačný prístroj			
1.	Multifunkčný mobilný systém pre liečbu akútneho zlyhania obličiek, automatizovaný prístroj.	spĺňa	
2.	Farebná LCD obrazovka aspoň 10" s dotykovým ovládaním s údajmi o terapii, grafické zobrazenie základných parametrov už na domovskej obrazovke.	spĺňa	
3.	Jednoduchá obsluha a setovanie.	spĺňa	
4.	Univerzálna hemodiafiltračná súprava alebo samostatné súpravy podľa spôsobu antikoagulácie, vrátane hemofiltera, ktoré umožňujú vykonať všetky techniky kontinuálnej dialýzy.	spĺňa	
5.	Obsažný a zrozumiteľný systém nápoedy počas terapie (grafická a textová nápoeda).	spĺňa	
6.	Heparínová antikoagulácia – Integrovaný lineárny dávkovač s ovládaním rýchlosti infúzie priamo na hlavnom displeji	spĺňa	
7.	Citrátová antikoagulácia (RCA) - integrovaný do systému pre liečbu akútneho zlyhania obličiek; podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítavaný v celkovej bilancii tekutín.	spĺňa	
8.	Detektor úniku krvi.	spĺňa	
9.	Detektor vzduchu.	spĺňa	
10.	Automatická regulácia venóznej hladiny vo venóznej banke pred detektorom vzduchu.	spĺňa	
11.	Možnosť ohrevu pacienta dialyzačným prístrojom.	spĺňa	
12.	Zabudovaný záložný akumulátor, ktorý v prípade výpadku elektrickej energie zabezpečí dostatočný čas na vrátenie krvi pacientovi a prípravu na vypnutie prístroja	spĺňa	
13.	Priebežné meranie prevádzkových tlakov, alarmy pri prekročení nastavených limitov	spĺňa	
14.	Veľkokapacitná váha.	spĺňa	
15.	Komunikácia s obsluhou v slovenskom alebo českom jazyku.	spĺňa	
16.	Automatický test v dĺžke trvania do 10 min.	spĺňa	
17.	Minimálne šesťpumpový systém.	spĺňa	

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

18	Objem mimotelového krvného obehu (set, kapilára) do 250 ml krvi.	spĺňa	
19	Prístroj umožňujúci prerušenie terapie na dobu viac ako 4 hodiny - dočasné odpojenie pacienta (napr. z dôvodu vyšetrenia alebo operácie) a následné pokračovanie v terapii.	spĺňa	
20	Automatické plnenie a preplachovanie setov.	spĺňa	
21	Krvný systém alebo účinný algoritmus detekcie nepriechodnosti alebo nepripojenia snímačov prevádzkových tlakov.	spĺňa	
22	Spotrebný materiál v kompletných sadách.	spĺňa	
23	Minimálny rozsah dávky citrátu na 1 l. krvi pri citrátových terapiách (1,5 až 2 mmol - 6,0 mmol).	spĺňa	
24	Automatický prepočet a úprava rýchlosti dávkovania citrátu a kalcia pri zmene parametrov terapie.	spĺňa	
25	Automatické započítanie podaných objemov do celkovej bilancie prístroja - automatické bilancovanie tekutín.	spĺňa	
26	Možnosť manipulácie s prístrojom v priebehu terapie bez toho, aby bolo narušené bilancovanie roztokov a antikoagulácie.	spĺňa	
27	Možnosť manuálneho prenastavenia tlakových alarmových hraníc.	spĺňa	
28	Pri prekročení hodnoty tlakového alarmu a jeho následnom spontánnom návrate do prednastaveného intervalu sa automaticky obnoví prevádzka liečby.	spĺňa	
Terapeutické spektrum:			
1.	Kontinuálna venovenózna hemofiltrácia (CVVH).	spĺňa	
2.	Kontinuálna venovenózna hemodialýza (CVVHD).	spĺňa	
3.	Kontinuálna venovenózna hemodiafiltrácia (CVVHDF).	spĺňa	
4	Plne automatizovaná citrátová antikoagulácia pri terapiách CVVHD, CVVHDF, prípadne aj CVVH.	spĺňa	
5	Metóda TPE (terapeutická výmena plazmy).	spĺňa	
6	Špeciálny režim počas starostlivosti o pacienta (napr. pri toalete a zmenách jeho polohy): dočasné zníženie prietoku krvi, zastavenie bilancovania a rozšírené tlakové limity.	spĺňa	
Položka č. 2 - Súprava pre hemodialyzačný prístroj na citrátovú antikoaguláciu			
1.	Požaduje sa spotrebný materiál v kompletných sadách.	spĺňa	
2.	Plocha hemofiltera v rozmedzí: 0,8 - 2,0 m ² .	spĺňa	
3.	Prietok krvi v rozmedzí minimálne 80 - 200 ml/min.	spĺňa	
4.	Materiál membrány: polysulfón alebo ekvivalent.	spĺňa	
5	Hadicový set musí byť kompatibilný s daným hemodialyzačným monitorom a hemofiltrom.	spĺňa	
6	Možnosť použiť antikoaguláciu citrátovú.	spĺňa	

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

7	Účinná antikoagulácia celého okruhu, t.j. napojenie citrátu na prístupovú linku a kalcia na návratovú linku do 20 cm od napojenia pacienta.	spĺňa	
8	Požaduje sa spotrebný materiál v kompletných sadách, ktorý musí byť kompatibilný s kontinuálnym hemodialyzačným prístrojom, ktorý uchádzač ponúka.	spĺňa	
Položka č. 3 - Súprava pre hemodialyzačný prístroj na heparínovú antikoaguláciu			
1.	Požaduje sa spotrebný materiál v kompletných sadách.	spĺňa	
2.	Plocha hemofiltera v rozmedzí: 0,8 - 2,0 m ² .	spĺňa	
3.	Prietok krvi v rozmedzí minimálne 80 - 200 ml/min.	spĺňa	
4.	Materiál membrány: polysulfón alebo ekvivalent.	spĺňa	
5	Hadicový set musí byť kompatibilný s daným hemodialyzačným monitorom a hemofiltrom.	spĺňa	
6	Možnosť použiť antikoaguláciu heparínovú.	spĺňa	
7	Požaduje sa spotrebný materiál v kompletných sadách, ktorý musí byť kompatibilný s kontinuálnym hemodialyzačným prístrojom, ktorý uchádzač ponúka.	spĺňa	
Položka č. 4 - Vak náhradný/odpadový 5 l			
1.	Vak náhradný/odpadový minimálne 5 l.	spĺňa	
Položka č. 5 - Pozáručný servis pre položku č. 1 na obdobie 60 mesiacov bez náhradných dielov			
1.	Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve verejného obstarávateľa.	spĺňa	
2	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcom.	spĺňa	
3	Plán údržby a revízií.	spĺňa	
4	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou verejného obstarávateľa.	spĺňa	
5	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.	spĺňa	
6	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.	spĺňa	
7	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu.	spĺňa	
8	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy.	spĺňa	
9	Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s verejným obstarávateľom.	spĺňa	
10	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00 hod.	spĺňa	
11	Používanie len originálnych náhradných dielov.	spĺňa	

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Teplická 99, 921 01 Piešťany

IČO:

31412971

DIČ:

202 03 95 476

V: Piešťanoch

Dňa: 1.12.2023

Ing. René Kolár

Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Príloha č. 6 SP

Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Názov predmetu zákazky:

Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu**KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**

Por. č.	Názov položky	Mer. jed. (MJ)	Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)	Jednotková cena za MJ v EUR				Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR		
				bez DPH	sadzba DPH v %	DPH v EUR	s DPH	bez DPH	DPH v EUR	s DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Hemodialyzačný prístroj	ks	5	19 700,00	20%	3 940,00	23 640,00	98 500,00	19 700,00	118 200,00
2.	Súprava pre hemodialyzačný prístroj na citrátovú antikoaguláciu	ks	340	130,00	20%	26,00	156,00	44 200,00	8 840,00	53 040,00
3.	Súprava pre hemodialyzačný prístroj na na heparínovú antikoaguláciu	ks	140	135,00	20%	27,00	162,00	18 900,00	3 780,00	22 680,00
4.	Vak odpadový 10 L	ks	3 350	10,00	20%	2,00	12,00	33 500,00	6 700,00	40 200,00
5.	Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)	mes.	60	330,00	20%	66,00	396,00	19 800,00	3 960,00	23 760,00
SPOLU za predmet zákazky :								214 900,00		257 880,00

Doplňujúce informácie:

1	Termín dodania prístroja	60	pracovných dní
2	Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby	40,00 bez DPH	na hodinu
3	Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č. 1 ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%.	5%	zľava

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Teplická 99, 921 01 Piešťany

IČO:

31412971

DIČ:

202 03 95 476

V: Piešťanoch

Dňa: 1.12.2023

Ing. René Kolár

Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

Názov predmetu zákazky:
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu

Sortiment ponúkaného tovaru

Položka č. 1 - Hemodialyzačný prístroj

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	CPV kód	ŠUKL	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR			Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
									bez DPH	sadzba DPH v %	s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	multiFiltrate PRO	Fresenius Medical Care KG&Co KGaA	M205001	33181100-3 51410000-9	P 3126A		nie	1	19 700,00	20%	23 640,00	5

Doplňujúce informácie:

1	Termín dodania prístroja	60	pracovných dní
2	Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby	40,00 EUR	na hodinu
3	Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č. 1 ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%.	5%	zľava

Položka č. 2 - Súprava pre hemodialyzačný prístroj na citrátovú antikoaguláciu

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	CPV kód	ŠUKL	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR			Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
									bez DPH	sadzba DPH v %	s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	multiFiltratePRO – Kit Ci-Ca HD 1000	Fresenius Medical Care KG&Co KGaA	F00000463	33181520-3	P3128A		nie	1	130,00	20%	156,00	340
	multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca HD 1000	Fresenius Medical Care KG&Co KGaA	F00008264		P1550A		nie	1	130,00	20%	156,00	
	multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca HD EMiC2	Fresenius Medical Care KG&Co KGaA	F00000462		P1550A		nie	1	130,00	20%	156,00	
	multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca HDF 1000	Fresenius Medical Care KG&Co KGaA	F00008266		P1550A		nie		130,00	20%	156,00	
	multiFiltratePRO – Kit Ci-Ca HDF 1000	Fresenius Medical Care KG&Co KGaA	F00005329		P3128A		nie	1	130,00	20%	156,00	

Položka č. 3 - Súprava pre hemodialyzačný prístroj na heparínovú antikoaguláciu

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	CPV kód	ŠUKL	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR			Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
									bez DPH	sadzba DPH v %	s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	multiFiltratePRO – Kit HDF 1000	Fresenius Medical Care KG&Co KGaA	F00000461	33181520-3	P3128A		nie	1	135,00	20%	162,00	140
	multiFiltratePRO – Kit HDF 600	Fresenius Medical Care KG&Co KGaA	F00000460	33181520-3	P3128A		nie	1	135,00	20%	162,00	

Položka č. 4 - Vak náhradný/odpadový min. 5 l

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	CPV kód	ŠUKL	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR			Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
									bez DPH	sadzba DPH v %	s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Filtrate bag 10 L	Fresenius Medical Care KG&Co KGaA	5029011	33181520-3	P 82472		nie	1	10,00	20%	12,00	3 350

Položka č. 5 - Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	CPV kód	ŠUKL	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR			Predpokladané množstvo MJ
									bez DPH	sadzba DPH v %	s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Pozáručný servisný paušál bez ND	Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.		50421000-2			nie	mes.	330,00	20%	396,00	60

V: Piešťanoch
Dňa: 1.12.2023

Ing. René Kolár
Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov