

	Oprava a overenie meračov tepla a vodomery na TV a SV	Číslo obstarávania: 23/2/3/38
---	--	----------------------------------

Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu zákazky

Rozsah diela:

1. Opravy (kontrola, vyčistenie, výmena batérie, nulovanie kalorimetrického počítadla) a metrologické overenie kalorimetrických počítadiel

TYP	Plánovaný počet za rok 2024
Multical 66, 601,602, 603	1046
SPOLU	1046

- u kalorimetrických počítadiel požadujeme výmenu batérií, prípadne po vzájomnej dohode na základe našej požiadavky aj opravu prípadne zmenu konfigurácie kalorimetrického počítadla.

2. Metrologické overenie odporových snímačov teploty

TYP	Plánovaný počet za rok 2024
Pt 500/6311, 65	962
SPOLU	962

3. Opravy (bežná, stredná a generálna) a metrologické overenie prietokomernej časti meračov tepla

TYP	Plánovaný počet za rok 2024
Ultraflow 15,20, 25/16	213
Ultraflow 20, 25/25	149
Ultraflow 32/25	5
Ultraflow 40/25	65
Ultraflow 50/25	582
Ultraflow 65/25	71
Ultraflow 80/25	12
WS 80/40	3
Vodomery na SV 20/16, 25/16, 40/16, 50/16	78
SPOLU	1178

Definície jednotlivých typov opráv:

Bežná: rozobratie, vyčistenie prietokomeru v čistiach lážňach

Stredná: rozobratie, vyčistenie prietokomeru v čistiach lážňach, dodávka náhradných dielov: tesnení, závadný kolík u mechanického prietokomeru, magnetická spoja.

Generálna: dodávka všetkých náhradných dielov