



### Vysvetlenie SP č. 3

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk dňa 11.01.2024 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

#### Žiadosť o vysvetlenie č. 2

v rámci zákazky: „Vybudovanie nového OAIM“ – NÁBYTOK A VYBAVENIE, časť č. 3 Multifunkčné lôžko pre intenzívnu starostlivosť v súbore Priloha c. 4-3 Technická špecifikácia - cast 3 - (Aktualizacia 19.12.2023).xls požadujete:

v bode 3: "Pracovné zaťaženie: nosnosť: min. 250 kg"

Otázka:

*Bude verejný obstarávateľ akceptovať: "Pracovné zaťaženie: nosnosť: min. 249,5 kg"?*

#### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať *Pracovné zaťaženie: nosnosť: min. 249,5 kg*. Zároveň verejný obstarávateľ mení bod č. 5 technickej špecifikácie:

Pôvodné znenie:

3.	Pracovné zaťaženie: nosnosť: <b>min. 250 kg</b>
----	---

Nové znenie:

3.	Pracovné zaťaženie: nosnosť: <b>min. 249 kg</b>
----	---

v bode 12: "Obojstranný laterálny náklon v rozsahu min. +/- 30° s funkciou automatického režimu polohovania tzn.programovateľného nastavenia laterálnych uhlov a časových cyklov".

Otázka:

*Bude verejný obstarávateľ akceptovať: "Obojstranný laterálny náklon v rozsahu min. +/- 30° s funkciou automatického režimu polohovania výrobcom preddefinovaných min 3. nastavení laterálnych uhlov a min. min 3. časových cyklov"?*

#### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

v bode 19: "Obojstranne v bočniciach alebo čele integrované centrálné sesterské dotykové LCD ovládacie panely pre ovládanie lôžka, váh, antidekubitného systému a programovateľných funkcií s funkciou automatického návratu do deaktivovanej polohy, a funkciou zámky jednotlivých polôh a predprogramovanými polohami min.: resuscitačná poloha CPR, Trendelenburgova poloha, nastavenie chrbtového dielu na 30°, kardiacké kreslo."

Otázka:

*Bude verejný obstarávateľ akceptovať "Obojstranne v bočniciach alebo čele integrované sesterské ovládacie panely pre ovládanie lôžka, váh a programovateľných funkcií s funkciou automatického návratu do deaktivovanej polohy, a funkciou zámky jednotlivých polôh a predprogramovanými polohami min.: resuscitačná poloha CPR, Trendelenburgova poloha, nastavenie chrbtového dielu na 30°, kardiacké kreslo a samostatný ovládací panel pre antidekubitný systém s integrovaným laterálnym náklonom uchyteným na nožnom čele lôžka v blízkosti sesterského ovládača funkcií lôžka"?*

#### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať samostatný ovládací panel pre antidekubitný systém s integrovaným laterálnym náklonom a trvá na pôvodnom znení parametra.

v bode 35. požadujete "Kompresorom riadené aktívne prevzdušnenie jadra matraca min. 18 l /hod s režimom pre pronančnú polohu pacienta".

Otázka:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať "Kompresorom riadené aktívne prevzdušnenie jadra matraca pre pronančnú polohu pacienta"? Nami ponúkané riešenie matraca obsahuje kombináciu gélového a penového jadra zaisťujúce pre pronančnú polohu pacienta adekvátne prúdenie vzduchu.

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

### **Oznam:**

Verejný obstarávateľ v zmysle vysvetlenia aktualizoval :

- Príloha č. 4-3 Technická špecifikácia časť 3 ( vykonal opravu v položke 3 , Pracovné zaťaženie: nosnosť: min. 249 kg)

**V zmysle uvedeného Vás žiadame, aby ste pri spracovaní ponuky použili aktualizované dokumenty:**

**Príloha č. 4-3 Technická špecifikácia časť 3 (Aktualizácia 12.01.2024)**

V prípade, že ste v predmetnej časti už predložili ponuku verejný obstarávateľ bude akceptovať aj použitý formulár *Príloha č. 4-3 Technická špecifikácia časť 3 (Aktualizácia 19.12.2023)*, avšak pri vyhodnotení bude akceptovať aj upravenú hodnotu Pracovné zaťaženie: nosnosť: min. 249 kg.

V súvislosti s opravou technickej špecifikácie pre časť 3 verejný obstarávateľ odoslal na zverejnenie do vestníka oznam o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk **všetkých častí nasledovne:**

#### **Lehota na predkladanie ponúk**

Pôvodná lehota: 18.01.2024 o 08:00 hod.

**Nová lehota: 22.01.2024 o 08:00 hod**

#### **Lehota na otváranie ponúk**

Pôvodná lehota: 18.01.2024 o 10:00 hod

**Nová lehota: 22.01.2024 o 10:00 hod**

V Bojniciach 12.01.2024