

Všetkým uchádzačom

Váš list číslo/ zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Ing. Miroslava Majchútová	29.01.2024
		+421 4333 148	

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Špeciálny zdravotnícky materiál pre katérovú abláciu fibrilácie predsieni pomocou elektroporácie, ablácie pulzným poľom
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 (bez použitia elektronickej aukcie)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2024/S 14-39803 zo dňa 19.01.2024 Vestník VO č. 15/2024, 1766 – MST zo dňa 22.01.2024

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorú sme obdržali elektronicky dňa 26.01.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k zákazke „**Špeciálny zdravotnícky materiál pre katérovú abláciu fibrilácie predsieni pomocou elektroporácie, ablácie pulzným poľom**“, zverejnenej vo vestníku EÚ 2024/S 14-39803 dňa 19.01.2024 a vo vestníku č. 15/2024 zo dňa 22.01.2024 pod číslom 1766-MST, Vám zasielame nasledovné vysvetlenie.

Vo svojej žiadosti uchádzač uvádza:

Otázka č. 1:

„Žiadame Vás o vysvetlenie SP, Prílohy č. 12 SP - Špecifikácia predmetu zákazky, kde v tabuľke -"Multipolárny katéter na abláciu pulzným poľom", p.č. 6., požadujete parameter "najnižšia bezpečná pracovná hladina vo venóznom rezervoári maximálne 150 ml". Takýto parameter nesúvisí s daným katétrom a katéter nemá žiadnu obdobnú hodnotu. Dovoľujeme si požiadať o zrušenie tejto požiadavky na danú technickú špecifikáciu/vlastnosť katétra.“

Odpoveď č. 1:

Áno, v prípade špecifikácie tovaru „Multipolárny katéter na abláciu pulzným poľom“ došlo zo strany verejného obstarávateľa k chybe v písaní. Verejný obstarávateľ týmto upravuje prílohu č. 12 Špecifikácia predmetu zákazky a v prípade špecifikácie Multipolárneho katétra na abláciu pulzným poľom vypúšťa časť špecifikácie pod poradovým číslom 6: „najnižšia bezpečná pracovná hladina vo venóznom rezervoári maximálne 150 ml“.

Oznamujeme Vám, že verejný obstarávateľ vykoná opravu príslušných častí Súťažných podkladov t.j. prílohy č. 12 Špecifikácia predmetu zákazky, ktoré budú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO, ako aj v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/51783/summary>.

S pozdravom

.....
Ing. Pavel Piatrov
predseda predstavenstva
Stredoslovenský ústav srdcových a
cievnych chorôb, a.s.

.....
MUDr. Juraj Frajt, MPH
člen predstavenstva
Stredoslovenský ústav srdcových a
cievnych chorôb, a.s.