

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Imobilizačné pomôcky k lineárnemu urýchl'ovaču a CT simulátoru“,
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

prim. MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., Onkologické centrum

Členovia komisie:

Ing. Peter Murín, Onkologické centrum

JUDr. Katarína Katinová, Oddelenie práva a kontroly

Alena Kudlatá, Ekonomický odbor

Ľudmila Balková, Odbor verejného obstarávania

Dagmar Kuricová, Odbor verejného obstarávania

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Por. č.	Obchodné meno uchádzača	sídlo/miesto podnikania uchádzača:
1.	Canberra-Packard s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 790/13 010 01 Žilina
2.	VIDRA a spol. s.r.o.	Štrková 8 011 96 Žilina
3.	EPIidos s.r.o.	Vajnorská 98/f 831 04 Bratislava

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Verejný obstarávateľ rozhodol v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača Canberra-Packard, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina zistila nasledovné:

1/

Verejný obstarávateľ v časti 1/ Imobilizačný systém pre rádioterapiu:

v bode A.1 Imobilizačný systém pre lokalitu hlava a krk – 3 ks o.i. požadoval:

- v bode A.1.7:

Kompresor na vákuové podložky, duálna funkcia vysatia a nafúknutia, 230V, s potrebným príslušenstvom pre všetky typy vákuových podložiek – 1 ks

Uchádzač ponúkol MTVL1BEX Vac-Lok kompresor, 230 V (1-cestný kompresor s prepínaním). Nakoľko z ponuky dotknutého uchádzača nie je zrejmé akým spôsobom je vyriešená duálna funkcia vysatia a nafúknutia, bude dotknutý uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky.

v bode B.1 Imobilizačný systém určený pre intrakraniálnu stereotaktickú rádioterapiu a rádiochirurgiu - 2 ks o.i. požadoval:

- v bode B.1.2:

MR kompatibilný imobilizačný systém pre intrakraniálnu stereotaktickú rádioterapiu a rádiochirurgiu umožňujúci vyšetriť pacienta na MR v polohe identickej s liečebnou polohou (nie je potrebné dodať v prípade, ak B.1 - Imobilizačný systém pre intrakraniálnu stereotaktickú rádioterapiu a rádiochirurgiu je MR kompatibilný) – 1 ks

Nakoľko z ponuky dotknutého uchádzača nie je zrejmé, či je súčasťou ponuky aj indexačná lišta a či je zahrnutá v cene, bude dotknutý uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky.

2/

Komisia menovaná verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk skontrolovala a prepočítala finančný návrh uchádzača tvoriaci Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a Prílohu č. 1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny, ktorý mal byť spracovaný v zmysle súťažných podkladov časti D. Spôsob určenia ceny bod 2: „Cenu za celý predmet zákazky v € bez DPH žiadame vypočítať ako súčin jednotkových cien v € bez DPH a množstva“, „Cenu za celý predmet zákazky v € s DPH žiadame vypočítať z ceny za celý predmet zákazky v € bez DPH upravenú o DPH“.

Pri posudzovaní predloženého návrhu na plnenie kritérií verejný obstarávateľ postupoval v zmysle Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2016. V prípade, že vo verejnom obstarávaní je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena a z ponuky uchádzača vyplývajú dva rôzne návrhy na plnenie kritérií, tzn. dve rôzne ponukové ceny, za rozhodnú ponukovú cenu uchádzača sa považuje tá cena, ktorá je pre uchádzača najmenej výhodná, pričom nie je rozhodujúce, z akého dôvodu sa vyskytli v ponuke uchádzača rôzne návrhy na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk. To znamená, že je irelevantné, či viaceré návrhy vznikli v dôsledku chýb v písaní, chýb v počítaní alebo z nepozornosti uchádzača. Z výkladového stanoviska zároveň vyplýva, že ak je súčasťou ponuky aj podrobnejší výpočet, ktorý má byť v súlade s výsledným návrhom na plnenie kritéria, tak je verejný obstarávateľ povinný po tom, ako dôjde k identifikácii rozhodného návrhu na plnenie kritéria, umožniť uchádzačovi prostredníctvom inštitútu vysvetlenia ponuky upraviť ním predložený výpočet tak, aby bol v súlade s rozhodným návrhom na plnenie kritéria.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ identifikoval rozhodný návrh na plnenie kritéria v časti 1/ Imobilizačný systém pre rádioterapiu v Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Pri položkách č. 9 a č. 10 verejný obstarávateľ upravil jednotkovú cenu predmetu zákazky v € bez DPH tak, aby bola zachovaná pri položkách č.9 a č. 10 cena za celý predmet zákazky v € bez DPH a cena za celý predmet zákazky v € s DPH a súčasne, aby nedošlo k navýšeniu ceny za celý predmet zákazky v € bez DPH a ceny za celý predmet zákazky v € s DPH nasledovne:

Názov, popis	Počet	Jednotková cena predmetu zákazky v € bez DPH	Cena predmetu zákazky v € bez DPH	Sadzba DPH % v	Cena predmetu zákazky v € s DPH
Položka 9. MTACL14242 AccuForm podložka, 20x25 cm	50 ks	6,70	335,00	20	402,00
Položka 10. MTACLTYPE1 AccuForm podložka, Type-S, 55x65 cm	50 ks	22,50	1 125,00	20	1 350,00

- cena za celý predmet zákazky vo výške 319 792,00 € bez DPH, t.j. 383 750,40 € s DPH - táto suma by mala byť vstupnou hodnotou v časti č. 1 predloženej ponuky do elektronickej aukcie.

Z uvedeného dôvodu bude dotknutý uchádzač v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požiadaný o vysvetlenie vrátane stanoviska k úprave jednotkových cien v € bez DPH s vyjadrením, či akceptuje tieto ceny.

Vysvetlenie ponuky a stanovisko k oprave výpočtu návrhu na plnenie kritérií bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, inak bude ponuka dotknutého uchádzača vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača EPIDOS s.r.o., Vajnorská 98/f, 831 04 Bratislava zistila nasledovné:

1/

Verejný obstarávateľ v časti 1/ Imobilizačný systém pre rádioterapiu:

- v bode A.1 Imobilizačný systém pre lokalitu hlava a krk – 3 ks o.i. požadoval:

Každý imobilizačný systém pre lokalitu hlava a krk musí obsahovať:

Základná doska na pripojenie termoplastických pomôcok, umožňujúca predĺženie ožarovacieho stola v hornej časti stola (ak nie je súčasťou dodávaného systému)

- Základňa s variabilným náklonom, integrovateľná so základnou doskou, s možnosťou uloženia pacienta v supinačnej aj pronačnej polohe

- Súprava opakovane použiteľných podložiek pod hlavu pre supinačnú polohu (min. 5 ks podložiek v sade / súprave)

- Podložka pod hlavu v pronačnej polohe

- Adaptér umožňujúci pripojenie všetkých podložiek pod hlavu ku všetkým základniám (ak je potrebný) (ak nie je súčasťou dodávaného systému)

- Pomôcka na retrakciu pliec

Nakoľko z ponuky dotknutého uchádzača nie je zrejmé, či všetky ponúknuté adaptéry RT-4527EXA – Adaptér pre uchytenie základnej dosky ku stolu Varian – 2 ks a RT-4529M Adaptér pre uchytenie základnej dosky ku stolu CT - 1ks obsahujú aj pomôcky na retrakciu pliec, bude dotknutý uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky.

- v bode A.1.1 požadoval:

Príslušenstvo:

Súprava individuálnych termoplastických masiek pre oblasť hlavy, krku a pliec:

- stabilita pohybu pacienta v maske do 2 mm, hrúbka min. 2 mm, s najvyššou dodávateľom ponúkanou tuhosťou masiek (vyhovujú masky napr. Fibreplast RT, IMRT Reinforced Style 27, REMCFC-5 Maska 5-bodová a iné) – 500 ks

Nakoľko z ponuky dotknutého uchádzača nie je zrejmé, či sú ponúknuté masky: RT-1778KSDF-Maska Fibreplast, hlava a ramená, otvorený prierez, 2.4 mm, mikro perf. - 200 ks a RT-1782KSD-Maska Fibreplast, hlava a ramená, S-tvar, 2.4 mm, štandardná – 300 ks použiteľné pre základňu s variabilným náklonom a akým spôsobom budú masky uchytané na uvedenej základni, bude dotknutý uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky.

Verejný obstarávateľ v bode A.1.2 požadoval:

Súprava individuálnych termoplastických masiek pre oblasť hlavy - stabilita pohybu pacienta v maske do 2 mm, hrúbka min. 2 mm – 100 ks

Nakoľko z ponuky dotknutého uchádzača nie je zrejmé, či sú ponúknuté masky: RT-1889YSD-Maska Aquaplast pre hlavu, S-tvar, 3.2 mm, variabilná perforácia použiteľné pre základňu s variabilným náklonom a akým spôsobom budú masky uchytané na uvedenej základni, bude dotknutý uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky.

Verejný obstarávateľ v bode A.1.6 požadoval:

Súpravu záhryzových a dištančných blokov – 300 ks

V predloženej ponuke dotknutého uchádzača v dokumente "B1 Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky" je uvedené, že súpravy záhryzových a dištančných blokov (položka A.1.6.) sú súčasťou ponúknutých masiek (A.1.1. – 200 ks – RT-1778KSDF a A.1.2. – 100 ks – RT-1889YSD), avšak v dokumente "B4.2 Položkovitá kalkulácia predmetu zákazky" v položke A.1.6 je uvedené, že „IntegraBite záhryzová tyčinka je súčasťou Fibreplast masiek s variabilnou perforáciou“. Tieto masky však nie sú ponúkané.

Nakoľko z ponuky dotknutého uchádzača nie je zrejmé, či budú záhryzové tyčinky IntegraBite dodané, aj keď nie sú ponúknuté masky Fibreplast s variabilnou perforáciou, bude dotknutý uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky.

2/

Komisia menovaná verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk skontrolovala a prepočítala finančný návrh uchádzača tvoriaci Prílohu č. 1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny a Položkovitú kalkuláciu predmetu zmluvy, ktorý mal byť spracovaný v zmysle súťažných podkladov časti D. Spôsob určenia ceny bod 2: „Cenu za celý predmet zákazky v € bez DPH žiadame vypočítať ako súčin jednotkových cien v € bez DPH a množstva“, „Cenu za celý predmet zákazky v € s DPH žiadame vypočítať z ceny za celý predmet zákazky v € bez DPH upravenú o DPH“. Komisia pri vyhodnocovaní ponuky po kontrole a prepočítaní finančného návrhu v predloženej ponuke zistila nasledujúce zrejmé matematické chyby:

Por. číslo		Ponúknutý typ	Počet	Jednotková cena predmetu zákazky v € bez DPH	Cena predmetu zákazky v € bez DPH	Sadzba DPH v %	Cena predmetu zákazky v € s DPH
32.	A.2.3	RT-1778PR2DC-Masko Aquaplast RT pre bradu a krk	50	21,00	1 050,00	20	1 260,00

- pri por. č. 32 v položke A.2.3 RT-1778PR2DC-Masko Aquaplast RT pre bradu a krk uchádzač uviedol počet ks 52 – správne má byť uvedené 50 ks;
- cena predmetu zákazky v € bez DPH pôvodne uvedené: 1 092,00 – správne má byť uvedené: 1 050,00
- cena predmetu zákazky v € s DPH pôvodne uvedené: 1 310,40 – správne má byť uvedené: 1 260,00

Z uvedeného dôvodu bude dotknutý uchádzač v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požiadaný o vysvetlenie vrátane stanoviska k oprave počtu kusov v Prílohe č. 1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny a v Položkovitej kalkulácii predmetu zmluvy v nadväznosti na cenu predmetu zákazky.

Vysvetlenie ponuky a stanovisko k oprave počtu kusov a ceny predmetu zákazky bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, inak bude ponuka dotknutého uchádzača vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača VIDRA a spol. s r.o., Štrková 8, 010 01 Žilina zistila nasledovné:

1/

Verejný obstarávateľ v časti 1/ Imobilizačný systém pre rádioterapiu:

- v bode A.1 Imobilizačný systém pre lokalitu hlava a krk – 3 ks o.i. požadoval:

Každý imobilizačný systém pre lokalitu hlava a krk musí obsahovať:

Základná doska na pripojenie termoplastických pomôcok, umožňujúca predĺženie ožarovacieho stola v hornej časti stola (ak nie je súčasťou dodávaného systému)

Nakoľko z ponuky dotknutého uchádzača nie je zrejmé akým spôsobom je zabezpečená presná poloha dosky na ožarovacím stole, keď dotknutý uchádzač ponúkol iba 3 ks uchytávacích líšt Couchstrip, bude dotknutý uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky.

- v bode A.1.5 požadoval:

- vákuové podložky použiteľné s termoplastickými maskami, špeciálne určené pre oblasť hlavy a krku nylonové, indexovateľné min. 61x65 cm a min. 93x65 cm, spolu s pomôckami na indexáciu zahrnutými do ceny - 30 ks (min. 61x65 cm) 30 ks (min. 93x65cm).

Nakoľko z ponuky dotknutého uchádzača nie je zrejmé, či spolu s vákuovými podložkami (matracmi) ponúkol aj pomôcky na indexáciu a nie je zrejماً ani ich cena, bude dotknutý uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky.

Verejný obstarávateľ v bode A.2 Imobilizačný systém pre lokalitu hrudník v supinačnej polohe - 3 ks požadoval:

Každý imobilizačný systém pre lokalitu hrudník v supinačnej polohe musí byť:

- s možnosťou použitia termoplastickej masky na oblasť prsníka a krku, tak aby bolo možné ruky fixovať nad hlavou
- s možnosťou naklonenia základne do viacerých uhlov
- s možnosťou použitia vákuových podložiek pod trup, horné končatiny a krk
- s indexáciou k ožarovaciemu stolu

Požiadavke vyhovujú systémy napr. ArmShuttle; Monarch; OmniBoard s Breast Treatment Module s EagleBoard (v prípade OmniBoard s Breast Treatment Module je potrebné ponúknuť aj EagleBoard, ktorý musí byť zahrnutý v cene predmetu zákazky); AIO Breast and Lung Board s Orfit High Precision Lung Board, resp. ekvivalent.

Nakoľko z ponuky dotknutého uchádzača nie je zrejmé, či EagleBoard bude dodaný spolu s pomôckami na indexáciu k ožarovaciemu stolu a nie je zrejماً ani ich cena, bude dotknutý uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky.

Z uvedeného dôvodu bude dotknutý uchádzač v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požiadaný o vysvetlenie vyššie uvedených skutočností.

Vysvetlenie ponuky bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, inak bude ponuka dotknutého uchádzača vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení vysvetlenia od dotknutých uchádzačov, resp. po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

prim. MUDr. Eva Hajtmanová, PhD.
Onkologické centrum

Členovia komisie:

Ing. Peter Murín
Onkologické centrum

JUDr. Katarína Katinová
Oddelenie práva a kontroly

Alena Kudlatá
Ekonomický odbor

Eudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Dagmar Kuricová
Odbor verejného obstarávania

V Martine, dňa: 3.12.2019