

Zápisnica z úvodného úplného vyhodnotenia ponúk

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Imobilizačné pomôcky k lineárnemu urýchľovaču a CT simulátoru“,
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

prim. MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., Onkologické centrum

Členovia komisie:

Ing. Peter Muriň, Onkologické centrum

JUDr. Katarína Katinová, Oddelenie práva a kontroly

Alena Kudlatá, Ekonomický odbor

Ľudmila Balková, Odbor verejného obstarávania

Dagmar Kuricová, Odbor verejného obstarávania

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Por. č.	Obchodné meno uchádzača	sídlo/miesto podnikania uchádzača:
1.	Canberra-Packard s.r.o.	Vojtecha Tvrdeho 790/13 010 01 Žilina
2.	VIDRA a spol. s r.o.	Štrková 8 011 96 Žilina
3.	EPIdos s.r.o.	Vajnorská 98/f 831 04 Bratislava

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuka uchádzača EPIdos s.r.o., Vajnorská 98/f, 831 04 Bratislava sa umiestnila v časti č. 1 ako prvá v poradí z dôvodu, že uchádzač ponúkol svojej ponuke najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v € s DPH.

Ponuka uchádzača VIDRA a spol. s r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina sa umiestnila v časti č. 1 ako druhá v poradí z dôvodu, že uchádzač ponúkol svojej ponuke vyššiu cenu za celý predmet zákazky v € s DPH.

Ponuka uchádzača Canberra-Packard s.r.o., Vojtecha Tvrdeho 790/13, 010 01 Žilina sa umiestnila v časti č. 1 ako tretia v poradí z dôvodu, že uchádzač ponúkol svojej ponuke vyššiu cenu za celý predmet zákazky v € s DPH.

Ponuka uchádzača VIDRA a spol. s r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina sa umiestnila v časti č. 2 ako prvá v poradí z dôvodu, že uchádzač ponúkol svojej ponuke najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v € s DPH.

Ponuka uchádzača Canberra-Packard s.r.o., Vojtecha Tvrdeho 790/13, 010 01 Žilina sa umiestnila v časti č. 2 ako druhá v poradí z dôvodu, že uchádzač ponúkol svojej ponuke vyššiu cenu za celý predmet zákazky v € s DPH.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH - pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne.

Konečné poradie ponúk v častiach č. 1 a 2 bude zostavené v elektronickej aukcii.

Nie sú známi žiadni subdodávatelia.

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti – vid' Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 3.12.2019.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od všetkých dotknutých uchádzačov: Canberra-Packard, s.r.o., Vojtecha Tvrdeho 790/13, 010 01 Žilina, VIDRA a spol. s r.o., Štrková 8, 010 01 Žilina a EPIDOS s.r.o., Vajnorská 98/f, 831 04 Bratislava.

Uchádzač Canberra-Packard, s.r.o., Vojtecha Tvrdeho 790/13, 010 01 Žilina vo svojom vysvetlení uviedol, že pri bode A.1.7: MTVL1BEX Vac-Lok kompresor, 230V funkcia vysatia a nafúknutia sa mení zámenou hadíc – pri vysatí vákuovej podložky je prípojná hadica pripojená na vysávací ventil a slepá hadica na vyfukovací ventil, pri nafúknutí vákuovej podložky je prípojná hadica pripojená na vyfukovací ventil a slepá hadica na vysávací ventil. Indexačná lišta je súčasťou ponuky a je zahrnutá v cene. Zároveň vysvetlil, že pri položkách 9. a 10. došlo k chybe pri výpočte a upravené jednotkové ceny bez DPH akceptoval.

Uchádzač VIDRA a spol. s r.o., Štrková 8, 010 01 Žilina vo svojom vysvetlení uviedol, že v rámci predloženej ponuky imobilizačného systému pre rádioterapiu ponúkol 3 balíky (ks) OmniBoard S-typ LX Premium Package, v rámci ktorých je lišta uchyťavacia CouchStrip. Každý z balíkov obsahuje 2 lišty na uchytenie, ktoré zabezpečujú presnú polohu dosky na ožarovacom stole (zabraňujú pohybu dosky na stole). Celkovo je teda v jeho predloženej cenovej ponuke zahrnutých 6 lišt CouchStrip. Pomôcky na indexáciu vákuových podložiek sú zahrnuté v cene ponúknutých vákuových podložiek (matracov) bodu A.1.5. Celkovo sú teda v ním predloženej cenovej ponuke zahrnuté 3 ks lišt na indexáciu vákuových podložiek (matracov) a pomôcky na indexáciu EagleBoard k ožarovaciemu stolu sú tiež zahrnuté v cene ponúknutého balíka OmniBoard S-typ LX Premium Package – položka Lišta uchyťavacia CouchStrip, nakoľko lišta je zhodná pre obidva Imobilizačné systémy a nie je potrebné ďalšie lišty zahrňať do ceny.

1/

- k bodu A.1 uviedol:

- adaptér RT-4527EXA je adaptér, ktorý sa používa na uchytenie RT-4552 Portrait základnej polohovacej dosky pre hlavu, krk a ramená ku stolu Varian a že ponúka 2 páry týchto adaptérov, nakoľko verejný obstarávateľ žiada dodať imobilizačný systém pre 2 urýchľovače.

- adaptér RT-4529M je adaptér, ktorý sa používa na uchytenie RT-4552 Portrait základnej dosky polohovacej dosky pre hlavu, krk a ramená ku stolu CT a že ponúka 1 ks tohto adaptéru, nakoľko verejný obstarávateľ žiada dodať imobilizačný systém pre 1 CT simulátor.

- požiadavka na dodanie pomôcky na retrakciu pliec je splnená tým, že každá RT-4552 Portrait, základná polohovacia doska pre hlavu, krk a ramená sa dodáva vrátane 2 ks úchytiiek pre ruky pacienta, variabilne polohovateľné, s možnosťou optimálneho nastavenia v závislosti od dĺžky paže pacienta.

- uchádzač ponúka 3 ks základnej polohovacej dosky pre hlavu, krk a ramená, ponúkaná zostava obsahuje teda aj 3 páry pomôcok pre retrakciu pliec /2x pre urýchľovač, 1x CT/.

- k bodu A.1.1 uviedol:

- ponúkané masky - 200 ks - RT-1778KSDF-Maska Fibreplast, hlava a ramená, 2,4 mm, s otvoreným priezorom, mikro perforácia vrátane záhryzovej tyčinky a 300 ks - RT-1782KSD-Maska Fibreplast, hlava a ramená, S-tvar, 2,4mm, štandardná perforácia boli ponúknuté pre používanie s RT-4552 Portrait základná doska pre hlavu, krk a ramená.

V zadaní v bode A.1., ktoré požaduje „Základňu s variabilným náklonom ...“ však nie je uvedené, že táto základňa má byť používaná pre obidva typy požadovaných masiek, teda aj pre masky pre oblasť hlavy, krku a pliec (požadované v bode A.1.1). Takáto variabilná základňa sa používa iba pre masky pre oblasť hlavy (požadované v bode A.1.2). Takéto riešenie ponúkajú všetci relevantní výrobcovia z toho dôvodu, že veľká maska pre hlavu, krk a plecia musí byť rigidná po celom okraji, kde je fixovaná k základni, a teda musí sa použiť/pripichnúť len na vodorovnom povrchu, nakoľko pri použití základne s variabilným náklonom by sa okraj (modrý lem) zlomil.

V prípade nutnosti zmeniť uhol hlavy pri použití tejto masky je niekoľko možností ako toho docieľiť:

1. Použiť vhodnú plastovú podložku Silverman, tieto sú dodávané v niekoľkých variantoch tvaru, ktoré umožňujú rôzny uhol polohy hlavy a majú aj rôznu výšku hrany na kompenzáciu nepriaznivej vzájomnej polohy hlavy a krku.
2. Je možné použiť tvarovateľný vankúš Moldcare.
3. Je možné použiť klinové vložky spolu s podložkou Silverman.

- k bodu A.1.2 uviedol:

- ponúkané masky - 100 ks - RT-1889YSD Maska Aquaplast pre hlavu, S-tvar, 3,2 mm, variabilná perforácia, vrátane záhryzovej tyčinky - pre hlavu boli ponúknuté pre používanie s RT-4552 Portrait základná doska pre hlavu, krk a ramená. Tieto ponúkané masky pre hlavu, S-tvar sa však nedajú použiť so základňou s variabilným náklonom. Avšak súčasťou ponuky základne s variabilným náklonom je maska U-Frame Aquaplast RT-1889YS 3.2 mm, v počte 100 ks. Táto informácia nedopatrením vypadla z popisu základne s variabilným náklonom RT-4525TILT.

- k bodu A.1.6 uviedol:

- všetky masky vyrábané firmou Qfix s variabilnou alebo mikro perforáciou sú dodávané so záhryzovou tyčinkou a zároveň vysvetlil, že ponúka v bode A.1.1. - 200 ks - RT-1778KSDF-Maska Fibreplast, hlava a ramená, 2,4 mm, s otvoreným priezorom, mikro perforácia vrátane záhryzovej tyčinky; v bode A.1.2 - 100 ks-RT-1889YSD Maska Aquaplast pre hlavu, S-tvar, 3,2

mm, variabilná perforácia, vrátane záhryzovej tyčinky. Súčasne potvrdil, že informácia v dokumente B1 je správna a že aj masky RT-1889YSD budú dodávané so záhryzovou tyčinkou.

2/

- uviedol, že uvedená nezrovnalosť v prepočte vznikla z toho dôvodu, že masky RT-1778PR2DC Maska Aquaplast RT pre bradu a krk sú balené v balíkoch po 4 ks a zároveň vysvetlil, že vo svojej ponuke rátali s tým, že dodajú v zásielke 13 balíkov masiek, teda 52ks, nakoľko nepredpokladali, že nie je možné ponúknuť väčšie množstvo ako požadované. Keďže verejný obstarávateľ požaduje dodať v tendri len 50 ks masiek, tak počet masiek pod poradovým číslom 32 mal byť správne uvedený iba v počte 50. Uvedený prepočet pokladajú za správny a akceptujú ho.

Z dôvodu, že dotknutí uchádzači vysvetlili všetky požadované informácie, komisia doručené vysvetlenia akceptovala.

Následne komisia pokračovala v úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Komisia konštatovala, že uchádzači VIDRA a spol. s r.o., Štrková 8, 010 01 Žilina, EPI dos s.r.o., Vajnorská 98/f, 831 04 Bratislava a Canberra-Packard, s.r.o., Vojtecha Tvrdeho 790/13, 010 01 Žilina, splnili požiadavky verejného obstarávateľa zadefinované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch v plnom rozsahu.

Komisia doporučila vyzvať uchádzačov na účasť v elektronickej aukcii

Komisia:

Predseda komisie:

prim. MUDr. Eva Hajtmanová, PhD.
Onkologické centrum

Členovia komisie:

Ing. Peter Murín
Onkologické centrum

JUDr. Katarína Katinová
Oddelenie práva a kontroly

Alena Kudlatá
Ekonomický odbor

Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Dagmar Kuricová
Odbor verejného obstarávania

V Martine, dňa: 20.12.2019