

Názov predmetu zákazky:

Sety na prípravu a použitie autológneho fibrinového lepidla

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka predmetu zákazky - Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu	
1.	Dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu určené na poistovanie sutúr pri našívaní grafov a na mechanickú antiadhezívnu bariéru, t.j. na prevenciu nežiaducich tkanivových mostov v srdcovej chirurgii.
2.	Bezformaldehydrované, bezrezorcínové tkanivové lepidlo.
3.	Vstrebateľné v priebehu hojenia.
4.	Systém jedinej striekačky a aplikačného hrotu.
5.	Možnosť dodatočnej sutúry.
6.	Veľkosť balenia maximálne 5 ml.
7.	Balenie vrátane min. 2 ks aplikátorov.
8.	Dlhá expiračná doba - min. 18 mesiacov.
9.	Možnosť uskladnenia pri izbovej teplote.
10.	Obal musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a)	názov
b)	expiráciu
c)	katalógové číslo

Obchodné meno/Názov uchádzača

Sídlo/miesto podnikania uchádzača

V:

Dňa

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby