

**VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie  
(ďalej aj "PTK")**

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 4/2024 prípravne trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Mobilný operačný stôl pre chirurgické operačné zákroky “ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK boli oslovení 5 potencionálni dodávateľia. Ponuku predložilo 7 hospodárskych subjektov.

**1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**1.1 Názov predmetu zákazky: Mobilný operačný stôl pre chirurgické operačné zákroky**

**Zoznam položiek:**

Por. číslo	Položka	Požadovaný počet
1	Mobilný operačný stôl pre chirurgické operačné zákroky	1 ks

**1.2 CPV:**

- 33192230-3 - Operačné stoly
- 51400000-6 - Inštalácia lekárskeho a chirurgického zariadení
- 80561000-4 - Zdravotnícke školenia
- 50421000-2 - Opravy a údržba lekárskeho zariadení
- 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**1.3 Druh:**

tovar

**2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky:		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Ponuka č. 5	Ponuka č. 6	Ponuka č. 7	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky:
<b>Položka č. 1 - Mobilný operačný stôl pre chirurgické operačné zákroky - 1 ks</b>		<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1 - Mobilný operačný stôl pre chirurgické operačné zákroky - 1 ks</b>
1.	Mobilný operačný stôl určený pre chirurgické operačné zákroky	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Mobilný operačný stôl určený pre chirurgické operačné zákroky
2.	Plne otočné zdvojené kolieska operačného stola pre ľahšiu manipuláciu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	navrhujeme parameter upraviť - Plne otočné zdvojené kolieska operačného stola pre ľahšiu manipuláciu alebo plne otočné koliesko - funkcionálna pri oboch riešeniach je plne dodržaná	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Plne otočné zdvojené kolieska operačného stola pre ľahšiu manipuláciu alebo plne otočné koliesko
3.	Plošne usadená základňa stola na podlahe so zatahnutými kolieskami pre vyššiu stabilitu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Navrhujeme k pôvodnému parametru doplniť alebo Usadenie základne stola na podlahe na štyroch stabilných ocelových trnoch pre vyššiu stabilitu- obe riešenia sú identické a plnia požadovaný účel	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Plošne usadená základňa stola na podlahe so zatahnutými kolieskami alebo základňa stola usadená na podlahe na štyroch stabilných ocelových trnoch pre vyššiu stabilitu
4.	Operačný stôl umožňujúci používanie v normálnej aj v reverznej polohe	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl umožňujúci používanie v normálnej aj v reverznej polohe
5.	Hlavná doska operačného stola posuvná tak, aby sa zvýšil voľný priestor u pacienta pre ideálny prístup operátora, bez prekážok, t.j. bez priestorového obmedzenia podvozku stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavná doska operačného stola posuvná tak, aby sa zvýšil voľný priestor u pacienta pre ideálny prístup operátora, bez prekážok, t.j. bez priestorového obmedzenia podvozku stola
6.	Hlavná operačná doska stola s gynekologickými výrezmi na oboch stranách a s identickým rozhraním pre možnosť vyskladania a vykonanie zákrokov v štandardnej ako aj v reverznej polohe	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Gynekologický výrez v segmente sedadla je plne dostatočný preto navrhujeme parameter upraviť: Hlavná operačná doska stola s gynekologickým výrezom min. v segmente sedadla a s identickým rozhraním pre možnosť vyskladania a vykonanie zákrokov v štandardnej ako aj v reverznej polohe	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavná operačná doska stola s gynekologickými výrezmi na oboch stranách a s identickým rozhraním pre možnosť vyskladania a vykonanie zákrokov v štandardnej ako aj v reverznej polohe
7.	Rozhrania pre pripojenie jednotlivých segmentov (nožné podpery, chrbtové podpery, hlavové podpery) tvoriace operačnú dosku stola musia byť rovnaké, tzn. umožňujúce okrem štandardnej a reverznej polohy pacienta aj skrátenie alebo predĺženie operačnej dosky bez obmedzenia v prípade nekompatibilných rozhraní	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Rozhrania pre pripojenie jednotlivých segmentov (nožné podpery, chrbtové podpery, hlavové podpery) tvoriace operačnú dosku stola musia byť rovnaké, tzn. umožňujúce okrem štandardnej a reverznej polohy pacienta aj skrátenie alebo predĺženie operačnej dosky bez obmedzenia v prípade nekompatibilných rozhraní
8.	Vyžaduje sa možnosť elektrického polohovania nožných gynekologických kolenných podpier diaľkovým ovládačom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Diskriminačný a zbytočný parameter nakoľko gynekologické podpery nie sú požadované	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť elektrického polohovania nožných gynekologických kolenných podpier diaľkovým ovládačom
9.	Diaľkový ovládač operačného stola s dotykovou farebnou obrazovkou zobrazujúcou aktuálnu polohu jednotlivých dielov stola. Požaduje sa bezkáblový a aj káblový diaľkový ovládač ku stolu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Dotyková obrazovka je parameter, ktorý nemá medicínske opodstatnenie preto odporúčame parameter zmeniť: Diaľkový ovládač operačného stola s farebnou obrazovkou zobrazujúcou aktuálnu polohu jednotlivých dielov stola. Požaduje sa bezkáblový a aj káblový diaľkový ovládač ku stolu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Diaľkový ovládač operačného stola s farebnou obrazovkou zobrazujúcou aktuálnu polohu jednotlivých dielov stola. Požaduje sa bezkáblový a aj káblový diaľkový ovládač ku stolu

10.	Diaľkový ovládač umožňujúci voľbu polohy prednastavených polôh jedným ovládačom, bez potreby polohovania samostatných segmentov stola a to minimálne pre: nulovú polohu, polohu v kresle, polohu flex a polohu reflex	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Žiadame zmeniť daný parameter: Diaľkový ovládač umožňujúci voľbu polohy prednastavených polôh jedným ovládačom, bez potreby polohovania samostatných segmentov stola a to minimálne pre: nulovú polohu, polohu flex a polohu reflex.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Diaľkový ovládač umožňujúci voľbu polohy prednastavených polôh jedným ovládačom, bez potreby polohovania samostatných segmentov stola a to minimálne pre: nulovú polohu, polohu v kresle, polohu flex a polohu reflex
11.	Možnosť uloženia aspoň päť nastavení vlastných polôh stola do pamäte diaľkového ovládača	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Diskriminačný parameter. Nakoľko každý pacient je iný, aj preferencie jednotlivých doktorov sú úplne rozdielne tento parameter je medicinsky neodpodstatený a nemá reálne využitie. Parameter žiadame vyškrtnúť	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť uloženia aspoň päť nastavení vlastných polôh stola do pamäte diaľkového ovládača
12.	Na displeji sa zobrazujú presné, ľahko dokumentovateľné uhly sklonov, aby sa zabezpečilo presné polohovanie stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Na displeji sa zobrazujú presné, ľahko dokumentovateľné uhly sklonov, aby sa zabezpečilo presné polohovanie stola
13.	Na displeji diaľkového ovládača sú farebne odlišené-hlavový diel, nožný diel a noha operačného stola a rovnaká farba jednotlivých dielov je aj pri ovládacích tlačidlách a zároveň možnosť prepnutia v prípade reverzného vyskladania operačného stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Navrhuje zmenu parametra: Na displeji diaľkového ovládača je farebne odlišená možnosť prepnutia v prípade reverzného vyskladania operačného stola. □	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Na displeji diaľkového ovládača sú farebne odlišené-hlavový diel, nožný diel a noha operačného stola a rovnaká farba jednotlivých dielov je aj pri ovládacích tlačidlách a zároveň možnosť prepnutia v prípade reverzného vyskladania operačného stola alebo na displeji diaľkového ovládača je farebne odlišená možnosť prepnutia v prípade reverzného vyskladania operačného stola
14.	Operačný stôl vybavený antikolízny systémom za pomoci zabudovaných senzorov do jednotlivých dielov hlavnej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl vybavený antikolízny systémom za pomoci zabudovaných senzorov do jednotlivých dielov hlavnej dosky stola
15.	Zobrazenia na displeji ovládača: stav batérií stola ako aj pre stav batérií ovládača, chybové hlásenia, upozornenia kolízneho stavu so zvukovým upozornením	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zobrazenia na displeji ovládača: stav batérií stola ako aj pre stav batérií ovládača, chybové hlásenia, upozornenia kolízneho stavu so zvukovým upozornením
16.	Matrace hlavnej dosky a nožných, chrbtových a hlavových segmentov stola sú z peny s antidekubitným pamäťovým efektom a potah je z vodeodolného, paropriepustného a tepelne izolujúceho materiálu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Matrace hlavnej dosky a nožných, chrbtových a hlavových segmentov stola sú z peny s antidekubitným pamäťovým efektom a potah je z vodeodolného, paropriepustného a tepelne izolujúceho materiálu
17.	Elektrické polohovanie nohy operačného stola:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elektrické polohovanie nohy operačného stola:
18.	Nosnosť operačného stola v štandardnej polohe min. 450 kg	spĺňa	spĺňa, 500 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 454 kg	spĺňa	spĺňa	Nosnosť operačného stola v štandardnej polohe min. 450 kg
19.	Nosnosť operačného stola v reverznej polohe je min. 250 kg	spĺňa	spĺňa, 270 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nosnosť operačného stola v reverznej polohe je min. 250 kg
20.	Celková dĺžka dosky stola vyskladaná z min. 5 modulov min. 2 040 mm	spĺňa	spĺňa, 2 040 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 2 270,80 mm	spĺňa	spĺňa	Celková dĺžka dosky stola vyskladaná z min. 5 modulov min. 2 040 mm
21.	Celková dĺžka samotnej hlavnej dosky stola je max. 870 mm	spĺňa	spĺňa, 840 mm	spĺňa	Limitujúci a diskriminačný parameter. Bude VO akceptovať zmenu parametra na max. 1150?	spĺňa, 1070 (pozn. nesplňa)	spĺňa	spĺňa	Celková dĺžka samotnej hlavnej dosky stola je max. 900 mm
22.	Výška hlavnej dosky stola v najnižšej polohe max. 600 mm	spĺňa	spĺňa, 600 mm	spĺňa	Diskriminačný parameter. Bude VO akceptovať 680 mm?	spĺňa, 598	spĺňa	spĺňa	Výška hlavnej dosky stola v najnižšej polohe max. 680 mm
23.	Výška hlavnej dosky stola v najvyššej polohe min. 1 050 mm	spĺňa	spĺňa, 1 143 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1148 mm	spĺňa	spĺňa	Výška hlavnej dosky stola v najvyššej polohe min. 1 050 mm
24.	Šírka operačného stola max. 540 mm	spĺňa	spĺňa, 520 mm	spĺňa	Diskriminačný parameter. Navrhujeme zmenu parametra na max 600 mm, nakoľko nie je definované či daný rozmer je s eurolišťami alebo bez	spĺňa, 550 (pozn. nesplňa); v prospekte je uvedená šírka 600 mm	spĺňa	spĺňa	Šírka operačného stola max. 600 mm bez eurolišty
25.	Trendelenburgova poloha min. 25 °	spĺňa	spĺňa, 45 °/30 ° alebo 30°/45 ° podľa konfigurácie stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 35°	spĺňa	spĺňa	Trendelenburgova poloha min. 25 °
26.	Antitrendelenburgova poloha min. 35 °	spĺňa	spĺňa, 45 °/30 ° alebo 30°/45 ° podľa konfigurácie stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 35°	spĺňa	spĺňa	Antitrendelenburgova poloha min. 35 °
27.	Obojstranné laterálne sklápanie hlavnej dosky stola min. 20°	spĺňa	spĺňa, 20°	spĺňa	spĺňa	spĺňa, +/-25°	spĺňa	spĺňa	Obojstranné laterálne sklápanie hlavnej dosky stola min. 20°
28.	Polohovanie chrbtového dielu min. +70 / -40 °	spĺňa	spĺňa, +90 °/-90°	spĺňa	spĺňa	spĺňa, +90 °/-90°	spĺňa	spĺňa	Polohovanie chrbtového dielu min. +70 / -40 °
29.	Polohovanie nožných dielov v min. rozsahu min. +80°/ -90°	spĺňa	spĺňa, +90 °/-90°	spĺňa	Polohovanie nožných dielov +80 je v reálnej praxi nevyužiteľný. Bude VO akceptovať +30/-90°?	spĺňa, +90 °/-105°	spĺňa	spĺňa	Polohovanie nožných dielov v min. rozsahu min. +80°/ -90°
30.	Posun hlavnej dosky stola je min. 300 mm	spĺňa	spĺňa, 454 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 400	spĺňa	spĺňa	Posun hlavnej dosky stola je min. 300 mm
31.	Výdrž zabudovanej batérie operačného stola pri bežnej operačnej prevádzke je min. 5 dní	spĺňa	spĺňa, min. 5 dní	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Výdrž zabudovanej batérie operačného stola pri bežnej operačnej prevádzke je min. 5 dní
32.	Zostava operačného stola :	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zostava operačného stola :
33.	Základňa operačného stola s mobilným podvozkom a hlavnou doskou. Základňa rovného tvaru, bez úzkych priestorov pre ideálne čistenie. Nečistená základňa, nakoľko pri výkonoch na operačnej sále dochádza k častému kontaktu s tekutinami — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Základňa operačného stola s mobilným podvozkom a hlavnou doskou. Základňa rovného tvaru, bez úzkych priestorov pre ideálne čistenie. Nečistená základňa, nakoľko pri výkonoch na operačnej sále dochádza k častému kontaktu s tekutinami — 1 ks
34.	Diaľkový, bezkáblový ovládač s farebným dotykovým displejom — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	na základe vyššie uvedeného bude VO akceptovať: Diaľkový, bezkáblový ovládač s farebným displejom — 1 ks	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Diaľkový, bezkáblový ovládač s farebným displejom — 1 ks

35.	Ovládač káblový s farebným dotykovým displejom — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	na základe vyššie uvedených pripomienok bude VO akceptovať: Ovládač káblový s farebným displejom — 1 ks?	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Káblový ovládač s farebným displejom — 1 ks
36.	Indukčná nabíjacia stanica, prenosná, pre bezkáblový diaľkový ovládač. Napájanie 240Vac/50Hz - 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Indukčná nabíjacia stanica, prenosná, pre bezkáblový diaľkový ovládač. Napájanie 240Vac/50Hz - 1 ks
37.	Flexibilné rameno pre uchytenie dýchacích hadíc anestézie s uchytením na bočnú lištu — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Flexibilné rameno pre uchytenie dýchacích hadíc anestézie s uchytením na bočnú lištu — 1 ks
38.	Nožné diely z dvoch častí s guľovým kĺbom. Odklopné do strán a otočiteľné okolo osi rozhrania pre zaklopenie na bočnú stranu dosky stola, t.j. uvoľňujúci celý priestor v panvovej časti pacienta, bez potreby odobratia — 1 pár	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, pár	spĺňa	spĺňa	Nožné diely z dvoch častí s guľovým kĺbom. Odklopné do strán a otočiteľné okolo osi rozhrania pre zaklopenie na bočnú stranu dosky stola, t.j. uvoľňujúci celý priestor v panvovej časti pacienta, bez potreby odobratia — 1 pár
39.	Hlavový diel sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +45 °/-45° s identickým rozhraním ako nožné diely resp. predlžovací sedací diel pre možnosť reverzného vyskladania operačného stola— 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Hlavový diel sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +45 °/-45° s identickým rozhraním ako nožné diely resp. predlžovací sedací diel pre možnosť reverzného vyskladania operačného stola— 1 ks
40.	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom — 1 ks
41.	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo — 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 2	spĺňa	spĺňa	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo — 2 ks
42.	Anestéziologický rám - 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Anestéziologický rám - 1 ks
43.	Manžeta na pripevnenie zápastia ruky na anestéziologický rám — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Manžeta na pripevnenie zápastia ruky na anestéziologický rám — 1 ks
44.	Podpera ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením — 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Podpera ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením — 2 ks
45.	3 dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe — 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	3 dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe — 2 ks
46.	Pás na uchytenia tela pacienta s min. rozmerom 1 500 x 120 mm — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Bude VO akceptovať pás s rozmerom 1500x100 mm?	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Pás na uchytenia tela pacienta s min. rozmerom 1500x100 mm — 1 ks
47.	Podpera tela pacienta (vankúšik) pre podopretie chrbta s min. rozmerom 120x170mm — 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Podpera tela pacienta (vankúšik) pre podopretie chrbta s min. rozmerom 120x170mm — 2 ks
48.	Podpera ležiaceho pacienta v laterálnej polohe, aby sa zabránilo výskytu poškodenia nervov a tlakových bodov s min. rozmerom š 500 mm x d 700 mm a výškovým nastavením do min. 160 mm — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Žiadame o zmenu parametra na: Podpera ležiaceho pacienta v laterálnej polohe, aby sa zabránilo výskytu poškodenia nervov a tlakových bodov s min. rozmerom š 200 mm x d 200 mm a výškovým nastavením — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Gélová podpera pacienta ležiaceho v laterálnej polohe, ktorá slúži na zabránenie výskytu poškodenia nervov a tlakových bodov
49.	Podpera ruky (ramena), veľmi flexibilné nastavenie pomocou 3 kľbov, rýchle uzamknutie pomocou centrálnej skrutky rukoväte — 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	spĺňa	spĺňa	Podpera ruky (ramena), veľmi flexibilné nastavenie pomocou 3 kľbov, rýchle uzamknutie pomocou centrálnej skrutky rukoväte — 1 ks

### 3. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Ponuka č. 5	Ponuka č. 6	Ponuka č. 7	Definitívne minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky:
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.	Požaduje sa dodanie tovaru :	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	xx	Požaduje sa dodanie tovaru :
2.1.	do deväťdesiat (90) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy	neakceptujem, do 120 prac. dní z dôvodu použitia špecifických čipov	navrhujeme min. 110 pracovných dní	neakceptujem, navrhujeme dodanie min. 90 pracovných dní	akceptujem	akceptujem	do 115 pracovných dní	120 kalendárnych dní prípadne 110 pracovných dní	do stopäťdesiat (150) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2.	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3.	v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
2.4.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
2.7	Súčasťou dodania tovaru na miesto dodania je aj montáž a inštalácia tovaru na mieste dodania, prípadná demontáž pôvodného tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru na miesto dodania je aj montáž a inštalácia tovaru na mieste dodania, prípadná demontáž pôvodného tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu.
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4.	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.

5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia/užívateľský manuál v slovenskom resp. českom jazyku	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia/užívateľský manuál v slovenskom resp. českom jazyku
6.	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11.	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie ztovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie ztovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzkytovaru a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzkytovaru a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.3	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.4	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. jedenkrát ročne
13.5	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.7	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
13.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.

15.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	xx	xx	xx	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
15.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,
15.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom
16.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19.	Garancia dodania náhradných dielov je min. 10 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Garancia dodania náhradných dielov je min. 10 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky
20.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
21.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
22.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.

#### 4. MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Ponuka č. 5	Ponuka č. 6	Ponuka č. 7	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:
4.1	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
4.2	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál
4.3	Potvrdenie ŠUKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	nenemá ŠUKL, spadá do kategórie I.	nená ŠUKL, tovar zaradený do kategórie č. 1	neakceptujem, z dôvodu zaradenia do kategórie zdravotníckych pomôcok	akceptujem	akceptujem	produkt zaradený do triedy I	tovar tohto druhu je zaradený do kategórie I. zdr. pomôcok	Parameter sa vypúšťa

4.4	<b>Potvrdenie o autorizovanom servise</b> vydané výrobcem ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<b>Potvrdenie o autorizovanom servise</b> vydané výrobcem ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis
-----	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--