

Kupujúci:
 Typ zákazky:
 Predmet zákazky:
 Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
 Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Srdcové chlopňové protézy
 Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava

1. Aortálny konduit s mechanickou cievnu protézou

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
1.	Aortálny konduit s cievnu protézou napodobňujúcou tvar Valsalvových sinusov a mechanickou chlopňovou protézou veľkostí 19-33 s nasledovnými parametrami:	áno
1.1	- Rotabilná, mechanická chlopňová protéza s rtg kontrastným prstencom	áno
1.2	- GOA (Geometric Orifice Area): Nr.19 \geq 1,63 cm ²	áno
1.3	- Vnútorý priemer chlopňového ústia (Valve Orifice Inner Diameter): Nr.19 \geq 16,5 mm	áno
1.4	- Otvárací uhol listov protézy = 85°	áno
1.5	- Nízkoporozná, vrapovaná, želatínou impregnovaná, biokompatibilná cievna protéza priemeru 20 – 34 mm s konštrukčnou imitáciou aortálnych sinusov, nevyžadujúca predzrážanie	áno
1.6	- Dĺžka cievnej protézy \geq 12cm	áno
1.7	- Súčasťou setu je jednorazový sterilný kauter	áno

V Bratislave, dňa

.....
 Ing. Silvia Augustinová, konateľ