



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

Všetkým uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa
13.06.2024

Naše číslo
FNsP
FDR/RVO/2682/2024/35933

Vybavuje /
Ing. Katarína Husiková
+421 48 441 3240

Banská Bystrica
18.06.2024

Vec:

V zmysle požiadavky o vysvetlenie k súťažným podkladom na vyhlásenú verejnú súťaž na „Dodávka pomôcok k inkontinencii pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská“ ktorá bola vyhlásená v súlade s oznámením o vyhlásení postupu verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 03.06.2024 č. 106/ 2024 ;326408-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 107/2024 zo dňa 04.06.2024 s ozn. č. 14039 – MST v zmysle § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1:

Otázka č. 1

Dobrý deň,

Chcem sa informovať, či prijmete aj cenovú ponuku, kde savosť všetkých veľkostí bude 2000 ml?
Vaša požiadavka je M- 2000 ml, L- 2400 ml, XL -2700 ml.

Ďakujem.

Odpoveď č. 1

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.1 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie a rozpätia savosti v rámci opisu predmetu zákazky pre **časť č.2** a to nasledovne:

Časť č. 2

Veľkosť S	Min. obvod bokov 60 cm až 70 cm (uviest' rozmery)
	Max.obvod bokov 80 cm až 90 cm (uviest' rozmery)
	Savosť : 1400ml - 2 000 ml (uviest' savosť v ml)
Veľkosť M	Min. obvod bokov 70 cm až 90 cm (uviest' rozmery)
	Max.obvod bokov 110 cm až 125 cm (uviest' rozmery)
	Savosť: 1000 ml - 2 000 ml (uviest' savosť v ml)
Veľkosť L	Min. obvod bokov 90 cm až 120 cm (uviest' rozmery)
	Max.obvod bokov 135 cm až 150 cm (uviest' rozmery)
	Savosť: 1100 ml - 2 400 ml (uviest' savosť v ml)
Veľkosť XL	Min. obvod bokov 130 cm až 150 cm

	(uviesť rozmery)
	Max.obvod bokov 170 cm až 175 cm
	(uviesť rozmery)
	Savosť: 1180 ml - 2 700 ml
	(uviesť savosť v ml)

Pre **časť č. 1** neakceptujeme návrh záujemcu na úpravu technickej špecifikácie a trváme na pôvodnej špecifikácii.

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej Prílohe č.1 rámcovej dohody pre časť č.2, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadanych verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

S pozdravom