

+ ZÁUJEMCOM +

+ +

Váš list/zo dňa

Naše číslo

NTS SR-R 629/2018

Vybavuje/Linka

Mgr. Peter Butaš
peter.butas@ntssr.sk
02/5910 3009

Bratislava

13.12.2019

VEC: Doplnujúca informácia (1):
Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Verejný obstarávateľ:	Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka
Postup:	„Reverzná“ jednoobáľková verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky:	Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov
Označenie vo Vestníku verejného obstarávania:	Vestník VO č. 247/2019 zo dňa 04.12.2019, značka 34736-MST; ÚV EÚ/S S233 zo dňa 03.12.2019, značka 2019/S 233-570931

Verejnému obstarávateľovi: Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, bola v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov“ doručená dňa 11.12.2019 „Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov“. Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie:

1.Otázka 1

„Žiadame týmto o vysvetlenie časti súťažných podkladov v časti opis predmetu zákazky/zmluvy, Príloha č.3 súťažných podkladov / Príloha č. 1 zmluvy časť3. odberová súprava na odber plazmy pre frakcionáciu, odberová ihla a antikoagulačný roztok 4% citrát sodný - technické a funkčné požiadavky. Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov bod 2.12

V bode 2.12. sa požaduje: „ odberová ihla určená na jednorazové použitie o priemere 16 G alebo 17 G kompatibilná s ponúkaným aferetickým separátorom.“

Žiadame o vysvetlenie. či verejný obstarávateľ nemal na mysli „kompatibilitu s odberovou súpravou na odber plazmy“ ?

Zdôvodnenie:

odberová ihla sa pripája na odberovú súpravu na odber plazmy obvykle prostredníctvom Luer Lock konektora, teda nie priamo na aferetický separátor. Preto je potrebné zabezpečiť kompatibilitu odberovej ihly s odberovou súpravou na odber plazmy. Kompatibilita odberovej ihly s aferetickým separátorom je v tomto kontexte irelevantná.“

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke 1

Na základe vašej otázky verejný obstarávateľ skontroloval znenie bodu 2.12 Prílohy č. 3 SP, pričom konštatuje, že Vami uvedená pripomienka je opodstatnená a verejný obstarávateľ vykoná opravu znenia tohto bodu Prílohy č. 3 SP tak ako je to uvedené nižšie.

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ pristúpil k oprave znenia uvedeného v bode 2.12 Prílohy č. 3 Súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky/zmluvy a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

2.12 Odberová ihla určená na jednorazové použitie o priemere 16 G alebo 17 G kompatibilná s ponúkaným aferetickým separátorom.

Upravené znenie:

2.12 Odberová ihla určená na jednorazové použitie o priemere 16 G alebo 17 G kompatibilná s ponúkanou odberovou súpravou.

2. Otázka 2

„bod2.20

V bode 2.20. sa požaduje: „Antikoagulačný roztok - obal - plastový vak PVC.“

Žiadame o vysvetlenie. či verejný obstarávateľ bude akceptovať antikoagulačný roztok aj v inom ako PVC obale, napr. v obale - plastový vak z materiálu PP (Polypropylen), PE (Polyetylen) alebo viacvrstvého materiálu PP / PE (Polypropylen / Polyetylen) ?

Zdôvodnenie:

obalové materiály vaku na antikoagulačný roztok vyrobené z Polypropylenu, Polyetylenu alebo viacvrstvého materiálu PP / PE (Polypropylen / Polypropylen) sú bez obsahu PVC tzv' PVC Free. Jedná sa o materiály novej generácie umožňujúce ľahšiu manipuláciu, zároveň sú ekologickejšie a s menšou záťažou pre životné prostredie ako PVC.

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke 2

Na základe vašej otázky a poskytnutého odôvodnenia verejný obstarávateľ bude akceptovať aj obal vaku s antikoagulačným roztokom vyhotovený z iného, ekvivalentného materiálu, ako je PVC. Za takýto ekvivalentný materiál je možné považovať napr. aj záujemcom uvádzané materiály Polyetylen, Polypropylen alebo viacvrstvý materiál polypropylen/polyetylen. Na základe uvedeného upraví verejný obstarávateľ znenie tohto bodu v Prílohe č. 3 SP.

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ pristúpil k oprave znenia uvedeného v bode 2.20 Prílohy č. 3 Súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky/zmluvy a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

2.20 Antikoagulačný roztok - obal – plastový vak PVC.

Upravené znenie:

2.20 Antikoagulačný roztok - obal – plastový vak PVC alebo ekvivalentný materiál.

3. Oprava súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ s ohľadom na vykonanie podstatných zmien v súťažných podkladoch v súlade so znením § 21 ods. 4 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk, a v nadväznosti na uvedené sa mení aj termín otvárania ponúk**, konkrétne:

Umiestnenie v súťažných podkladoch:	Pôvodný dátum	Opravený dátum
Strana 12, časť A. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod 20.2	Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 09.01. 2020 do 10.00 hod. miestneho času.	Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.01.2020 o 11.00 hod. miestneho času.
Strana 14, časť A. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod 24.1	Termín otvárania ponúk: 09.01. 2020 o 11.00 hod.	Termín otvárania ponúk: 17.01.2020 o 12.00 hod

S pozdravom

Mgr. Peter Butaš, v.r.
Poradca pre verejné obstarávanie
Národná transfúzna služba SR

Prílohy:

Aktualizované Súťažné podklady – (aktualizácia 13.12.2019)

Aktualizovaná Príloha č. 3 Súťažných podkladov – (aktualizácia 13.12.2019)