



ROZHODNUTIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Predmet zákazky: Servoventilátory

Postup VO: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Vyhlasenie VO: v Úradnom vestníku EÚ č. S160/2024 zo dňa 19.08.2024 pod označením č.495683-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 164/2024 zo dňa 20.08.2024 pod označením 20609-MST

Lehota na predkladanie ponúk: 16.09.2024 do 11:00 hod.

Dátum a čas otvárania ponúk: 16.09.2024 o 11:30 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 753 608,40 EUR

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice IČO:00606707 (ďalej len „verejný obstarávateľ“)
v zmysle § 57 ods. 2 ZVO predmetné verejné obstarávanie

RUŠÍ

Odôvodnenie:

V súlade s § 57 ods. 2 ZVO, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

Verejný obstarávateľ má za to, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Verejný obstarávateľ v rámci vyhláseného verejného obstarávania na predmet zákazky zverejnil na základe otázky záujemcu vysvetlenie súťažných podkladov, konkrétne k stanovenému technickému parametru č. 65 „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji“, uviedol verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov, cit.: „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji“. Pre vysvetlenie: integrovaný t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“. Verejný obstarávateľ uvedeným vysvetlením súťažných podkladov, konkrétne vysvetlením technického parametra č. 65 nesprávne formuloval a zverejnil vysvetlenie súťažných podkladov (vysvetlenie- „integrovaný- t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“), čím zásadne pozmenil stanovený min. technický parameter tak, že v pôvodne zadanom technickom parametri verejný obstarávateľ nestanovil požiadavku v znení, ako ju vysvetlil v rámci vysvetlenia súťažných podkladov a explicitne uviedol „integrovaný- t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“, čím verejný obstarávateľ zásadným spôsobom zmenil stanovený technický parameter a tak zamedzil hospodárskym subjektom predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré účel pôvodne stanoveného technického parametra dokážu zabezpečiť. Verejný obstarávateľ nesprávne uviedol vysvetlenie slovného spojenia „integrovaný do prístroja“, keďže uviedol, že požaduje ovládanie z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení, čím obmedzil predloženie ponúk hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú ekvivalentné riešenia.

Zároveň verejný obstarávateľ po preštudovaní prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len „PTK“), ktorú realizoval v rámci prípravy verejného obstarávania na predmet zákazky taktiež zistil, že ani v rámci neuviedol hospodárskym subjektom, že



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



takúto funkcionálnosť/požiadavku bude požadovať na predmet zákazky v znení, ktoré zverejnil v rámci vysvetlenia súťažných podkladov (ovládanie nebulizácie priamo z obrazovky monitora na prístroji, nie prostredníctvom externého zariadenia).

Verejný obstarávateľ po preštudovaní rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) č. spisu 9198-9000/2025 zo dňa 08.07.2025, vykonal nariadenie predsedu UVO, zrušil Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnenú dňa 30.04.2025 (viď dokument Zrušenie Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 08.07.2025) a opätovne pristúpil k hodnoteniu predložených ponúk avšak po zvážení všetkých vyššie uvedených skutočností dospel verejný obstarávateľ k rozhodnutiu, že na strane verejného obstarávateľa došlo k zásadnému procesnému pochybeniu v procese vyhláseného verejného obstarávania a z tohto dôvodu sa verejný obstarávateľ rozhodol predmetné verejné obstarávanie zrušiť keďže má za to, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa uvedené v § 57 ods. 2 ZVO. V prípade, ak by bolo od verejného obstarávateľa vyžadované aby pokračoval ďalej v procese verejného obstarávania, bol by narušený princíp hospodárnosti a nediskriminácie nakoľko vyššie spomínaným vysvetlením verejný obstarávateľ umelo zúžil okruh prístrojov spĺňajúcich technickú špecifikáciu, pričom toto zúženie parametrov nie je podložené žiadnymi potrebami verejného obstarávateľa (súčasne, ako vyplýva z Rozhodnutia predsedu, verejný obstarávateľ si ani nebol vedomý tohto umelého zúženia v procese vyhodnotenia ponúk). S cieľom zachovania princípov a nájdenia najlepšieho pomeru ceny a kvality nemôže byť od verejného obstarávateľa požadované, aby ďalej v procese zadávania tejto zákazky pokračoval.

Verejný obstarávateľ tak ruší tento postup zadávania zákazky s cieľom následného vyhlásenia novej zákazky, v ktorej bude špecifikácia technických parametrov jednoznačná a v súlade s potrebami verejného obstarávateľa. Týmto postupom verejný obstarávateľ zabezpečí, aby boli naplnené základné princípy verejného obstarávania.

Pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky verejný obstarávateľ použije postup podľa § 66 ods. 7 ZVO. Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

Pôvodné oznámenie bolo zverejnené dňa 16.07.2025

Aktualizované oznámenie sa zverejňuje dňa 21.07.2025

V Košiciach, dňa 21.07.2025

MUDr. Ľuboslav Beňa PhD., MPH
riaditeľ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice