



Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti

podľa § 53 a § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice IČO:00606707

Predmet zákazky: Servoventilátory

Postup VO: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Vyhlásenie VO: v Úradnom vestníku EÚ č. S160/2024 zo dňa 19.08.2024 pod označením č.495683-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 164/2024 zo dňa 20.08.2024 pod označením 20609-MST

Lehota na predkladanie ponúk: 16.09.2024 do 11:00 hod.

Dátum a čas otvárania ponúk: 16.09.2024 o 11:30 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 753 608,40 EUR

Členovia komisie

V súlade s § 51 ZVO bola na otvorenie a vyhodnotenie ponúk menovaná komisia štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa. MZ SR dňa 30.08.2024 listom č. S18258-2024-OPŽ-8/Z062178/UNK4/8 menovalo krajského odborníka pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu Košický samosprávny kraj, ako člena komisie na otváranie ponúk. Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky potvrdili čestným vyhlásením, že spĺňajú podmienky uvedené v ustanovení § 51 ZVO a že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú uložené v dokumentácii o verejnom obstarávaní. Členovia komisie zároveň vyhlásili neexistenciu konfliktu záujmov.

Komisiu na vyhodnotenie ponúk tvoria členovia:

1. MUDr. Vladimír Hudák, PhD. - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk
2. MUDr. Jana. Šimonová, PhD.MPH - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk
3. MUDr. Tomáš Pallas - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk
4. MUDr. Ján Michlík - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk
5. Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH, DPA – procesný garant bez práva vyhodnocovať ponuky

Zasadnutie komisie dňa 20.09.2024

Komisia zriadená štatutárnym orgánom pristúpila k vyhodnoteniu predložených ponúk, ktoré boli predložené v lehote na predkladanie ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, že vyhodnotenie ponúk bude v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO, t.j. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a ponuku podľa § 53 ZVO sa uskutoční po **vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž)**, a to u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1 **mieste v poradí** (t.j. predloží najnižšiu cenovú ponuku v EUR s DPH za predmet zákazky). Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk – celková cena v EUR s DPH.

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote určenej na predkladanie ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE

ID ponuky v sw. JOSEPHINE	Uchádzač	Predloženie ponuky (dátum, čas a miesto predloženia ponuky)
160098	MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774	13.09.2024 o 14:43:32 prostredníctvom sw. JOSEPHINE



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



160131	Surgitech s.r.o., Zárubová 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica IČO:50197975	15.09.2024 o 23:15:26 prostredníctvom sw. JOSEPHINE
160183	TradeMedical a.s., Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098	16.09.2024 o 09:37:20 prostredníctvom sw. JOSEPHINE

Zoznam uchádzačov a cenové návrhy uchádzačov, ktorí v lehote určenej na predkladanie ponúk predložili ponuky na predmet zákazky

ID ponuky v sw. JOSEPHINE	Uchádzač	Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk - cenový návrh uchádzačov na predmet zákazky (celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky)
160098	MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774	453 336,00
160131	Surgitech s.r.o., Zárubová 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica IČO:50197975	455 760,00
160183	TradeMedical a.s., Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098	421 797,60

Poradie ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie

Uchádzač	Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk - cenový návrh uchádzačov na predmet zákazky (celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky)	Poradie
TradeMedical a.s., Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098	421 797,60	1.
MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774	453 336,00	2.
Surgitech s.r.o., Zárubová 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica IČO:50197975	455 760,00	3.

Na základe vyhodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk (celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky) komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste, (t.j. predložil najnižšiu cenovú ponuku v EUR s DPH na predmet zákazky) **TradeMedical a.s. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098** (ďalej len „TradeMedical“).

Posúdenie zloženia zábezpeky na predmet zákazky:

V súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a v Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania – zábezpeka ponuky na predmet zákazky nebola vyžadovaná.



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Mimoriadne nízka ponuka:

Komisia preskúmala ponuku uchádzača TradeMedical a konštatuje, že nepovažuje cenovú ponuku uchádzača za mimoriadne nízku (s ohľadom na všetky predložené ponuky uchádzačov a ich cenové návrhy na predmet zákazky).

Komisia pristúpila k overeniu súladu cien, ktoré uchádzač vložil do ponukového formuláru sw. JOSEPHINE v čase predkladania ponuky s cenami, ktoré uchádzač TradeMedical predložil v doklade Návrh na plnenie kritéria – kalkulácia ceny v ponuke a konštatuje, **že nezistila rozdiely**. Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača TradeMedical z hľadiska posúdenia splnenia formálnych náležitostí (t.j. preskúmanie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača - obsah ponuky uchádzača), posúdenia splnenia podmienok účasti a posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a ponuku na predmetu zákazky.

Z hľadiska posúdenia splnenia formálnych náležitostí (obsah ponuky uchádzača) v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch (bod 14. časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov) komisia po preštudovaní dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača TradeMedical konštatuje, že identifikovala nejasnosti resp. nedostatky v predloženej ponuke uchádzača, ktoré je potrebné vysvetliť (viď. Žiadosť o vysvetlenie ponuky č.276/2024/OdVO zo dňa 20.09.2024). Detailné zdokumentovanie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača TradeMedical a zistených nedostatkov resp. nejasností v ponuke uchádzača TradeMedical komisiou, je uvedený v Prílohe 1 k Zápisnici (1) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -obsah ponuky a v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -podmienky účasti.

Zasadnutie komisie dňa 01.10.2024

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača TradeMedical a k hodnoteniu predloženého vysvetlenia ponuky uchádzačom TradeMedical. Uchádzač TradeMedical predložil vysvetlenie ponuky dňa 27.09.2024 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE. Komisia konštatuje, že uchádzač predložil vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote. V rámci predloženého vysvetlenia uchádzač TradeMedical predložil doklady/dokumenty, ktoré komisia nedokáže jednoznačne vyhodnotiť z dôvodu nedostatkov v ich predložení a preto komisia rozhodla, že požiada uchádzača TradeMedical o vysvetlenie ponuky (2) dňa 01.10.2024 (viď. Žiadosť o vysvetlenie ponuky (2) č. UNLP/0215/2024/10122 zo dňa 01.10.2024) prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE. Detailné zdokumentovanie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača a v rámci vysvetlenia ponuky – odpoveď uchádzača zo dňa 27.09.2024 komisiou a zdokumentovanie všetkých nejasností/nedostatkov, ktorú sú predmetom žiadosti o vysvetlenie ponuky (2) je uvedený v Prílohe 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -obsah ponuky a v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -podmienky účasti.

Zasadnutie komisie dňa 14.04.2025

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača TradeMedical a k predloženému vysvetleniu ponuky uchádzača – odpoveď uchádzača 2. Uchádzač TradeMedical predložil vysvetlenie ponuky-odpoveď 2 dňa 08.10.2024 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE. Komisia konštatuje, že uchádzač TradeMedical predložil vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote. Komisia pristúpila k hodnoteniu predloženého vysvetlenia ponuky – odpoveď 2 uchádzačom TradeMedical a po posúdení vysvetlenia ponuky a predložených dokladov komisia rozhodla, že opätovne požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky (viď. Žiadosť o vysvetlenie ponuky (3) zo dňa 14.04.2025 č. UNLP/2025/14/4 zo dňa 14.04.2025 z dôvodu zistenia nedostatkov. Detailné zdokumentovanie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača TradeMedical a v rámci vysvetlenia ponuky – odpoveď (2) uchádzača zo dňa 08.10.2024 komisiou a zdokumentovanie všetkých zistených nejasností/nedostatkov komisiou a dôvodov, pre ktoré komisia požiada opätovne uchádzača TradeMedical o vysvetlenie ponuky (3), je uvedený v Prílohe 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -obsah ponuky a v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -podmienky účasti.



Zasadnutie komisie dňa 30.04.2025

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača TradeMedical a k predloženému vysvetleniu ponuky uchádzača – odpoveď 3. Uchádzač TradeMedical predložil vysvetlenie ponuky-odpoveď 3 dňa 23.04.2025 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE. Komisia konštatuje, že uchádzač predložil vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote. Posúdenie ponuky uchádzača TradeMedical a posúdenie všetkých predložených vysvetlení ponuky uchádzačom TradeMedical (odpoveď uchádzača TradeMedical– vysvetlenie ponuky (1,2,3)), komisiou s právom vyhodnotenia ponúk je detailne uvedené a zdokumentované v Prílohe 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -obsah ponuky , v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -podmienky účasti a Prílohe 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -požiadavky.

V rámci posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom TradeMedical komisia s právom vyhodnotenia ponúk overovala najmä súlad informácií o ponúkanom tovare uchádzačom TradeMedical v ponuke s dokladmi/dokumentmi, ktoré uchádzač k tovaru predložil (dokument s názvom Dokument k špecifikácii, doklad Špecifikácia predmetu zákazky, doklad – Návod k obsluhu Ventilátor SV800, brožúra Ventilátor SV800, dokument – Nebulizačná terapia). Zároveň uchádzač TradeMedical na potvrdenie všetkých ním uvedených informácií o ponúkanom tovare v ponuke predložil aj doklad s názvom Čestné vyhlásenie k technickej špecifikácii prístrojov, v ktorom výrobca prístroja Mindray potvrdil a prehlásil, že uchádzačom TradeMedical ponúkaný tovar v ponuke, spĺňa všetky stanovené technické požiadavky, parametre a hodnoty na predmet zákazky, ktorý je predmetom verejného obstarávania. Detailné posúdenie splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky komisiou je zaznamenané v Príloha 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -požiadavky.

Komisia v rámci hodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom TradeMedical skúmala aj informácie o prístroji „servoventilátor SV800, výrobca Midray“ ktoré sú verejne dostupné a zverejnené na stránke uchádzača TradeMedical, presný link:

https://trademedical.sk/?gad_source=1&gad_campaignid=9768606953&gbraid=0AAAAACcFMSBc02sncjW8KRQjubkO_yd_g0&gclid=CjwKCAjw_pDBBhBMEiwAmY02NoXV41Q6jlvsgI6rUEdhCa0ovZelApd0myMt5mciXrifN93SEdC7MxoCT0EQAvD_BwE) z dôvodu zabezpečenia jednoznačného vyhodnotenia splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky.

Komisia v rámci preskúmania webovej stránky uchádzača TradeMedical identifikovala zverejnené informácie o prístroji Servoventilátor SV800, ktorý uchádzač TradeMedical predložil v ponuke. Komisia konštatuje, že na webovej stránke uchádzača TradeMedical sú dostupné informácie o prístroji SV800 a zároveň sú verejne dostupné aj ilustračné videá prístroja servoventilátor SV800, výrobca Mindray - <https://trademedical.sk/medicinska-technika/anesteziologicke-pristroje/ventilatorsv-800/>. Komisia konštatuje, že na zverejnených videách s názvom „Vizuál prístroja s alarmom“ je jednoznačne znázornené, že prístroj servoventilátor SV800 disponuje alarmom, ktorý je viditeľný zo všetkých strán, v horizontálnej rovine, po celom obvode, keďže z verejne dostupného videá je zrejmé, že predný svetelný alarm dopĺňa zadný vypuklý alarm, ktorý svieti do priestoru a teda prístroj má viditeľný alarm v 360°rovine. Komisia v rámci overovania informácií dostupných na webových stránkach taktiež identifikovala informácie o prístroji SV800 na stránke výrobcu prístroja SV800 (presný link: <https://www.mindray.com/en/media-center/press/mindray-debuts-high-end-ventilator-sv800-in-vienna>), v ktorých výrobca (okrem iného) konštatuje, že prístroj servoventilátor SV800, cit.:“ poskytuje používateľom 360-stupňový jasnú viditeľnosť a plochý štýl užívateľského rozhrania, ktoré je možné prispôbiť podľa užívateľových zaužívaných činností“

Komisia zároveň konštatuje, že posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykonala posúdením dokladov/dokumentov, ktoré uchádzač TradeMedical predložil v ponuke a zároveň aj overením z verejne dostupných zdrojov/informácií zverejnených na stránkach výrobcu zaradenia servoventilátora SV800:

Presný link: <https://www.mindray.com/en/products/ventilators/sv800-sv600>

Výrobca prístroja Mindray SV800 na vyššie uvedenej stránke, okrem zverejnených informácií o prístroji, má zverejnené a dostupné aj video o prístroji SV800, ktoré popisuje vizuálne prístroj SV800 a jeho použitie



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Ďalej komisia konštatuje, že aj samotný uchádzač TradeMedical má na svojej webovej stránke zverejnené dostupné informácie o prístroji SV800 doplnené o videá (vizuálne je znázornený prístroj SV800 a zároveň zverejnené video prístroja SV800, ktorý znázorňuje alarmovú výstrahu). Komisia konštatuje, že uvedené overenie komisiou s verejne dostupných zdrojov bude súčasťou dokumentácie s názvom „overenie komisiou“. Komisia ďalej konštatuje, že uchádzač TradeMedical v ponuke predložil aj doklad s názvom Čestné prehlásenie k technickej špecifikácii výrobcom prístrojov“ v ktorom výrobca prístroja, spoločnosť Mindray prehlásil, že uchádzač TradeMedical a ním uvedené informácie o prístroji SV800 v ponuke uchádzača plne spĺňa technické požiadavky stanovené verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní.

~~Komisia s právom vyhodnotenia ponúk po posúdení a vyhodnotení ponuky uchádzača TradeMedical konštatuje, že uchádzač preukázal splnenie stanovených podmienok účasti v súlade s 40 ZVO na predmet zákazky (viď Príloha 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti podmienky účasti) a zároveň uchádzač TradeMedical splnil stanovené požiadavky na predmet zákazky a ponuku (Príloha 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti obsah ponuky a Príloha 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti požiadavky) v súlade s § 53 ZVO v predmetnom verejnom obstarávaní. Komisia zároveň konštatuje, že overila aj informácie o ponúkanom tovare uchádzačom v ponuke z verejne dostupných zdrojov (webová stránka výrobcu prístroja SV800 a webová stránka uchádzača TradeMedical).~~

Komisia zároveň overila zápis uchádzača TradeMedical v Registri partnerov verejného sektora (ďalej „RPVS“) a konštatuje, že uchádzač je platne zapísaný v RPVS a overený ku dňu 25.02.2025.

~~Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:~~

~~Neuplatňuje sa.~~

~~Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:~~

~~Žiadna ponuka nebola vylúčená z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.~~

~~Záver z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti:~~

~~Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky na základe svojich zistení odporúčajú verejnému obstarávateľovi prijať ponuku úspešného uchádzača TradeMedical a.s. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098, ktorý splnil kritérium na vyhodnotenie ponúk, t.j. predložil najvýhodnejší cenový návrh, splnil stanovené podmienky účasti a splnil požiadavky na predmet zákazky a ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, ktoré stanovil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.~~

Verejný obstarávateľ zrušil Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnenú dňa 30.04.2025, dňa 08.07.2025 na základe rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) na nariadil komisii opätovne prehodnotiť ponuky predložené vo verejnom obstarávaní.

Zasadnutie komisie zo dňa 16.07.2025

Komisia po preštudovaní rozhodnutia predsedu UVO č. 9198-9000/2025 zo dňa 08.07.2025 pristúpila najprv k preštudovaniu celej dokumentácie verejného obstarávania a priebehu vyhláseného verejného obstarávania na predmet zákazky za účelom objasnenia všetkých údajov a postupov, ktoré nastali procesne vo vyhlásenej zákazke a zistila, že verejný obstarávateľ nesprávne formuloval vysvetlenie súťažných podkladov v technickom parametre č. 65. Verejný obstarávateľ v rámci vyhláseného verejného obstarávania na predmet zákazky zverejnil na základe otázky záujemcu vysvetlenie súťažných podkladov, konkrétne k stanovenému technickému parametru č. 65 „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov

Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti, predmet zákazky: Servoventilátory



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



- nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji“, uviedol verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov, cit.: „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji“. Pre vysvetlenie: integrovaný t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“. Verejný obstarávateľ uvedeným vysvetlením súťažných podkladov, konkrétne vysvetlením technického parametra č. 65 nesprávne formuloval a zverejnil vysvetlenie súťažných podkladov (vysvetlenie- „integrovaný- t.j. nie externý rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“), čím zásadne pozmenil stanovený min. technický parameter tak, že v pôvodne zadanom technickom parametri verejný obstarávateľ nestanovil požiadavku v znení, ako ju vysvetlil v rámci vysvetlenia súťažných podkladov a explicitne uviedol „integrovaný- t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“, čím verejný obstarávateľ zásadným spôsobom zmenil stanovený technický parameter a tak zamedzil hospodárskym subjektom predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré účel pôvodne stanoveného technického parametra dokážu zabezpečiť. Verejný obstarávateľ nesprávne uviedol vysvetlenie slovného spojenia „integrovaný do prístroja“, keďže uviedol, že požaduje ovládanie z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení, čím obmedzil predloženie ponúk hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú ekvivalentné riešenia. Komisia taktiež identifikovala, že v rámci vyhlásenej verejnej súťaže, uchádzač TradeMedical predložil vysvetlenie súťažných podkladov prostredníctvom sw. JOSEPHINE dňa 13.09.2025, v ktorom uchádzač TradeMedical žiadal od verejného obstarávateľa vysvetlenie parametra č. 65 v znení, cit.: „Bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalentné technické riešenie nebulizačnej liečby i s pneumatickým nebulizátorom, s ktorým je vhodnejšie aplikovať hustejšie olejové disperzie a kortikoidy. Pneumatická nebulizácia je vhodnejšie pre osoby, ktoré budú musia inhalovať často a dlhodobo (ťažšia astma, CHOPN, cystická fibróza a pod.), alebo potrebujú inhalovať husté farmakologické roztoky. Ovládanie nebulizátora je integrované na obrazovke servoventilátora. Ponúkané riešenie nebulizačnej liečby ponúka pre užívateľa väčšie rozhranie aplikácie liečiv ako pri nebulizačnej liečbe systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia. Pri liečbe systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia je aplikácia hustých alebo olejnatých disperzií obmedzená, pri požadovanom systéme liečby nebulizácie môže byť technickou nevýhodou predovšetkým pri častej a dlhodobej inhalačnej terapii. Pri dlho dobejšej aplikácii nebulizačnej terapie je pneumatická nebulizácia efektívnejšia a v prevádzkových nákladoch ekonomickejšia. Technické riešenie napájania rozprašovača liekov – by verejným obstarávateľom nemala byť obmedzujúca. Verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii neobmedzil (nešpecifikoval) možnosť napájania nebulizačnej liečby. Zároveň verejný obstarávateľ nešpecifikoval nevyhnutnosť ovládania na obrazovke servoventilátora. V rámci vysvetľovania súťažných podkladov a odpovedí zo dňa 8.9.2024 máme zato, že verejný obstarávateľ zásadným spôsobom zmenil technickú špecifikáciu predmetu obstarávania. **Pripomíname fakt, pneumatická nebulizácia je vhodnejšie pre osoby, ktoré budú musia inhalovať často a dlhodobo (ťažšia astma, CHOPN, cystická fibróza a pod.), alebo potrebujú inhalovať husté farmakologické roztoky. Prúdová (pneumatická) nebulizácia je vhodnejšia pre liečivá na báze olejových emulzií a liečivá s vysokou viskozitou (hustotou), teda viac než 3 cps, napr. kortizón. Takéto riešenie nebulizačnej liečby ponúka pre užívateľa väčšie rozhranie aplikácie liečiv ako pri nebulizačnej liečbe systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia.** Pre verejného obstarávateľa je dané riešenie z medicínskych i prevádzkových (servisných) riešení výhodnejšie“, na ktoré verejný obstarávateľ vzhľadom na lehotu predloženia žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov uchádzačom a stanovenej lehoty predkladania ponúk, verejný obstarávateľ neodpovedal. Komisia má za to, že ak by v tomto bode vysvetľovania súťažných podkladov verejný obstarávateľ riadne vysvetlil stanovený technický parameter a zároveň by uviedol, čo považuje za ekvivalentné riešenie, predĺžil by lehotu na predkladanie ponúk, nedošlo by nejasnosti stanoveného parametra a k nesprávnej interpretácii. Komisia následne po preštudovaní prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len „PTK“), ktorú verejný obstarávateľ realizoval v rámci prípravy verejného obstarávania na predmet zákazky taktiež zistila, že ani v rámci PTK neuviedol verejný obstarávateľ hospodárskym subjektom, že takúto funkcionálnu/požiadavku bude požadovať na predmet zákazky v znení, ktoré zverejnil v rámci vysvetlenia súťažných podkladov (ovládanie nebulizácie priamo z obrazovky monitora na prístroji, nie prostredníctvom externého zariadenia) a že v tomto prípade nie je možné predloženie ekvivalentného riešenia. V kontexte rozhodnutia predsedu UVO, tak komisia identifikovala, že predseda UVO sa nestotožnil s vyhodnotením predložených ponúk komisiou. Komisia, ktorá pozostáva z členov, ktorí sú odborníci v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny po preštudovaní stanoveného technického parametra a jeho vysvetlenia



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



verejným obstarávateľom konštatujú, že technický parameter tak ako bol vysvetlený verejným obstarávateľom v celom kontexte v rámci vysvetlenia súťažných podkladov nie je podložený žiadnymi potrebami verejného obstarávateľa, keďže ovládanie nebulizácie priamo z obrazovky prístroja a samotné integrovanie nebuláčnej liečby nie prostredníctvom extérneho zariadenia nie je nevyhnutnou požiadavkou na zabezpečenie účelu, na ktorý je prístroj určený. To, či je nebulizačná liečba ovládaná priamo integrovaným v prístroji servoventilátora alebo plní účel nebulizácie prostredníctvom extérneho zariadenia, ktoré v plnom rozsahu dokáže splniť účel, je z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom irelevantné. Dôležité pre verejného obstarávateľa je teda podľa komisie dodanie prístroja, ktorý dokáže poskytnúť nebulizačnú liečbu v rozsahu, ktorý bol pôvodne stanovený v parametri č. 65 (pred vysvetlením súťažných podkladov). Komisia v nadväznosti na toto zistenie odporúča verejnému obstarávateľovi zrušiť predmetné verejné obstarávanie a prehodnotiť stanovené technické parametre na predmet tak, aby odrážali skutočné potreby verejného obstarávateľa a zároveň umelo nezužovali okruh prístroj, ktoré spĺňajú technické požiadavky avšak ekvivalentným riešením, ktoré dokáže splniť stanovený účel.

Komisia má za to, že v prípade, ak by verejný obstarávateľ pokračoval ďalej v procese verejného obstarávania, bol by narušený princíp hospodárnosti a nediskriminácie nakoľko vyššie spomínaným vysvetlením, verejný obstarávateľ umelo zúžil okruh prístrojov spĺňajúcich technickú špecifikáciu, pričom toto zúženie parametrov nie je podložené žiadnymi potrebami verejného obstarávateľa (súčasne, ako vyplýva z Rozhodnutia predsedu) Komisia zároveň uvádza, že v čase hodnotenia ponúk si tohto umelého zúženia v procese vyhodnotenia ponúk nebola vedomá a preto vyhodnotila ponuku uchádzača TradeMedical, ako úspešnú s čím sa pôvodne stotožnil aj UVO, č.spisu: 7890-6000/2025 zo dňa 09.06.2025. S cieľom zachovania princípov a nájdenia najlepšieho pomeru ceny a kvality, komisia odporúča verejnému obstarávateľovi aby v procese zadávania tejto zákazky nepokračoval a zrušil verejné obstarávanie v súlade s § 57 ods. 2 ZVO keďže komisia má za jasne preukázané, že procesne značne pochybil verejný obstarávateľ a teda na vyskytli dôvody osobitného zreteľa pre ktoré nemožno aby verejný obstarávateľ pokračoval. Komisia ďalej odporúča verejnému obstarávateľovi, aby špecifikoval technické parametre jednoznačne s potrebami verejného obstarávateľa a opätovne vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky. Komisia neodporúča verejnému obstarávateľovi procesne pokračovať v predmetnej zákazke aj z dôvodu, že zjavne došlo na strane verejného obstarávateľa k pochybeniu a teda ponuku uchádzača TradeMedical neodporúča ani ďalej hodnotiť. Ak by verejný obstarávateľ pokračoval v hodnotení ponuky uchádzača TradeMedical a/alebo ostatných predložených ponúk uchádzačov, vzhľadom na vyššie uvedené zistené pochybenie verejného obstarávateľa už v samotnom priebehu vyhláseného verejného obstarávania komisiou, postupoval by v rozpore so ZVO a zneužitíu práva.

Členovia komisie zároveň prehlasujú, že voči danému uchádzačovi a osobám, ktoré v jeho mene vystupujú alebo sú členmi jeho orgánov (vrátane subdodávateľov) nie sú v konflikte záujmov. Komisia zároveň konštatuje, že nezaznamenala situáciu, ktorá by mohla nasvedčovať možnému konfliktu záujmov vo vzťahu uchádzačom (vrátane subdodávateľov), ktorí predložili ponuku. Členovia komisie preto môžu konštatovať, že pri vyhodnocovaní nebol identifikovaný potencionálny konflikt záujmov, čo členovia potvrdzujú svojim podpisom. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom. Prítomní členovia komisie zároveň prehlasujú, že túto Zápisnicu (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti vrátane príloh, podpisujú v slobodnej vôli a s obsahom zápisnice a všetkých príloh k tejto zápisnici súhlasia v plnej miere.



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Prílohy zápisnice:

1. Prezenčné listiny zo zasadnutia komisie
2. ~~Príloha 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – obsah ponuky~~
3. ~~Príloha 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – podmienky účasti~~
4. ~~Príloha 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – požiadavky~~

Podpisy členov komisie:

Členovia komisie :	Podpis
MUDr. Vladimír Hudák, PhD., - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH- člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Tomáš Pallas - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Ján Michlík - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH, DPA –bez práva vyhodnocovať ponuky	

V Košiciach, 16.07.2025