



Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti

podľa § 53 a § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice IČO:00606707

Predmet zákazky: Servoventilátory

Postup VO: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Vyhlásenie VO: v Úradnom vestníku EÚ č. S160/2024 zo dňa 19.08.2024 pod označením č.495683-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 164/2024 zo dňa 20.08.2024 pod označením 20609-MST

Lehota na predkladanie ponúk: 16.09.2024 do 11:00 hod.

Dátum a čas otvárania ponúk: 16.09.2024 o 11:30 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 753 608,40 EUR

Členovia komisie

V súlade s § 51 ZVO bola na otvorenie a vyhodnotenie ponúk menovaná komisia štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa. MZ SR dňa 30.08.2024 listom č. S18258-2024-OPŽ-8/Z062178/UNK4/8 menovalo krajského odborníka pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu Košický samosprávny kraj, ako člena komisie na otváranie ponúk. Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky potvrdili čestným vyhlásením, že spĺňajú podmienky uvedené v ustanovení § 51 ZVO a že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú uložené v dokumentácii o verejnom obstarávaní. Členovia komisie zároveň vyhlásili neexistenciu konfliktu záujmov.

Komisiu na vyhodnotenie ponúk tvoria členovia:

1. MUDr. Vladimír Hudák, PhD. - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk
2. MUDr. Jana Šimonová, PhD.MPH - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk
3. MUDr. Tomáš Pallas - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk
4. MUDr. Ján Michlík - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk
5. Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH, DPA – procesný garant bez práva vyhodnocovať ponuky

Zasadnutie komisie dňa 20.09.2024

Komisia zriadená štatutárnym orgánom pristúpila k vyhodnoteniu predložených ponúk, ktoré boli predložené v lehote na predkladanie ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, že vyhodnotenie ponúk bude v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO, t.j. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a ponuku podľa § 53 ZVO sa uskutoční po **vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž)**, a to u uchádzača, ktorý sa umiestnil na **1 mieste v poradí** (t.j. predloží najnižšiu cenovú ponuku v EUR s DPH za predmet zákazky). Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk – celková cena v EUR s DPH.

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote určenej na predkladanie ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE

ID ponuky v sw. JOSEPHINE	Uchádzač	Predloženie ponuky (dátum, čas a miesto predloženia ponuky)
160098	MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774	13.09.2024 o 14:43:32 prostredníctvom sw. JOSEPHINE



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



160131	Surgitech s.r.o., Zárubová 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica IČO:50197975	15.09.2024 o 23:15:26 prostredníctvom sw. JOSEPHINE
160183	TradeMedical a.s., Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098	16.09.2024 o 09:37:20 prostredníctvom sw. JOSEPHINE

Zoznam uchádzačov a cenové návrhy uchádzačov, ktorí v lehote určenej na predkladanie ponúk predložili ponuky na predmet zákazky

ID ponuky v sw. JOSEPHINE	Uchádzač	Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk - cenový návrh uchádzačov na predmet zákazky (celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky)
160098	MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774	453 336,00
160131	Surgitech s.r.o., Zárubová 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica IČO:50197975	455 760,00
160183	TradeMedical a.s., Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098	421 797,60

Poradie ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie

Uchádzač	Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk - cenový návrh uchádzačov na predmet zákazky (celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky)	Poradie
TradeMedical a.s., Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098	421 797,60	1.
MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774	453 336,00	2.
Surgitech s.r.o., Zárubová 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica IČO:50197975	455 760,00	3.

Na základe vyhodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk (celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky) komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste, (t.j. predložil najnižšiu cenovú ponuku v EUR s DPH na predmet zákazky) **TradeMedical a.s. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098** (ďalej len „TradeMedical“).

Posúdenie zloženia zábezpeky na predmet zákazky:

V súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a v Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania – zábezpeka ponuky na predmet zákazky nebola vyžadovaná.



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Mimoriadne nízka ponuka:

Komisia preskúmala ponuku uchádzača TradeMedical a konštatuje, že nepovažuje cenovú ponuku uchádzača za mimoriadne nízku (s ohľadom na všetky predložené ponuky uchádzačov a ich cenové návrhy na predmet zákazky).

Komisia pristúpila k overeniu súladu cien, ktoré uchádzač vložil do ponukového formuláru sw. JOSEPHINE v čase predkladania ponuky s cenami, ktoré uchádzač TradeMedical predložil v doklade Návrh na plnenie kritéria – kalkulácia ceny v ponuke a konštatuje, **že nezistila rozdiely.** Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača TradeMedical z hľadiska posúdenia splnenia formálnych náležitostí (t.j. preskúmanie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača - obsah ponuky uchádzača), posúdenia splnenia podmienok účasti a posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a ponuku na predmetu zákazky.

Z hľadiska posúdenia splnenia formálnych náležitostí (obsah ponuky uchádzača) v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch (bod 14. časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov) komisia po preštudovaní dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača TradeMedical konštatuje, že identifikovala nejasnosti resp. nedostatky v predloženej ponuke uchádzača, ktoré je potrebné vysvetliť (viď. Žiadosť o vysvetlenie ponuky č.276/2024/OdVO zo dňa 20.09.2024). Detailné zdokumentovanie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača TradeMedical a zistených nedostatkov resp. nejasností v ponuke uchádzača TradeMedical komisiou, je uvedené v Prílohe 1 k Zápisnici (1) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -obsah ponuky a v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -podmienky účasti.

Zasadnutie komisie dňa 01.10.2024

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača TradeMedical a k hodnoteniu predloženého vysvetlenia ponuky uchádzačom TradeMedical. Uchádzač TradeMedical predložil vysvetlenie ponuky dňa 27.09.2024 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE. Komisia konštatuje, že uchádzač predložil vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote. V rámci predloženého vysvetlenia uchádzač TradeMedical predložil doklady/dokumenty, ktoré komisia nedokáže jednoznačne vyhodnotiť z dôvodu nedostatkov v ich predložení a preto komisia rozhodla, že požiada uchádzača TradeMedical o vysvetlenie ponuky (2) dňa 01.10.2024 (viď. Žiadosť o vysvetlenie ponuky (2) č. UNLP/0215/2024/10122 zo dňa 01.10.2024) prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE. Detailné zdokumentovanie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača a v rámci vysvetlenia ponuky – odpoveď uchádzača zo dňa 27.09.2024 komisiou a zdokumentovanie všetkých nejasností/nedostatkov, ktorú sú predmetom žiadosti o vysvetlenie ponuky (2) je uvedené v Prílohe 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -obsah ponuky a v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -podmienky účasti.

Zasadnutie komisie dňa 14.04.2025

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača TradeMedical a k predloženému vysvetleniu ponuky uchádzača – odpoveď uchádzača 2. Uchádzač TradeMedical predložil vysvetlenie ponuky-odpoveď 2 dňa 08.10.2024 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE. Komisia konštatuje, že uchádzač TradeMedical predložil vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote. Komisia pristúpila k hodnoteniu predloženého vysvetlenia ponuky – odpoveď 2 uchádzačom TradeMedical a po posúdení vysvetlenia ponuky a predložených dokladov komisia rozhodla, že opätovne požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky (viď. Žiadosť o vysvetlenie ponuky (3) zo dňa 14.04.2025 č. UNLP/2025/14/4 zo dňa 14.04.2025 z dôvodu zistenia nedostatkov. Detailné zdokumentovanie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača TradeMedical a v rámci vysvetlenia ponuky – odpoveď (2) uchádzača zo dňa 08.10.2024 komisiou a zdokumentovanie všetkých zistených nejasností/nedostatkov komisiou a dôvodov, pre ktoré komisia požiada opätovne uchádzača TradeMedical o vysvetlenie ponuky (3), je uvedené v Prílohe 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -obsah ponuky a v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -podmienky účasti.



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Zasadnutie komisie dňa 30.04.2025

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača TradeMedical a k predloženému vysvetleniu ponuky uchádzača – odpoveď 3. Uchádzač TradeMedical predložil vysvetlenie ponuky-odpoveď 3 dňa 23.04.2025 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE. Komisia konštatuje, že uchádzač predložil vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote. Posúdenie ponuky uchádzača TradeMedical a posúdenie všetkých predložených vysvetlení ponuky uchádzačom TradeMedical (odpoveď uchádzača TradeMedical– vysvetlenie ponuky (1,2,3)), komisiou s právom vyhodnotenia ponúk je detailne uvedené a zdokumentované v Prílohe 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -obsah ponuky , v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -podmienky účasti a Prílohe 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -požiadavky.

V rámci posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom TradeMedical komisia s právom vyhodnotenia ponúk overovala najmä súlad informácií o ponúkanom tovare uchádzačom TradeMedical v ponuke s dokladmi/dokumentmi, ktoré uchádzač k tovaru predložil (dokument s názvom Dokument k špecifikácii, doklad Špecifikácia predmetu zákazky, doklad – Návod k obsluhu Ventilátor SV800, brožúra Ventilátor SV800, dokument – Nebulizačná terapia). Zároveň uchádzač TradeMedical na potvrdenie všetkých ním uvedených informácií o ponúkanom tovare v ponuke predložil aj doklad s názvom Čestné vyhlásenie k technickej špecifikácii prístrojov, v ktorom výrobca prístroja Mindray potvrdil a prehlásil, že uchádzačom TradeMedical ponúkaný tovar v ponuke, spĺňa všetky stanovené technické požiadavky, parametre a hodnoty na predmet zákazky, ktorý je predmetom verejného obstarávania. Detailné posúdenie splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky komisiou je zaznamenané v Príloha 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti -požiadavky.

Komisia v rámci hodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom TradeMedical skúmala aj informácie o prístroji „servoventilátor SV800, výrobca Midray“ ktoré sú verejne dostupné a zverejnené na stránke uchádzača TradeMedical, presný link:

https://trademedical.sk/?gad_source=1&gad_campaignid=9768606953&gbraid=0AAAAACcFMSBc02sncjW8KRQjubkO_yd_g0&gclid=CjwKCAjw_pDBBhBMEiwAmY02NoXV41Q6jlvsgI6rUEdhCa0ovZelApd0myMt5mciXrifN93SEdC7MxoCT0EQAvD_BwE) z dôvodu zabezpečenia jednoznačného vyhodnotenia splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky.

Komisia v rámci preskúmania webovej stránky uchádzača TradeMedical identifikovala zverejnené informácie o prístroji Servoventilátor SV800, ktorý uchádzač TradeMedical predložil v ponuke. Komisia konštatuje, že na webovej stránke uchádzača TradeMedical sú dostupné informácie o prístroji SV800 a zároveň sú verejne dostupné aj ilustračné videá prístroja servoventilátor SV800, výrobca Mindray - <https://trademedical.sk/medicinska-technika/anesteziologicke-pristroje/ventilatorsv-800/>. Komisia konštatuje, že na zverejnených videách s názvom „Vizuál prístroja s alarmom“ je jednoznačne znázornené, že prístroj servoventilátor SV800 disponuje alarmom, ktorý je viditeľný zo všetkých strán, v horizontálnej rovine, po celom obvode, keďže z verejne dostupného videá je zrejmé, že predný svetelný alarm dopĺňa zadný vypuklý alarm, ktorý svieti do priestoru a teda prístroj má viditeľný alarm v 360°rovine. Komisia v rámci overovania informácií dostupných na webových stránkach taktiež identifikovala informácie o prístroji SV800 na stránke výrobcu prístroja SV800 (presný link: <https://www.mindray.com/en/media-center/press/mindray-debuts-high-end-ventilator-sv800-in-vienna>), v ktorých výrobca (okrem iného) konštatuje, že prístroj servoventilátor SV800, cit.:“ poskytuje používateľom 360-stupňový jasnú viditeľnosť a plochý štýl užívateľského rozhrania, ktoré je možné prispôbiť podľa užívateľových zaužívaných činností“

Komisia zároveň konštatuje, že posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykonala posúdením dokladov/dokumentov, ktoré uchádzač TradeMedical predložil v ponuke a zároveň aj overením z verejne dostupných zdrojov/informácií zverejnených na stránkach výrobcu zaradenia servoventilátora SV800:

Presný link: <https://www.mindray.com/en/products/ventilators/sv800-sv600>

Výrobca prístroja Mindray SV800 na vyššie uvedenej stránke, okrem zverejnených informácií o prístroji, má zverejnené a dostupné aj video o prístroji SV800, ktoré popisuje vizuálne prístroj SV800 a jeho použitie

Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti, predmet zákazky: Servoventilátory



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Ďalej komisia konštatuje, že aj samotný uchádzač TradeMedical má na svojej webovej stránke zverejnené dostupné informácie o prístroji SV800 doplnené o videá (vizuálne je znázornený prístroj SV800 a zároveň zverejnené video prístroja SV800, ktorý znázorňuje alarmovú výstrahu). Komisia konštatuje, že uvedené overenie komisiou s verejne dostupných zdrojov bude súčasťou dokumentácie s názvom „overenie komisiou“. Komisia ďalej konštatuje, že uchádzač TradeMedical v ponuke predložil aj doklad s názvom Čestné prehlásenie k technickej špecifikácii výrobcom prístrojov“ v ktorom výrobca prístroja, spoločnosť Mindray prehlásil, že uchádzač TradeMedical a ním uvedené informácie o prístroji SV800 v ponuke uchádzača plne spĺňa technické požiadavky stanovené verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní.

~~Komisia s právom vyhodnotenia ponúk po posúdení a vyhodnotení ponuky uchádzača TradeMedical konštatuje, že uchádzač preukázal splnenie stanovených podmienok účasti v súlade s 40 ZVO na predmet zákazky (viď Príloha 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti podmienky účasti) a zároveň uchádzač TradeMedical splnil stanovené požiadavky na predmet zákazky a ponuku (Príloha 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti obsah ponuky a Príloha 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti požiadavky) v súlade s § 53 ZVO v predmetnom verejnom obstarávaní. Komisia zároveň konštatuje, že overila aj informácie o ponúkanom tovare uchádzačom v ponuke z verejne dostupných zdrojov (webová stránka výrobcu prístroja SV800 a webová stránka uchádzača TradeMedical).~~

Komisia zároveň overila zápis uchádzača TradeMedical v Registri partnerov verejného sektora (ďalej „RPVS“) a konštatuje, že uchádzač je platne zapísaný v RPVS a overený ku dňu 25.02.2025.

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Neuplatňuje sa.

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk:

Žiadna ponuka nebola vylúčená z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.

Záver z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti:

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky na základe svojich zistení ~~odporúčajú verejnému obstarávateľovi prijať ponuku úspešného uchádzača TradeMedical a.s. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098, ktorý splnil kritérium na vyhodnotenie ponúk, t.j. predložil najvýhodnejší cenový návrh, splnil stanovené podmienky účasti a splnil požiadavky na predmet zákazky a ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, ktoré stanovil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.~~

Verejný obstarávateľ zrušil Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnenú dňa 30.04.2025, dňa 08.07.2025 na základe rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) na nariadil komisii opätovne prehodnotiť ponuky predložené vo verejnom obstarávaní.

Zasadnutie komisie zo dňa 16.07.2025

Komisia po preštudovaní rozhodnutia predsedu UVO č. 9198-9000/2025 zo dňa 08.07.2025a preštudovania dokumentácie verejného obstarávania zistila, že verejný obstarávateľ nesprávne formuloval vysvetlenie súťažných podkladov v technickom parametri č. 65. Verejný obstarávateľ v rámci vyhláseného verejného obstarávania na predmet zákazky zverejnil na základe otázky záujemcu vysvetlenie súťažných podkladov, konkrétne k stanovenému technickému parametru č. 65 „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji“, uviedol verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov, cit.: „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji“. Pre vysvetlenie: integrovaný t.j. nie externý rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja

Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti, predmet zákazky: Servoventilátory



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“. Verejný obstarávateľ uvedeným vysvetlením súťažných podkladov, konkrétne vysvetlením technického parametra č. 65 nesprávne formuloval a zverejnil vysvetlenie súťažných podkladov (vysvetlenie- „integrovanej- t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“), čím zásadne pozmenil stanovený min. technický parameter tak, že v pôvodne zadanom technickom parametri verejný obstarávateľ nestanovil požiadavku v znení, ako ju vysvetlil v rámci vysvetlenia súťažných podkladov a explicitne uviedol „integrovanej- t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“, čím verejný obstarávateľ zásadným spôsobom zmenil stanovený technický parameter a tak zamedzil hospodárskym subjektom predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré účel pôvodne stanoveného technického parametra dokáže zabezpečiť. Verejný obstarávateľ nesprávne uviedol vysvetlenie slovného spojenia „integrovanej do prístroja“, keďže uviedol, že požaduje ovládanie z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení, čím obmedzil predloženie ponúk hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú ekvivalentné riešenia. Komisia následne po preštudovaní prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len „PTK“), ktorú verejný obstarávateľ realizoval v rámci prípravy verejného obstarávania na predmet zákazky taktiež zistila, že ani v rámci PTK neuviedol verejný obstarávateľ hospodárskym subjektom, že takúto funkcionality/požiadavku bude požadovať na predmet zákazky v znení, ktoré zverejnil v rámci vysvetlenia súťažných podkladov (ovládanie nebulizácie priamo z obrazovky monitora na prístroji, nie prostredníctvom externého zariadenia) a že v tomto prípade nie je možné predloženie ekvivalentného riešenia. V kontexte rozhodnutia predsedu UVO, tak komisia identifikovala, že predseda UVO sa nestotožnil s vyhodnotením predložených ponúk komisiou. Komisia, ktorá pozostáva z členov, ktorí sú odborníci v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny po preštudovaní stanoveného technického parametra a jeho vysvetlenia verejným obstarávateľom konštatujú, že technický parameter tak ako bol vysvetlený verejným obstarávateľom v celom kontexte v rámci vysvetlenia súťažných podkladov nie je podložený žiadnymi potrebami verejného obstarávateľa, keďže ovládanie nebulizácie priamo z obrazovky prístroja a samotné integrovanie nebulizačnej liečby nie prostredníctvom extérneho zariadenia nie je nevyhnutnou požiadavkou na zabezpečenie účelu, na ktorý je prístroj určený. To, či je nebulizačná liečba ovládaná priamo integrovaným v prístroji servoventilátora alebo plní účel nebulizácie prostredníctvom externého zariadenia, ktoré v plnom rozsahu dokáže splniť účel, je z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom irelevantné. Dôležité pre verejného obstarávateľa je teda podľa komisie dodanie prístroja, ktorý dokáže poskytnúť nebulizačnú liečbu v rozsahu, ktorý bol pôvodne stanovený v parametri č. 65 (pred vysvetlením súťažných podkladov). Komisia v nadväznosti na toto zistenie odporúča verejnému obstarávateľovi zrušiť predmetné verejné obstarávanie a prehodnotiť stanovené technické parametre na predmet tak, aby odrážali skutočné potreby verejného obstarávateľa a zároveň umelo nezužovali okruh prístroj, ktoré spĺňajú technické požiadavky avšak ekvivalentným riešením, ktoré dokáže splniť stanovený účel.

Komisia má za to, že v prípade, ak by verejný obstarávateľ pokračoval ďalej v procese verejného obstarávania, bol by narušený princíp hospodárnosti a nediskriminácie nakoľko vyššie spomínaným vysvetlením, verejný obstarávateľ umelo zúžil okruh prístrojov spĺňajúcich technickú špecifikáciu, pričom toto zúženie parametrov nie je podložené žiadnymi potrebami verejného obstarávateľa (súčasne, ako vyplýva z Rozhodnutia predsedu) Komisia zároveň uvádza, že v čase hodnotenia ponúk si tohto umelého zúženia v procese vyhodnotenia ponúk nebola vedomá a preto vyhodnotila ponuku uchádzača TradeMedical ako úspešnú s čím sa pôvodne stotožnil aj UVO č.spisu: 7890-6000/2025 zo dňa 09.06.2025. S cieľom zachovania princípov a nájdenia najlepšieho pomeru ceny a kvality, komisia odporúča verejnému obstarávateľovi aby v procese zadávania tejto zákazky nepokračoval a zrušil verejné obstarávanie v súlade s § 57 ods. 2 ZVO keďže komisia má za jasne preukázané, že procesne značne pochybil verejný obstarávateľ a teda na vyskytli dôvody osobitného zreteľa pre ktoré nemožno aby verejný obstarávateľ pokračoval. Komisia ďalej odporúča verejnému obstarávateľovi, aby špecifikoval technické parametre jednoznačne s potrebami verejného obstarávateľa a opätovne vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ na základe odporúčania komisie zrušil verejné obstarávanie dňa 16.07.2025 a zverejnil v dokumentoch zákazky dokument s názvom Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania. Dňa 18.07.2025 bola verejnému obstarávateľovi doručená námietka voči rozhodnutiu verejného obstarávania o zrušení verejného obstarávania v ktorej okrem iných skutočností, navrhovateľ namietal aj nedostatočné popísané odôvodnenie o zrušení verejného obstarávania verejným obstarávateľom. V nadväznosti na to, verejný obstarávateľ dňa 21.07.2025 zverejnil v dokumentoch zákazky

autoremedúru dokumentu Rozhodnutia verejného obstarávateľa o zrušení verejného obstarávania.

Dňom 19.08.2025 obdržal verejný obstarávateľ rozhodnutie Úradu verejného obstarávania č. spisu: 10313-6000/2025 a 10719-6000/2025, v ktorom Úrad pre verejné obstarávanie nariadil verejnému obstarávateľovi odstrániť protiprávny stav a „**odstrániť protiprávny stav**, a to konkrétne **zrušiť rozhodnutie verejného obstarávateľa o zrušení verejnej súťaže** označené ako „Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania“ zo dňa 16. 07. 2025 doručené uchádzačom prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE toho istého dňa, vrátane jeho doplnenia označeného ako „Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania“ zo dňa 21. 07. 2025 doručeného uchádzačom prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE toho istého dňa a zároveň zrušiť Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 143/2025 dňa 18. 07. 2025 pod značkou 11749 - VST a v Úradnom vestníku Európskej únie č. 135/2025 dňa 17. 07. 2025 pod značkou 468264-2025 a **pokračovať vo verejnej súťaži**.

Dňom 10.09.2025 verejný obstarávateľ vykonal nariadenie Úradu pre verejné obstarávanie a zrušil Rozhodnutie verejného obstarávateľa o zrušení verejného obstarávania, ktoré zverejnil v profile zákazky a zároveň zaslal uchádzačom prostredníctvom sw. JOSEPHINE, v ktorom verejný obstarávateľ informoval, že ponuky predložené vo verejnom obstarávaní vrátil verejný obstarávateľ späť do hodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ následne zrušil Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 143/2025 dňa 18. 07. 2025 pod značkou 11749 - VST a v Úradnom vestníku Európskej únie č. 135/2025 dňa 17. 07. 2025 pod značkou 468264-2025.

Zasadnutie komisie 13.10.2025

Na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a nariadenia pokračovať v procese hodnotenia predložených ponúk, komisia pristúpila k preskúmaniu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. spisu: 10313-6000/2025 a 10719-6000/2025 a všetkých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré boli v procese hodnotenia tejto zákazky vydané Úradom pre verejné obstarávanie na základe námietkových konaní, komisia pristúpila opätovne k hodnoteniu ponuky uchádzača TradeMedical v časti hodnotenia technického parametra č. 65 cit.: „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji“ stanoveného v predmetnom verejnom obstarávaní a jeho vysvetlenia verejným obstarávateľom v čase plynutia lehoty na predkladanie ponúk, v časti vysvetlenia: „Pre vysvetlenie: integrovaný t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“.

Komisia opätovne skúmala technický parameter v bode 65 technickej špecifikácie v rozsahu jeho stanovenia a aj vysvetlenia súťažných podkladov verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní. Po opätovnom preskúmaní stanoveného parametra v predmetnej verejnej súťaži, komisia musí konštatovať, že prístroj ponúkaných uchádzačom TradeMedical síce ponúka ekvivalentné riešenie, ktoré funkcionalitou dokáže splniť účel použitia daného technického parametra avšak v kontexte stanovenej požiadavky, kde verejný obstarávateľ jasne vysvetlil a explicitne uviedol, že cit.: „„*integrovaný- t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení*““, komisia s právom vyhodnotenia ponúk a zároveň aj vzhľadom na rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, nemôže akceptovať/priať ekvivalentné riešenie predložené v ponuke uchádzača TradeMedical k danému technickému parametru pretože v kontexte explicitného vysvetlenia súťažných podkladov v technickom parametri č. 65, uchádzačom predložený prístroj v ponuke nespĺňa stanovený parameter v rozsahu stanovenom v predmetnom verejnom obstarávaní. Uchádzač v ponuke predložil ekvivalentné riešenie preukázania splnenia stanoveného parametra, ktorý dokáže účel technického parametra zabezpečiť, avšak externým zariadením, ktoré sa ovláda len v rozsahu zapnutia/vypnutia prístroja a dané technické zariadenie nie je integrované v rámci prístroja ale pripája sa pomocou USB rozhrania. Komisia v pôvodnom hodnotení ponuky uchádzača TradeMedical vyhodnotila stanovený technický parameter v bode č. 65 ako „splnil“ keďže účel stanoveného parametra prístroj dokáže splniť avšak nie v úplnom kontexte stanovenej technickej požiadavky v bode 65 technickej špecifikácie a jeho vysvetlenia, ktoré uviedol verejný obstarávateľ vo verejnom obstarávaní. V záujme zachovania všetkých princípov vo verejnom obstarávaní a dodržania zákonných ustanovení, komisia rozhodla, že ponuku uchádzača vylúči z dôvodu nesplnenia požiadavky v bode č. 65 technickej špecifikácie v súlade s § 53 ods. 4 písm. b) ZVO).



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Komisia po vylúčení ponuky uchádzača TradeMedical pristúpila k hodnoteniu predložených ponúk a v súlade so súťažnými podmienkami vo verejnom obstarávaní, pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača **MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774** (ďalej len „MEDIS Nitra“), ktorého ponuka sa v novozostanom poradí ponúk po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie, umiestnila na 1.mieste.

Uchádzač	Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk - cenový návrh uchádzačov na predmet zákazky (celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky (sadzba DPH 20%))	Poradie
MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774	453 336,00	1.
Surgitech s.r.o., Zárubová 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica IČO:50197975	455 760,00	2.

Mimoriadne nízka ponuka:

Komisia preskúmala ponuku uchádzača MEDIS Nitra a konštatuje, že nepovažuje cenovú ponuku uchádzača za mimoriadne nízku (s ohľadom na všetky predložené ponuky uchádzačov a ich cenové návrhy na predmet zákazky).

Komisia pristúpila k overeniu súladu cien, ktoré uchádzač vložil do ponukového formuláru sw. JOSEPHINE v čase predkladania ponuky s cenami, ktoré uchádzač MEDIS Nitra predložil v doklade Návrh na plnenie kritéria – kalkulácia ceny v ponuke a konštatuje, že nezistila rozdiely. Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača MEDIS Nitra z hľadiska posúdenia splnenia formálnych náležitostí (t.j. preskúmanie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača - obsah ponuky uchádzača), posúdenia splnenia podmienok účasti a posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a ponuku na predmetu zákazky.

Komisia po preštudovaní ponuky uchádzača MEDIS Nitra identifikovala nejasnosti/nedostatky v predloženej ponuke uchádzača. Hodnotenie splnenia všetkých formálnych náležitostí, t.j. dokladov/dokumentov predložených uchádzačom MEDIS Nitra v ponuke v súlade so stanovenými podmienkami a požiadavkami vo verejnom obstarávaní a zistené nedostatky ponuky sú uvedené v Prílohe 1A k Zápisnici (1) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti - obsah ponuky. klady/dokumenty v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. Komisia rozhodla, že požiada uchádzača MEDIS Nitra o vysvetlenie ponuky prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 13.10.2025

Zasadnutie komisie 16.10.2025

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača MEDIS Nitra a k hodnoteniu predloženého vysvetlenia ponuky uchádzačom MEDIS Nitra. Komisia konštatuje, že považuje vysvetlenie ponuky uchádzača za dostatočné.

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača **MEDIS Nitra z hľadiska splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO na predmet zákazky:**

Komisia posudzovala ponuku uchádzača MEDIS Nitra z hľadiska splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO na predmet zákazky stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch (časť B. Podmienky účasti záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov) a predložených dokladov/dokumentov a informácií v predloženej ponuke uchádzača a v rámci vysvetlenia ponuky. Posúdenie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača MEDIS Nitra Hodnotenie predložených dokladov/dokumentov uchádzačom MEDIS Nitra komisiou v rámci hodnotenia splnenia stanovených podmienok účasti je detailne zaznamenané v Prílohe 2A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – podmienky účasti.

Komisia s právom vyhodnotenia ponúk po posúdení a celkovom hodnotení ponuky uchádzača MEDIS Nitra jednoznačne konštatuje, že uchádzač MEDIS Nitra splnil stanovené podmienky účasti v tomto verejnom obstarávaní.

Komisia pokračovala v hodnotení ponuky uchádzača MEDIS Nitra z hľadiska splnenia požiadaviek stanovených na predmet zákazky podľa ustanovenia § 53 ZVO za účelom vyhodnotenia:

Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti, predmet zákazky: Servoventilátory



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Komisia posudzovala:

- potvrdenia, doklady, dokumenty a iné písomnosti prostredníctvom, ktorých uchádzač preukázal **spĺnenie požiadaviek na predmet zákazky a ostatných požiadaviek na predmet zákazky** stanovených v časti C. Opis predmetu zákazky, bod 6 súťažných podkladov. Detailné hodnotenie dokladov/dokumentov predložených uchádzačom komisiou je zdokumentované v Prílohe 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – obsah ponuky.
- komisia v rámci hodnotenia posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky preskúmala splnenie stanovených požiadaviek na predmet zákazky (min. technických parametrov, hodnôt a vlastností na tovar, ktoré stanovil verejný obstarávateľ vo verejnom obstarávaní) tak, že overovala súlad v doklade Špecifikácia predmetu zákazky a dokumentov/dokladu k prístroju so stanovenými min. technickými požiadavkami na tovar vo verejnom obstarávaní. Detailné zdokumentovanie a hodnotenie posúdenia splnenia jednotlivých požiadaviek (technických) je uvedené v Prílohe 3A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – požiadavky.

Komisia s právom vyhodnotenia ponúk po posúdení a hodnotení ponuky uchádzača MEDIS Nitra jednoznačne konštatuje, že uchádzač preukázal splnenie stanovených požiadaviek na predmet zákazky a ponuku v tomto verejnom obstarávaní.

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

TradeMedical a.s., Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra IČO:50822098- z dôvodu nesplnenia požiadavky v bode č. 65 technickej špecifikácie v súlade s § 53 ods. 4 písm. b) ZVO).

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

Žiadna ponuka nebola vylúčená z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.

Záver z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti:

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky na základe svojich zistení **odporúčajú verejnému obstarávateľovi prijať ponuku úspešného uchádzača MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774**, ktorý splnil kritérium na vyhodnotenie ponúk, t.j. predložil najvýhodnejší cenový návrh, splnil stanovené podmienky účasti a splnil požiadavky na predmet zákazky a ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, ktoré stanovil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Komisia zároveň konštatuje, že úspešný uchádzač predložil cenový návrh so stanovením DPH vo výške 20% a odporúča verejnému obstarávateľovi v prípade, ak verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača MEDIS Nitra upraviť výšku DPH a aj celkovú cenu predmetu zmluvy v súlade s aktuálne platnou legislatívou o dani z DPH na území SR.

Členovia komisie zároveň prehlasujú, že voči danému uchádzačovi/uchádzačom a osobám, ktoré v jeho/ich mene/menách vystupujú alebo sú členmi jeho/ich orgánov (vrátane subdodávateľov) nie sú v konflikte záujmov. Komisia zároveň konštatuje, že nezaznamenala situáciu, ktorá by mohla nasvedčovať možnému konfliktu záujmov vo vzťahu uchádzačom (vrátane subdodávateľov), ktorí predložili ponuku. Členovia komisie preto môžu konštatovať, že pri vyhodnocovaní nebol identifikovaný potencionálny konflikt záujmov, čo členovia potvrdzujú svojim podpisom. Členovia komisie na vyhodnotenie

Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti, predmet zákazky: Servoventilátory



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



ponúk vyhlasujú, že táto Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom. Prítomní členovia komisie zároveň prehlasujú, že túto Zápisnicu (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti vrátane príloh, podpisujú v slobodnej vôli a s obsahom zápisnice a všetkých príloh k tejto zápisnici súhlasia v plnej miere.

Prílohy zápisnice:

1. Prezenčné listiny zo zasadnutia komisie
2. ~~Príloha 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – obsah ponuky~~
3. ~~Príloha 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – podmienky účasti~~
4. ~~Príloha 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – požiadavky~~
5. Príloha 1A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – obsah ponuky
6. Príloha 2A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – podmienky účasti
7. Príloha 3A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – požiadavky

Podpisy členov komisie:

Členovia komisie :	Podpis
MUDr. Vladimír Hudák, PhD., - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH- člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Tomáš Pallas - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Ján Michlík - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH, DPA –bez práva vyhodnocovať ponuky	

V Košiciach, 16.10.2025

Príloha 1A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – obsah ponuky

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Predmet zákazky: Servoventilátory

Predpokladaná hodnota zákazky: 753 608,40 EUR

Postup verejného obstarávania: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Vyhlásenie verejného obstarávania: v Úradnom vestníku EÚ č. S160/2024 zo dňa 19.08.2024 pod označením č.495683-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 164/2024 zo dňa 20.08.2024 pod označením 20609-MST

Posudzovaná ponuka uchádzača: MEDIS Nitra, spol. s r.o. spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra-Dražovce IČO:36531774 (ďalej len „MEDIS Nitra“).

Požiadavky verejného obstarávateľa (požiadavky na obsah ponuky, bod 14. časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov)		
Požiadavka	Popis splnenia požiadavky	splnil/ nesplnil
Uchádzačom vyplnený a podpísaný doklad Príloha č. 1 – "Identifikačné údaje uchádzača" (bod 14.1, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil vyplnený doklad opatrený podpisom a pečiatkou s názvom Identifikačné údaje uchádzača zo dňa 13.09.2024 Komisia konštatuje, že uchádzač uviedol všetky požadované údaje resp. informácie v predložennom doklade. Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
Uchádzačom vyplnený a podpísaný doklad Príloha č. 2 – "Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní" (bod 14.2, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil vyplnený doklad opatrený podpisom a pečiatkou s názvom Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní zo dňa 13.09.2024 Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
Uchádzačom vyplnený a podpísaný doklad Príloha č. 3 – "Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov" (bod 14.3, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil vyplnený doklad opatrený podpisom a pečiatkou s názvom Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov zo dňa 13.09.2024 Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
Vyplnený a uchádzačom podpísaný doklad Príloha č. 4 – "Čestné vyhlásenie uchádzača o neuloženom zákaze účasti vo verejnom obstarávaní" (bod 14.4, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil vyplnený doklad opatrený podpisom a pečiatkou s názvom Čestné vyhlásenie uchádzača o neuloženom zákaze účasti vo verejnom obstarávaní zo dňa 13.09.2024	

	Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	<i>splnil</i>
Vyplnený a uchádzačom podpísaný doklad Príloha č. 5 - "Čestné vyhlásenie k obmedzeniam vo verejnom obstarávaní v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine – sankcie voči Rusku" (bod 14.5, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil vyplnený doklad opatrený podpisom a pečiatkou s názvom Čestné vyhlásenie k obmedzeniam vo verejnom obstarávaní v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine – sankcie voči Rusku zo dňa 13.09.2024 Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	<i>splnil</i>
Uchádzačom vyplnený, ocenený a podpísaný doklad Príloha č. 7 – "Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny" (bod 14.6, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil vyplnený, ocenený doklad opatrený podpisom a pečiatkou s názvom Návrh na plnenie kritéria-kalkulácia zo dňa 13.09.2024 Komisia pristúpila k hodnoteniu predloženého dokladu z hľadiska kontroly matematického prepočtu uchádzačom predložených cien uvedených v doklade. Uchádzač predložil celkovú ponuku na predmet zákazky vo výške: celková cena v EUR bez DPH: 377 780,00 sadzba DPH: 20% výška DPH v EUR: 75 556,00 <u>celková cena v EUR s DPH: 453 336,00</u> Komisia konštatuje, že uchádzačom predložené ceny v doklade sú uvedené bez matematických chýb pri počítaní a sú totožné s cenami, ktoré uchádzač vložil v ponukovom formulári systému JOSEPHINE v čase predkladania ponuky. Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	<i>splnil</i>
Uchádzačom vyplnená a podpísaná Príloha č. 8 – „Kúpna zmluva“ vrátane príloh (bod 14.7, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil vyplnený doklad, opatrený podpisom a pečiatkou s názvom Kúpna zmluva zo dňa 13.09.2024 vrátane príloh 1 až 4 ku zmluve. Uchádzač v predloženom doklade, v Prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov uviedol, že v rámci plnenia t.j. dodania predmetu nebude využívať subdodávateľov. Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	<i>splnil</i>
Doklady predložené uchádzačom na preukázanie splnenie stanovených podmienok účasti (časť B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov)		
Potvrdenia, doklady, dokumenty, iné písomnosti prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa časti B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov (bod 14.8, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov) a) „Osobné postavenie uchádzača“, b) „Finančné a ekonomické postavenie uchádzača“-	Hodnotenie splnenia podmienok účasti je uvedené v Prílohe 2A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – podmienky účasti .	

neuplatňuje sa, c) „Technická alebo odborná spôsobilosť – referencia“		
Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky Ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na plnenie (Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky v súlade s bodom 14.9, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov - v súlade s časťou C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.		
Vyplnený a uchádzačom podpísaný doklad Prílohu č. 6 – „Špecifikácia predmetu zákazky (bod 6.1 a bod 6.1.1 časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil vyplnený doklad opatrený podpisom a pečiatkou s názvom Špecifikácia predmetu zákazky zo dňa 13.09.2024 Uchádzač v ponuke predložil zároveň aj dokument – úradný preklad „list od výrobcu“ č. 1108/2024 v ktorom výrobca prístroja HAMILTON Medical prehlásil, že údaje, ktoré uchádzač MEDIS Nitra predložil v ponuke v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky sú platné, aktuálne a úplné – parametre, hodnoty, charakteristiky k prístroju HAMILTON-C6. Komisia konštatuje, že uchádzač uviedol informácie o parametroch, vlastnostiach a funkcionalitách na ním ponúkaný tovar (prístroj) avšak overenie komisia nedokáže vykonať z dôvodu, že v produktovom liste k tovaru, nie sú uvedené všetky informácie k tovaru. Hodnotenie splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky t.j. hodnotenie technických parametrov stanovených verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní a technických parametrov prístroja, ktorý uchádzač MEDIS Nitra predložil v ponuke je uvedené v Prílohe 3A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – požiadavky. Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
Doklad preukazujúci, že uchádzačom ponúkaný tovar v ponuke spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú, v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. (bod. 6.2 časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil doklad: Vyhlásenie o zhode -úradne preložený dokument, číslo prekladu 1107/2024 Prístroj: Hamilton – C6 Trieda: IIb Označenie CE0197 Číslo certifikátu: HZ 1093044-1 Platnosť certifikátu do 23.12.2025 Základné UDI:76300028PN160021ZW Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
Doklad - Prospektový materiál/produktový list/technický list/návod na obsluhu (resp. iný rovnocenný doklad) ponúkaného tovaru uchádzačom (bod 6.3 časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil doklady: Produktový list Hamilton – C6 Hodnotenie splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky t.j. hodnotenie technických	

	parametrov stanovených verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní a technických parametrov prístroja v produktovom liste s údajmi, ktoré uchádzač uviedol v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky v ponuke komisiou je uvedené v Prílohe 3A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – požiadavky. Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
Doklad - Potvrdenie výrobcu tovaru, ktorý uchádzač predložil v ponuke, že uchádzačom uvedené parametre v Prílohe č. 6 Špecifikácia predmetu zákazky v ponuke, t.j., parametre, hodnoty a vlastnosti na uchádzačom ponúkaný tovar sú platné, aktuálne a úplné. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenie výrobcu tovaru“. (bod 6.4 časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil doklad: úradný preklad „list od výrobcu“ č. 1108/2024 v ktorom výrobca prístroja HAMILTON Medical prehlásil, že údaje, ktoré uchádzač MEDIS Nitra predložil v ponuke v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky sú platné, aktuálne a úplné – parametre, hodnoty, charakteristiky k prístroju HAMILTON-C6. Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
Doklad - Osvedčenie-certifikát (alebo iný rovnocenný doklad) o odbornom vyškolení servisného technika na uchádzačom ponúkaný tovar (prístroj), ktorý bude vykonávať inštaláciu a záručný servis, vydaný výrobcom ponúkaného tovaru (prístroja) alebo autorizovaným zástupcom výrobcu. (bod 6.5 časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke predložil doklad: Certifikát – úradný preklad č. 1109/2044, ktorý potvrdzuje že Marcel Benč úspešne absolvoval certifikačné školenie servisného technika pre výrobcu Hamilton Medical: HAMILTON-C6 Platný do: 18.09.2026 Vydaný výrobcom prístroja Hamilton Medical Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
Doklad - Neoverená kópia Potvrdenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „ŠUKL“) –výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. V prípade, ak uchádzač uviedol informáciu o pridelenom ŠUKL kóde k ním ponúkanému tovaru v doklade Príloha č. 6 Návrh na plnenie kritéria – kalkulácia ceny časť I. v ponuke, doklad nepredkladá. V prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar nie je zaregistrovaný v ŠUKL v čase predkladania ponuky, uchádzač predkladá v ponuke čestné vyhlásenie, v ktorom musí deklarovať, že v prípade úspešnosti jeho ponuky a najneskôr ku dňu podpísania KZ predloží doklad o registrácii prístroja a doklad potvrdzujúci pridelenie ŠUKL kódu (bod 6.6. časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov)	Uchádzač v ponuke uviedol informáciu o pridelenom ŠUKL kóde k prístroju v dokumente „Návrh na plnenie kritéria v ponuke a zároveň uchádzač v ponuke predložil aj dokument „Detail zdravotníckej pomôcky“- výstup z databázy ŠUKL P98150 Názov: Prístroj na umelú ventiláciu pľúc Hamilton-C6 Doplnok: s príslušenstvom (okruh, snímač, ventil, kanyla, maska, senzor, filter, batéria) Trieda ZP: IIb Výrobca: Hamilton Medical A.G. Presný webový odkaz: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-zdravotnickej-pomocky?page_id=1377&zp_id=122765 Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
Pre účel dodržania ochrany spracovávaných osobných údajov, ktoré by mohli byť zverejnením vo verejne prístupných registroch dotknuté, uchádzač predkladá doklady aj bez tých osobných údajov, ktoré sú nad povolený rozsah (povolený	Uchádzač v ponuke predložil doklady/dokumenty vyhotovené aj vo formáte – odstránenie osobných údajov-ktoré sú nad povolený rozsah.	

rozsah: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo) (bod. 14.1, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov)	Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil
v súlade s bodom 14.11, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov - V prípade, ak doklady/dokumenty v ponuke uchádzača sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požadoval v súťažných podkladoch predložiť aj splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, v ktorom preukáže, že je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.	Dokumenty a predkladané doklady v ponuke uchádzača sú podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti (konateľom spoločnosti).	neuplatňuje sa
V súlade s bodom 14.12 časť A Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov - V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného originálneho dokladu, vo formáte .pdf s názvom „Plná moc“.		neuplatňuje sa
v súlade s bodom 14.13., časť A Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov - Verejný obstarávateľ nevyžaduje uviesť subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi už v predloženej ponuke. Úspešný uchádzač najneskôr k podpisu KZ uvedie do "Prílohy – Zoznam subdodávateľov", zmluvy všetkých známych subdodávateľov	Uchádzač predložil v ponuke doklad s názvom Kúpna zmluva zo dňa 13.09.2024 vrátane príloh. V Prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov, ktorý uchádzač predložil opatrený podpisom a pečiatkou uviedol, že pri plnení predmetu zákazky nebude využívať subdodávateľov. Predložené v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	splnil

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na obsah ponuky v súlade s požiadavkami a podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom v časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 14 a v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov predmetu zákazky

Komisia konštatuje, že uchádzač **MEDIS Nitra, spol. s r.o. spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra-Dražovce IČO:36531774** splnil požiadavky a podmienky na obsah ponuky v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky.

Členovia komisie :	Podpis
MUDr. Vladimír Hudák, PhD., - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH- člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	-neprítomná
MUDr. Tomáš Pallas - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Ján Michlík - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH, DPA –bez práva vyhodnocovať ponuky	

V Košiciach, dňa 14.10.2025

Predmet zákazky: Servoventilátory

Príloha 2A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti– podmienky účasti

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Predmet zákazky:	Servoventilátory
Predpokladaná hodnota zákazky:	753 608,40 EUR
Postup verejného obstarávania:	verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Vyhlásenie verejného obstarávania:	v Úradnom vestníku EÚ č. S160/2024 zo dňa 19.08.2024 pod označením č. 495683-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 164/2024 zo dňa 20.08.2024 pod označením 20609-MST
Posudzovaná ponuka uchádzača:	MEDIS Nitra, spol. s r.o. spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra-Dražovce IČO:36531774 (ďalej len „MEDIS Nitra“).

Podmienky účasti (stanovené v časti B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania)

§ 32 Osobné postavenie	Popis plnenia	splnil / nesplnil
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým preukáže, že nebol uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Podmienky účasti podľa vyššie uvedeného bodu §32 ods.1 písm. a) ZVO musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa vyššie uvedeného bodu, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzača alebo záujemcu uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. Za osobu podľa § 32 ods. 7 ZVO sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom	Uchádzač v ponuke predložil informáciu o zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je spravovaný Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v doklade s názvom Identifikačné údaje uchádzača zo dňa 13.09.2024, zápis pod registračným číslom: 2023/1-PO-C8547 Komisia overila zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov a konštatuje: Uchádzač je platne zapísaný pod registračným číslom 2023/1-PO-C8547 Platnosť zápisu od: 23.01.2023 Platnosť zápisu do: 23.01.2026 Webová stránka (presný webový odkaz na zápis uchádzača): https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/100196?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=medis%20nitra&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=33c4df0dfc157d6ce38dc2064667a93b Komisia po preštudovaní ponuky uchádzača MEDIS Nitra neidentifikovala doklad – Čestné vyhlásenie o splnení podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO o splnení podmienok účasti osôb podľa § 32 ods.7 ZVO	

vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7 ZVO: 1. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo zájemcu, 2. má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo zájemcu, 3. má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo zájemcu alebo 4. má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo zájemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.	Komisia rozhodla, že požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a predloženie dokladu. Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky dňa 14.10.2025 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE. V rámci vysvetlenia ponuky uchádzač predložil doklad – Čestné vyhlásenie k § 32 ods 1 písm.a) ZVO, v ktorom uchádzač vyhlásil, že neexistuje žiadna „iná osoba“ v zmysle § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.	<i>splnil</i>
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO Potvrdenie Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že nemá evidované nedoplatky na poisťnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,		
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,		
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO Potvrdenie súdu nie staršie ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,		
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, doklady podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO Čestné vyhlásenie uchádzača, ktorým preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,	Komisia po preskúmaní rozsahu činnosti uchádzača konštatuje, že uchádzač je oprávnený dodať tovar, ktorý je predmetom obstarávania.	

<u>Uchádzača alebo záujemcu nemožno vylúčiť z dôvodu nesplnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), alebo z dôvodu podľa ods. 8 písm. e) ZVO, ak</u> a) zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach, a to bez ohľadu na to, kedy nedoplatok vznikol alebo b) nedoplatky kumulatívne nie sú vyššie ako 200 eur, a to bez ohľadu na to, kedy nedoplatky vznikli.	Uchádzač v ponuke predložil doklad s názvom Čestné vyhlásenie uchádzača o neuloženom zákaze účasti vo verejnom obstarávaní zo dňa 13.09.2024, v ktorom prehlásil, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Komisia overila náhľadom do Registra osôb so zákazom, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie, či sa uchádzač nenachádza v tomto registri a konštatuje, že uchádzač sa v Registri osôb so zákazom nenachádza. Webová stránka (presný webový odkaz): https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom Komisia ďalej preskúmala možný konflikt záujmov medzi osobami na strane verejného obstarávateľa (štatutári) a uchádzačom prostredníctvom informačného systému Transparex a konštatuje, že konflikt záujmov a ani žiadne prepojenie osôb nebolo identifikované a zároveň nebolo identifikované ani kolúzne správanie. Zároveň komisia prostredníctvom informačného systému Transparex skúmala, či v prepojených databázach (Sociálna poisťovňa, Daňový úrad a pod.) nie sú evidované nedoplatky na strane uchádzača. Komisia konštatuje, že neidentifikovala nedoplatky uchádzača (viď protokol Transparex) Uchádzač v predložennom doklade s názvom Identifikačné údaje uchádzača zo dňa 13.09.2024 uviedol informáciu o zápise do Zoznamu partnerov verejného sektora: Číslo vložky:10071 Link: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10071 Koneční užívatelia výhod na strane uchádzača nie sú verejní funkcionári. Komisia konštatuje, že uchádzač bol platne overený dňa 30.06.2025 Komisia konštatuje, že uchádzač MEDIS Nitra predloženými dokladmi v ponuke jednoznačne preukázal splnenie stanovenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorú verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch (v časti B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov) a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.	<i>splnil</i>
--	--	----------------------

§ 34 Technická alebo odborná spôsobilosť	Popis plnenia	splnil / nespľnil
Verejný obstarávateľ požadoval od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov: -podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru <u>za predchádzajúce tri (3) roky</u> od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO; Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: – obchodné meno a sídlo dodávateľa, – obchodné meno a sídlo objednávateľa, – zmluvný termín plnenia, skutočný termín plnenia, – rozsah a charakter dodávok tovaru, – kontaktná osoba objednávateľa (v rozsahu: meno a priezvisko, telefonický kontakt resp. e-mailový kontakt), – celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH/ celkovú zmluvnú cenu v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie rovnakého alebo podobného tovaru ako je predmet zákazky (t.j. dodanie servoventilátorov). Zoznam musí obsahovať dôkaz, ktorý jasne a preukázateľne potvrdzuje uspokojivé dodanie tovaru. Ak sa referencia, ktorú uchádzač predkladá nachádza v Evidencií referencií, ktorá je spravovaná Úradom pre verejné obstarávanie, uchádzač uvedie presný webový odkaz na zverejnenú referenciu a verejný obstarávateľ si túto referenciu overí v Evidencií referencií dostupnej na stránke: https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referenci Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o uspokojivom dodaní tovaru rovnakého alebo podobného tovaru (dodanie servoventilátorov) v posudzovanom období, v min. kumulatívnej hodnote v rámci posudzovaného obdobia (t.j. 3 roky spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) v hodnote min. 400 000,00 EUR bez DPH.	Uchádzač v ponuke predložil doklad s názvom Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky zo dňa 13.09.2024 Uchádzač v doklade uviedol referenciu o dodaní tovaru: Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky Hodnota zákazky: 731 750,00 Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.03.2022 Dátum realizácie: 26.05.2022 Predmet zákazky: pľúcne ventilátory v počte 15 ks Referencia zverejnená v Evidencií referencií pod č. 1308491 Uchádzač zároveň k dokladu predložil v ponuke aj referenciu, identifikátor UVO č. 1308491 v ktorej okrem vyššie uvedených informácií komisia identifikovala aj hodnotenie plnenia objednávateľom: Predmet zákazky bol dodaný v rozsahu a kvalite podľa zmluvy. Komisia konštatuje, že uchádzač MEDIS Nitra predloženými dokladmi v ponuke jednoznačne preukázal splnenie stanovenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO a zároveň <u>uchádzač preukázal aj splnenie stanovenej min. požadovanej úrovne štandardov, ktorú verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch (v časti B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov) a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.</u>	splnil
v súlade s bodom 3.2, časť B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov: cit.: „Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. <u>Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.</u> Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými		neuplatňuje sa.

odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.“		
v súlade s bodom 3.3, časť B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov: „Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.“	Uchádzač v ponuke nepredložil JED.	neuplatňuje sa

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Komisia s právom vyhodnotenia ponúk na základe vyhodnotenia predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača a preskúmania informácií z dostupných databáz konštatuje, že uchádzač **MEDIS Nitra, spol. s r.o. spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra-Dražovce IČO:36531774** splnil podmienky účasti, ktoré stanovil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky.

Členovia komisie :	Podpis
MUDr. Vladimír Hudák, PhD., - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH- člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Tomáš Pallas - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Ján Michlík - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH, DPA –člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant	

V Košiciach, dňa 14.10.2025

Príloha 3A k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – požiadavky

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Predmet zákazky:Servoventilátory

Predpokladaná hodnota zákazky:753 608,40 EUR

Postup verejného obstarávania:verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Vyhlasenie verejného obstarávania: v Úradnom vestníku EÚ č. S160/2024 zo dňa 19.08.2024 pod označením č.495683-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 164/2024 zo dňa 20.08.2024 pod označením 20609-MST

Posudzovaná ponuka uchádzača: MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce, IČO:36531774

minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky a dokumente Príloha č. 6 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov					Ponuka uchádzača MEDIS Nitra, spol. s r.o.		Hodnotenie splnenia stanovených min. požiadaviek na predmet zákazky komisiou s právom vyhodnotenia	
					Prístroj: HAMILTON – C6, výrobca Hamilton Medical AG, ŠUKL: P98150		posúdenie informácií o ponúkanom tovare uchádzačom v dokladoch k ponúkanému tovaru komisiou (v súlade/ v nesúlade)	splnil/nesplnil
					Informácie o ponúkanom tovare, ktoré uchádzač uviedol v doklade špecifikácia predmetu zákazky	Doklady/dokumenty, ktoré uchádzač predložil k ponúkanému tovaru: Produktový list HAMILTON C-6 (ozn.dokument 12), Návod na obsluhu HAMILTON-H900, verzia softvéru 1.10x, Návod na použitie HAMILTON -C6, verzia softvéru 1.2x, návod HAMILTON-C6, softvérová verzia 1.1x,		
Položka č. 1 - Servoventilátory - 20 ks	paraméter							
	MJ	min.	max.	presne				
					Režimy invazívnej ventilácie:			
					Typ režimuNázov režimuRežimDosp./Ped. Neonat.			
					Riadene objemom, (S)CMVRežimDychy a objem sú riadené objemom a zástupné, vrátane dychov spustených pacientom.			
					Riadene prietokomSIMVRežimObjemovo riadené zástupné dychy sa môžu striedať s tlakom podporovanými spontánnymi dychmi.			
					Riadený zameranie na objem, AP/CMV / (S)CMV+RežimDychy sú zamerané na objem a zástupné.			
					adaptívne riadené objem, AP/šimv / SIMV+RežimZástupné dychy zamerané na objem sa môžu striedať s tlakom podporovanými spontánnymi dychmi.			
					tlakomPCV+RežimVšetky dychy, či už spustené pacientom alebo ventilátorom, sú ovládané tlakom a zástupné.			
					P-SIMV+RežimZástupné dychy sú riadené tlakom. Zástupné dychy sa môžu striedať s tlakom podporovanými spontánnymi dychmi.			
					DuoPAPRežimZástupné dychy sú riadené tlakom. Spontánne dychy môžu byť spustené na obidvo úrovniach tlaku.			
					APRVRežimSpontánne dychy môžu byť neperforovane spúšťané. Uvoľnenie tlaku medzi úrovňami prispieva k ventilácii.			
					SPONTRežimKaždý dych je spontánny s alebo bez tlakom podporovaných spontánnych dychov.			
					Inteligentná ventiláciaASV+RežimObsahuje nastaviť tMIn, OI ₂ , PEEP a Kyslík. Frekvencia, dychový objem, tlak a pomer I:E sú založené na fyziologických vstupoch zo strany pacienta.			
					INTELLUENT [®] ASV+RežimPne automaticky riadené ventilácie a oxigenácie založené na fyziologických vstupoch zo strany pacienta. Príslušný režim je ASV.			
					Režimy neinvazívnej ventilácie:			
					Neinvazívna ventiláciaNIVRežimKaždý dych je spontánny.			
					NIV-STRežimKaždý dych je spontánny, pokiaľ pacient dycha rýchlejšie, ako je nastavená frekvencia. Záložnú frekvenciu môžete nastaviť pre zástupné dychy.			
					mCPAP-PSRežimKaždý dych je spontánny, pokiaľ pacient dycha rýchlejšie, ako je nastavená frekvencia. Záložnú frekvenciu môžete nastaviť pre zástupné dychy.			
					Kyslíková liečbaHiFlowO2RežimLiečba s vysokým prietokom kyslíka. Žiadne podporované dychy.			

							Dostupné: Dokument - <i>12_prospektový materiál</i> , strana:1		
2.	Přístroj vybavený konvenčnými a pokročilými inteligentnými ventilačnými režimami.				požaduje sa	spíňa	Produktový list HAMILTON C-6 (ozn.dokument 12)	v súlade	splnil
3	Přístroj v kompaktnom a jednoduchom transportovateľnom vyhotovení.				požaduje sa	spíňa			
4	Uhlopriečka užívateľského farebného dotykového displeja minimálne:	pale c (")	15			17 palcov	Dostupné: Dokument - <i>12_prospektový materiál</i> , strana:8 Monitor Typ: Farebné TFT, veľkosť: 19,20 x 12,30 pixelov, 17 in (431,8 mm) uhlopriečka Dostupné: Dokument - <i>12_prospektový materiál</i> , strana:8	v súlade	splnil
5.	Dotyková obrazovka (displej) s funkciou pre denný a nočný režim.				požaduje sa	spíňa	10.10 Nastavenia opcí displeja Môžete nastaviť denný a nočný jas displeja, aj dátum a čas prístroja. Dostupné: Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i> , strana: 248, Kapitola: 10.10		
6	Výdrž batérie bez napojenia na elektrickú sieť minimálne:	minút	60			90 minút	Elektrická špecifikácia 14,4 V, 5,0 Ah, 72 Wh, 48 W typické, 288 W maximál. Typ: Li-Ionovo-iónová Normálny prevádzkový čas: ≥ 90 min s jednou batériou / ≥ 180 min s dvoma batériami	v súlade	splnil
7	Určený pre plnohodnotnú dlhodobú ventiláciu detí a dospelých.				požaduje sa	spíňa	Dostupné: Dokument - <i>12_prospektový materiál</i> , strana:1 Režimový ventilácie Typ režimu Názov režimu Režim Dostupné: Dokument - <i>12_prospektový materiál</i> , strana:1	v súlade	splnil

Režimy ventilácie				v súlade		splnili	
Typ režimu	Názov režimu	Režim	Desp. Ped. Neonat.				
Rúdenie objemom, (S)CMV rúdenie prietokom	(S)CMV	Dychy a objem sú riadené objemom a zástupné, vrátane dychov spustených pacientom.	✓	--			
SIMV		Objemovo riadené zástupné dychy sa môžu striedať s tlakom podporovanými spontánnymi dychmi.	✓	--			
Rúdný zameriavacia objem, adaptívne riadené tlakom	AP/Peum / (S)CMV+ AP/psum / SIMV+	Dychy sú zamerané na objem a zástupné. Zástupné dychy zamerané na objem sa môžu striedať s tlakom podporovanými spontánnymi dychmi.	✓	✓	✓		
Rúdenie tlakom	PCV+	Všetky dychy, či už spustené pacientom alebo ventilátorom, sú ovládané tlakom a zástupné.	✓	✓	✓		
P-SIMV+		Zástupné dychy sú riadené tlakom. Zástupné dychy sa môžu striedať s tlakom podporovanými spontánnymi dychmi.	✓		✓		
DuoPAP		Zástupné dychy sú riadené tlakom. Spontánne dychy môžu byť spustené na oboch úrovniach tlaku.	✓		✓		
APRV		Spontánne dychy môžu byť nepretržite spúšťané. Uvoľnenie tlaku medzi úrovňami prispieva k ventilácii.	✓		✓		
SPONT		Každý dych je spontánny s alebo bez tlakom podporovaných spontánných dychov.	✓		✓		
Inteligentná ventilácia	ASV*	Obstará nastaviť %Min.Obj., PEEP a kyslík. Frekvencia, dychový objem, tlak a pomer I:E sú založené na fyziologických vstupoch zo strany pacienta.	✓	--			
	INTELLiVENT™ASV *	Prie automatizované riadenie ventilácie a oxygenácie založené na fyziologických vstupoch zo strany pacienta. Príslušný režim je ASV.	0	--			
Neinvasívna ventilácia	NIV NIV-ST	Každý dych je spontánny. Každý dych je spontánny, pokiaľ pacient dycha rýchlejšie, ako je nastavená frekvencia. Zložitú frekvenciu môžete nastaviť pre zástupné dychy.	✓		✓		
	mCPAP-PS	Každý dych je spontánny, pokiaľ pacient dycha rýchlejšie, ako je nastavená frekvencia. Zložitú frekvenciu môžete nastaviť pre zástupné dychy.	--	0			
Kyslíková liečba	HiFlowO2	Liečba s vysokým prietokom kyslíka. Žiadne podporované dychy.	0	0			

Posúpené: Dokument - 12_prospektový materiál, strana:1



Dostupné: Dokument - 12_prospektový materiál, strana:1

8	Konstruktívne a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce nastavenie a používanie konvenčných a pokročilých ventilačných režimov, podporných technológií pre ventilačnú podporu dospelých a detských pacientov.			požaduje sa	spĺňa

Režimný ventilácie					v súlade		splnil	
Typ režimu	Názov režimu	Režim	Deep, Preel, Neonat.					
Riešené objemom, riešené prietokom	(S)CMV	Dychy a objem sú riešené objemom a zástupné, vrátane dychov spustených pacientom.	✓	--				
SIMV		Objemovo riešené zástupné dychy sa môžu striedať s tlakom podporovanými spontánnymi dychmi.	✓	--				
Režimý zameraná na objem, adaptívne riešené tlakom	AP/ncmv / (S)CMV+ AP/psimv / SIMV+	Dychy sú zamerané na objem a zástupné. Zástupné dychy zamerané na objem sa môžu striedať s tlakom podporovanými spontánnymi dychmi.	✓	✓				
Riešené tlakom	PCV+	Všetky dychy, či už spustené pacientom alebo ventilátorom, sú ovládané tlakom a zástupné.	✓	✓				
	P-SIMV+	Zástupné dychy sú riešené tlakom. Zástupné dychy sa môžu striedať s tlakom podporovanými spontánnymi dychmi.	✓	✓				
	DuoPAP	Zástupné dychy sú riešené tlakom. Spontánne dychy môžu byť spustené na oboch stranách tlaku.	✓	✓				
	APRV	Spontánne dychy môžu byť nepreusťovane spúšťané. Uvoľnenie tlaku medzi úvoňami prispieva k ventilácii.	✓	✓				
	SPONT	Každý dych je spontánný s alebo bez tlakom podporovaných spontánných dychov.	✓	✓				
Inteligentná ventilácia	ASV*	Obšaha nastaví "Mm, O ₂ , PEEP" a kyslík. Frekvencia, dychový objem, tlak a pomer I:E sú založené na fyziologických vstupoch zo strany pacienta.	✓	--				
	INTELLIGENT*ASV*	Prie automatizované riadenie ventilácie a oxigenácie založené na fyziologických vstupoch zo strany pacienta. Príslušný režim je ASV.	0	--				
Neinovárična ventilácia	NIV NIV-ST	Každý dych je spontánný. Každý dych je spontánný, pokiaľ pacient dycha rýchľšie, ako je nastavená frekvencia. Zložnú frekvenciu môžete nastaviť pre zástupné dychy.	✓	✓				
	mCPAP-PS	Každý dych je spontánný, pokiaľ pacient dycha rýchľšie, ako je nastavená frekvencia. Zložnú frekvenciu môžete nastaviť pre zástupné dychy.	--	0				
Kyslíková liečba	HFFlowO2	Liečba s vysokým prietokom kyslíka. Žiadne podporované dychy.	0	0				
Dostupné: Dokument - 12_prospektový materiál, strana:1								
Pohlavie					Muž, žena	--		
Dostupné: Dokument - 12_prospektový materiál, strana:5								
v súlade								
splnil								



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



13	Požaduje sa: možnosť dovýbavenia systému novými technológiami, intuitívne ovládanie ventilačnej jednotky, jednoduchá manipuláciu s kompletné zostaveným prístrojom, priestorová nenáročnosť prístroja, bezpečná manipulácia a presun.									požaduje sa	spĺňa		v súlade	splnil			
14	Požaduje sa funkcia ovládania parametrov ventilačnej terapie pomocou: mechanického otočného/potvrdzovacieho tlačidla, mechanických tlačidiel priamej voľby alebo ovládanie formou dotykovej obrazovky alebo kombináciou uvedených ovládacích prvkov.									požaduje sa	spĺňa	 - Kontrolka alarmu - Obrazovka s dotykovým displejom (obrázok 2-6) - Tlačidlo Manuálny dych - Tlačidlo Nasycovanie kyslíkom - Tlačidlo Audio pauza - Zamknutie/odamknutie obrazovky - Tlačidlo nebulizéra - Tlačidlo Napájanie/Standby - Tlačidlo Vylúčenie obrazovky - Regulátor ovládaný stlačením a otáčaním (regulátor PT)	požaduje sa	spĺňa	Dostupné: Dokument - <i>HAMIL TON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 46, Kapitola: 2.2.1 9.2.1 Na obrazovke zobrazený pomocník na riešenie problémov Pre alarmy je k dispozícii pomocník na riešenie problémov. Pre zobrazenie pomocníka alarmu 1. Klepnite na alarmové hlásenie v registri. V registri sa zobrazí okno Pomocník, ktoré poskytuje informácie o odstraňovaní problémov pre zvolený alarm.	v súlade	splnil
15	Softvérové vyhotovenie prístroja s obsahom integrovaného systému napovedy s grafickým zobrazením.									požaduje sa	spĺňa						

17	Softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce kontinuálne zobrazovanie aktuálnych riadiacich parametrov ventilácie a monitorovaných/vypočítaných hodnôt na displeji prístroja.				požaduje sa	splňa	Obrázok 2-6. Hlavná obrazovka 1 Symbol skupiny pacientov a aktivovaný režim 2 Zdroj napájania a dátum/čas 3 Konfiguračný grafický displej (zobrazenie kriviek s plnou dĺžkou) 4 Tlačidlo Cieľový dostupné v INTELLIVENT-ASV 5 Tlačidlo Režimy 6 Hlavné ovládacie prvky pre aktivovaný režim 7 Tlačidlá okien: Alarmy, Parametre, Monitor, Grafika, Nástroje, Údajnosť, Systém 8 Indikátor audio pauzy a časovač odpočítavania 9 Tlačidlá rýchleho prístupu 10 Nízky limit alarmu SpO2 a aktuálna hodnota* 11 Hlavné monitorované parametre (MAP) 12	v súlade	splnil
18	Konstruktívne vyhotovenie prístroja umožňujúce odhľad displeja od tela ventilátora s funkcionálnou vzdialenosťou monitorovania a vzdialeného riadenia ventilácie terapie pacienta zo vzdialenosti min. 2,8 m od prístroja umelej pľúcnej ventilácie.				požaduje sa	splňa	max. 140,0 cm (55,2 pal.) min. 125,0 cm (49,2 pal.) 41,5 cm (16,4 pal.) 25,0 cm (9,9 pal.) 42,3 cm (16,7 pal.) 39,4 cm (15,6 pal.) 30,0 cm (11,8 pal.) 64,0 cm (25,2 pal.) 90,0 cm (35,4 pal.)	v súlade	splnil

Dostupné: Dokument - 12_prospektovy material, strana:8

19	Konstruktčné vyhotovenie prístroja umožňujúce jeho rozdeliteľnosť na samostatné časti s podmienkou zachovania plnej funkčnosti prístroja ako celku. Prístroj rozdeliteľný na samostatné časti: monitorovací panel, ventiláčná jednotka, prevozný stojan.				požaduje sa	spĺňa	E Multipurpose* Length: 3 m (P/N 160789) or 10 m (P/N 160786) * Not included. Must be ordered separately with P/N 160271. ** Not included. Must be ordered separately. Note: The ventilator power cable is country-specific. Order the power cable specific to the nation power outlet of your country. Tests and checks after installation For details on the electrical safety tests and preoperational checks on the HAMILTON-C6 ventilator, see Chapter 1 – Ventilator Unit and Interaction Panel Overview. Fill in the HAMILTON-C6 ventilator Testing and Acceptance Report after the initial installation. See Chapter 21.  Dostupné: Dokument - HAMILTON C6 - Installation Guide, strana:11	v súlade	spĺní																								
20	Požaduje sa ovládaci panel prístroja umožňujúci presné a bezpečné nastavovanie a riadenie jednotlivých ventiláčnych parametrov.				požaduje sa	spĺňa	Obrázok 2-6. Hlavná obrazovka <table><tr><td>1</td><td>Symbol skupiny pacientov a aktivovaný režim</td><td>7</td><td>Tlačidlá okien: Alarmy, Parametre, Monitor, Grafika, Nástroje, Udalosti, Systém</td></tr><tr><td>2</td><td>Lišta hlásení (farebne odlišená)</td><td>8</td><td>Zdroj napájania a dátum/čas</td></tr><tr><td>3</td><td>konfigurovateľný grafický displej (zobrazenie kriviek s plnou dĺžkou)</td><td>9</td><td>Indikátor audio pauzy a časovač odpočítavania</td></tr><tr><td>4</td><td>Tlačidlo Cieľový: dostupné v INTELLIVENT-ASV</td><td>10</td><td>Tlačidlá rýchleho prístupu</td></tr><tr><td>5</td><td>Tlačidlo Režimný</td><td>11</td><td>Nízky limit alarmu SpO2 a aktuálna hodnota*</td></tr><tr><td>6</td><td>Hlavné ovládacie prvky pre aktivovaný režim</td><td>12</td><td>Hlavné monitorované parametre (MMP)</td></tr></table> Dostupné: Dokument - HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x, strana: 51, Kapitola: 2.2.2	1	Symbol skupiny pacientov a aktivovaný režim	7	Tlačidlá okien: Alarmy, Parametre, Monitor, Grafika, Nástroje, Udalosti, Systém	2	Lišta hlásení (farebne odlišená)	8	Zdroj napájania a dátum/čas	3	konfigurovateľný grafický displej (zobrazenie kriviek s plnou dĺžkou)	9	Indikátor audio pauzy a časovač odpočítavania	4	Tlačidlo Cieľový: dostupné v INTELLIVENT-ASV	10	Tlačidlá rýchleho prístupu	5	Tlačidlo Režimný	11	Nízky limit alarmu SpO2 a aktuálna hodnota*	6	Hlavné ovládacie prvky pre aktivovaný režim	12	Hlavné monitorované parametre (MMP)	v súlade	spĺní
1	Symbol skupiny pacientov a aktivovaný režim	7	Tlačidlá okien: Alarmy, Parametre, Monitor, Grafika, Nástroje, Udalosti, Systém																														
2	Lišta hlásení (farebne odlišená)	8	Zdroj napájania a dátum/čas																														
3	konfigurovateľný grafický displej (zobrazenie kriviek s plnou dĺžkou)	9	Indikátor audio pauzy a časovač odpočítavania																														
4	Tlačidlo Cieľový: dostupné v INTELLIVENT-ASV	10	Tlačidlá rýchleho prístupu																														
5	Tlačidlo Režimný	11	Nízky limit alarmu SpO2 a aktuálna hodnota*																														
6	Hlavné ovládacie prvky pre aktivovaný režim	12	Hlavné monitorované parametre (MMP)																														

21	Konstruktívne a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce konfiguráciu dotyčkovej obrazovky prístroja užívateľom v súlade s jeho aktuálnymi preferenciami.				požaduje sa	spĺňa	8.3.1 Výber rozloženia obrazovky Môžete zvoliť rozloženie a zobrazené grafické prvky, môžete sa ale takisto kedykoľvek vrátiť k východiskovému rozloženiu. Tabuľka 8-2 opisuje možnosti rozloženia. Tabuľka 8-2. Možnosť rozloženia grafických prvkov <table><tr><td></td><td>Grafika 1. Štyri krivky na celú obrazovku</td></tr><tr><td></td><td>Grafika 2. Dve krivky na celú obrazovku a kombinácia grafických panelov a kriviek na polovicu obrazovky</td></tr><tr><td></td><td>Grafika 3. Akákoľvek kombinácia kriviek na polovicu obrazovky a grafických panelov</td></tr><tr><td></td><td>Grafika 4. Úplné zobrazenie panela Dynam.pľúca</td></tr></table> Dostupné: Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 178, Kapitola: 8.3.1 8.3.3 Práca s krivkami Ventilátor dokáže zobraziť tlak, objem a prietok v čase plus ďalšie údaje zobrazené v tabuľke 8-1. Krivky poskytujú kontinuálne grafické zobrazenie v reálnom čase pre zvolené parametre za niekoľko dychov. V dôsledku toho takisto umožňujú vyhodnotiť hodnoty numerických monitorovaných parametrov. 8.3.3.1 Zobrazenie kriviek Na obrazovke môžete zobraziť jednu alebo viac kriviek v závislosti od zvoleného rozloženia. Dostupné: Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 179, Kapitola: 8.3.3.1 8.3.5 Používanie slučiek HAMILTON-C6 dokáže zobraziť dynamickú slučku na základe kombinácií parametrov uvedených v tabuľke 8-1. Obrázok 8-16. Panel Slučky, zobrazená slučka Tlak/objem  Dostupné: Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 184, Kapitola: 8.3.5		Grafika 1. Štyri krivky na celú obrazovku		Grafika 2. Dve krivky na celú obrazovku a kombinácia grafických panelov a kriviek na polovicu obrazovky		Grafika 3. Akákoľvek kombinácia kriviek na polovicu obrazovky a grafických panelov		Grafika 4. Úplné zobrazenie panela Dynam.pľúca	v súlade	splnil
	Grafika 1. Štyri krivky na celú obrazovku																
	Grafika 2. Dve krivky na celú obrazovku a kombinácia grafických panelov a kriviek na polovicu obrazovky																
	Grafika 3. Akákoľvek kombinácia kriviek na polovicu obrazovky a grafických panelov																
	Grafika 4. Úplné zobrazenie panela Dynam.pľúca																
22	Požaduje sa užívateľom konfigurovateľná dotyková obrazovka s možnosťou výberu zobrazenia monitorovaných údajov užívateľom vo viacerých prednastavených formách rozloženia, napr. krivky, slučky, grafické vyobrazenie aktuálnej pľúčnej mechaniky.				požaduje sa	spĺňa		v súlade	splnil								



26	Požaduje sa možnosť použitia ventilačných okruhov pre jednorazové aj opakovateľné použitie, ako aj okruh s aktívnym alebo pasívnym zvlhčovaním.				požaduje sa	spíňa	2.2.3 O dýchacích okruhoch pacienta Obrázok 2-7. Dýchacie okruhy pre dospelých/deti Dospelí/deti: dvojvetvový so zvlhčovačom Dospelí/deti: koaxiálny s HMEF  Dostupné: Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 52-56, Kapitola: 2.2.3 Priložený návod v slovenskom jazyku, zhodne so softvérovou verziou prístroja. : Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>	v súlade	splnil																		
27	Požaduje sa softvérová verzia v slovenskom alebo v českom jazyku, návod na použitie v slovenskom jazyku.				požaduje sa	spíňa	Dostupné: Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 52-56, Kapitola: 2.2.3 Priložený návod v slovenskom jazyku, zhodne so softvérovou verziou prístroja. : Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>	v súlade	splnil																		
Ventilačné parametre:																											
28	Dýchový objem	ml	20-2000			20-2000	Vt (ml) 20 až 2000	v súlade	splnil																		
29	PEEP/CPAP	cmH2O	1 - 50			0 - 50	PEEP/CPAP (cmH2O) 0 až 50	v súlade	splnil																		
30	Kyslík	%	21-100%			21-100%	Kyslík (%) 21 až 100	v súlade	splnil																		
31	Pomer I:E		1:9 - 4:1			1:9 - 4:1	I:E 1:9 až 4:1	v súlade	splnil																		
32	Doba nádychu	s	0,1 - 5			0,1 - 12	TI (s) 0,1 až 12	v súlade	splnil																		
33	Doba výdychu	s	0 - 1,5			0 - 30	T pauza (s) 0 až 30	v súlade	splnil																		
34	Čas na spodnej tlakovej hladine (Bi Level)	s	0,2 - 10			0,2 - 40	T nízke (s) (len v režime APRV) 0,2 až 40	v súlade	splnil																		
35	Čas na hornej tlakovej hladine (Bi Level)	s	0,2-30			0,1 - 40	T vysoké (s) (len v režime DuoPAP a APRV) 0,1 až 40	v súlade	splnil																		
36	Podporný tlak	cmH2O	0 - 95			0 - 100	P podpor (cmH2P) 0 až 100	v súlade	splnil																		
37	Prietok - HighFlow pre kyslíkovú terapiu	l/min	2 - 60			2 - 100	Prietok pre liečbu HiFlowO2 (l/min) 2 až 100	v súlade	splnil																		
38	Stimnosť nárastu tlaku	ms	25 - 400			0 - 2000	P ramp (ms) 0 až 2000	v súlade	splnil																		
39	Citlivosť spúšťača výdychu (ETS)	%	5 - 70			5 - 80	Citlivosť spúšťača výdychu ETS (%) 5 až 80	v súlade	splnil																		
40	Citlivý a presný prietokový asistor/spúšťač, aplikovateľný pre všetky kategórie pacientov	kat.	novorodenec - dospelý			novorodenec - dospelý	Parameter (jednotky) <table><tr><th>Parameter (jednotky)</th><th>Rozsah Dosp./Ped.</th><th>Rozsah Neonat.</th></tr><tr><td>Zabíjajúca ventilácia (cmH2O)</td><td>Zap./Vyp.</td><td>Zap./Vyp.</td></tr><tr><td>Tlak v mŕtvej medzere (cmH2O)</td><td>0 až 50</td><td>0 až 30</td></tr><tr><td>Časová konstanta výdychu ETS (%)</td><td>5 až 80</td><td>5 až 80</td></tr><tr><td>Prietok pre liečbu HiFlowO2 (l/min)</td><td>2 až 100</td><td>2 až 12</td></tr><tr><td>Prietok (l/min)</td><td>5 až 100</td><td>5 až 100</td></tr></table> Trig priet. (l/min) 0,5 až 20, Vyp. 0,1 až 5,0, Vyp.	Parameter (jednotky)	Rozsah Dosp./Ped.	Rozsah Neonat.	Zabíjajúca ventilácia (cmH2O)	Zap./Vyp.	Zap./Vyp.	Tlak v mŕtvej medzere (cmH2O)	0 až 50	0 až 30	Časová konstanta výdychu ETS (%)	5 až 80	5 až 80	Prietok pre liečbu HiFlowO2 (l/min)	2 až 100	2 až 12	Prietok (l/min)	5 až 100	5 až 100	v súlade	splnil
Parameter (jednotky)	Rozsah Dosp./Ped.	Rozsah Neonat.																									
Zabíjajúca ventilácia (cmH2O)	Zap./Vyp.	Zap./Vyp.																									
Tlak v mŕtvej medzere (cmH2O)	0 až 50	0 až 30																									
Časová konstanta výdychu ETS (%)	5 až 80	5 až 80																									
Prietok pre liečbu HiFlowO2 (l/min)	2 až 100	2 až 12																									
Prietok (l/min)	5 až 100	5 až 100																									



					Dostupné: Dokument - 12_prospektový materiál, strana:5		
41	Špičkový prietok	l/min	2 - 180		1 až 195 Špičkový prietok (l/min) Dostupné: Dokument - 12_prospektový materiál, strana:5	v súlade	splnil
42	Dychová frekvencia	dych /min	4 - 80 dych/m in		1 až 80 Frekvencia (d/min) Dostupné: Dokument - 12_prospektový materiál, strana:5	v súlade	splnil


Ventilačné režimy a funkcie:

	Požaduje sa adaptívna ventilácia v uzavvorenej slučke - režim ventilácie pacienta pri plynutí prechode od plne riadenej, cez striedavú až po podpornú ventiláciu pacienta s alarmom prekročenia minútovej ventilácie.					v súlade	splnil
43	požaduje sa			požaduje sa	spíňa Inteligentná ASV® ventilácia Dostupné: Dokument - 12_prospektový materiál, strana: 1		
44	Požaduje sa automatizovaný ventilačný režim zabezpečujúci ochranu pacienta pred volutraumou/barotraumou prostredníctvom automatickej a po každom dychu realizovanej regulácie dychového objemu a frekvencie dychania v závislosti od dynamiky sa meniacej respiračnej mechaniky pacienta alebo propocionálnej ventilačný režim s veľkosťou a dĺžkou podpory pacienta priamo úmerne meranému úsiliu pacienta o nádych, čo zabezpečí ideálnu ventiláciu			požaduje sa	spíňa Inteligentná ASV® ventilácia Dostupné: Dokument - 12_prospektový materiál, strana: 1	v súlade	splnil

45	Takovo riadený ventilačný režim sa			požaduje sa	spíňa Režimy ventilácie Typ režimu Název režimu Režim Dostupné: 1 Riadené objemom, (S)CMV riadené prietokom SIMV Režim zameraný na objem, APVsim / SIMV+ adaptívne riadené tlakom Riadené tlakom PCV+ P-SIMV+ DuoPAP APRV SPONT Inteligentná ventilácia ASV® INTELLIVENT®-ASV® Neinvasívna ventilácia NIV-ST nCPAP-PS Kyslíková liečba HiFlowQ2 Dostupné: Dokument - 12_prospektový materiál, strana: 1		v súlade	splnil
----	------------------------------------	--	--	-------------	--	--	----------	--------

63	Konstruktčné a softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce efektívnu kompenzáciu únikov ventiláčnej zmesi pri invazívnej a neinvazívnej ventilácii s automatickým nastavením citlivosti asistov pri optimálnu synchronizáciu s dychovou aktivitou a usilím pacienta.				požaduje sa	spíňa	Testy a špeciálne funkcie Testy tesnosti, kalibrácia nuly snímača prietoku/snímača O2/snímača CO2, nasycovanie kyslíkom, manuálny dych, manéver inspiračného zadržania, nebulizácia, kompenzácia úniku, komunikačné rozhranie, kompenzácia odporu a poddajnosti dýchacieho okruhu, meranie Pes Dostupné: Dokument - <i>HAMIL TON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 353, Kapitola: 16	v súlade	splnil
65	Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji.				požaduje sa	spíňa	 1 Slp monitora 2 Komunikačná doska* s portami CO2, SpO2, Aerogen (voliteľné)** 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Port Pes 7 Port IntelliCuff Dostupné: Dokument - <i>HAMIL TON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana:47, Kapitola: 2.2.1 Obrázok 10-6. Okno Systém > Nebulizátor  1 Systém 2 Nebulizér 3 Pneumatický, Aerogen 4 Ovládací prvok 5 Inspiračia, Exspiračia, Insp. a exps. 6 Časovač nebulizácie (hodiny, minúty, sekundy) a aktuálne nastavené trvanie Dostupné: Dokument - <i>HAMIL TON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana:245, Kapitola: 10.7.1	v súlade	splnil

78	Držiak patientskych hadíc.	ks	1				 1 Podporné rameno a rameno na infúzie 2 Oblasťovka a ovládacie prvky 3 Prípojky dýcha- cieho okruhu 4 Dychač okruhu 5 Zvlhčovač 6 Vozík Dostupné: Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 45, Kapitola: 2	v súlade	splnil
79	Držiak vody.	ks	1			1	 1 Podporné rameno a rameno na infúzie 2 Oblasťovka a ovládacie prvky 3 Prípojky dýcha- cieho okruhu 4 Dychač okruhu 5 Zvlhčovač 6 Vozík Dostupné: Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 45, Kapitola: 2	v súlade	splnil
80	Mobilný stojan s postrannými eurošifami a s možnosťou vybavenia o držiak na fľaše O2.	ks	1			1	Prísľušenstvo k vozíku: Držiak kyslíkovej fľaše (2 fľaše), montážny sys- tém HAMILTON-H900 Dostupné: Dokument - <i>HAMILTON-C6-ops-manual-v1.2.x</i>, strana: 44, Kapitola: 2	v súlade	splnil
81	Tlaková hadica O2 a vzduchu AIR (ak nie je turbína/kompresor súčasťou)	ks	1			1	Tlaková hadica O2	v súlade	splnil

					10	Dospelí/deťi: dvojvetrový so zvlhčovačom		v súlade	splnil
82	Kompletný duálne vyhrievaný dýchací okruh s komorou	ks	10						
						Dostupné: Dokument - HAMILTON-C6-ops-manual-v1 2.x, strana: 52, Kapitola: 2.2.3			

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky:

Komisia s právom vyhodnotenia ponúk konštatuje, že uchádzač **MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra – Dražovce IČO:36531774** preukázal splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky v predmetnom verejnom obstarávaní.

Členovia komisie :	Podpis
MUDr. Vladimír Hudák, PhD., - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH- člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Tomáš Pallas - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Ján Michlík - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
Ing. Františka Šováriková, MBA, MPH, DPA –člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant	

V Košiciach, dňa 16.10.2025