

Časť I. 1. kategória: Odsávačka elektrická pre operačné sály
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 138.759,50 EUR bez DPH
predpokladaný počet 60 ks

Predkladá (dodávateľ):	ULTRAMED, s.r.o., Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
Ponúkaný typ (označenie):	ATMOS® Record 55
Výrobca:	ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Ludwig-Kegel-Str. 16, 79853 Lenzkirch, Nemecko
Cena v € bez DPH / 1 ks :	2 312,65
Spolu v € bez DPH / 60 ks:	138 759,00 EUR
DPH	20%
Spolu v € s DPH / 60 ks:	166 510,80EUR

Časť I. 1. kategória: Odsávačka elektrická pre operačné sály

I. Technické špecifikácie odsávačky

Požiadavka / Parameter	Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Elektrická odsávačka	áno
Membránový odsávací agregát	áno
Rýchlosť voľného prietoku vzduchu – min. 50 L/min.	áno/55 L/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum min. 93 kPa	áno/98 kPa
Hlučnosť: max. 40 dB pri maximálnom zaťažení	áno/40 dB
Prístroj je prispôbený na kontinuálne sanie	áno
Farebne kódovaný manometer	áno
Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF	áno
Min. trojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov, poistnej nádoby proti presatiu a MSF filtra	áno
Pojazdný stojan s pogumovanou nášľapnou časťou a eurolíštou so 4 antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho 2 brzdenými	áno
Systém uchytienia 2 L. fľaše na eurolíštu, 2 ks.	áno
Systém uchytienia 1 L. preplachovej nádoby FLOVAC	áno
1 L. preplachová nádoba FLOVAC kompatibilná s 1 L. vakmi FLOVAC, s možnosťou upevnenia s oboch strán prístroja, 1 ks.	áno
2 L. polykarbonátová fľaša so šrobovacím vekom a plastovými prestupmi s 90° nástrčnými spojkami pre jednoduché nasúvanie odsávacích hadíc, kompatibilná s vakmi MONOKIT, 2 ks.	áno
Manipulačné madlo na zadnej strane prístroja, 1 ks.	áno
Úchyt držakov fľaše na stranách odsávacej jednotky min. 2 ks.	áno
Odkladacia, odnímateľná polička na vrchu prístroja, 1 ks.	áno
Odnímateľný odkladací košík – kovový na zadnej strane prístroja, 1 ks.	áno
Držiak odsávacieho okruhu so systémom upevnenia na eurolíštu, 1 ks.	áno
Odsávací okruh zložený z 2 m. hadice s ANTIMICROBIALNOU úpravou a MSF filtrom, a 1,8 m. silikónovej hadice 8 x 14 mm. so stop ventilom, 1 ks.	áno
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.	áno
Preukázateľná možnosť doplnenia prístroja o prepínač plnenia fliaš s úchytom na eurolíštu	áno
Preukázateľná možnosť doplnenia prístroja o odnímateľný pneumtický nožný spínač sania	áno
Záruka na sací agregát 7 rokov	áno
Záruka na ostatné časti prístroja	áno
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú inštruktaž o správnom použ. zdrav. prístroji, pri dodaní	áno
Podrobný manuál, praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu	áno
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú údržbu a servis na zdrav.prístroji, pri dodaní	áno

II. Záručný a pozáručný servis

Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcu minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcu, pri dodržíavaní nasledovných lehôt:
Profilaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začiatu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.

áno

V Žiari nad Hronom, dňa: 30.01.2020

ULTRAMED

Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36638401 IČ DPH: SK2022011651

Martin Továrek - konateľ