

Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia

Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 17.964,40 EUR bez DPH

predpokladaný počet 29 ks

Predkladá (dodávateľ):	Media Comp. s.r.o., č.d. 268, 900 41 Rovinka
Ponúkaný typ (označenie):	Quick Vac transport
Výrobca:	CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň, Česká republika
Cena v € bez DPH / 1 ks :	617,00
Spolu v € bez DPH / 29 ks:	17 893,00
DPH	20%
Spolu v € s DPH / 29 ks:	21 471,60

Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia**I. Technické špecifikácie odsávačky**

Požiadavka / Parameter	Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Transportná odsávačka	áno
Bezolejová piestová výveva - bezúdržbová	áno
Prevádzka na 220 V, na batériu, alebo autokonektorom 12VDC	áno
Sací výkon: min. 20 L vzduchu/min.	áno/20 L/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum -85 kPa	áno/-85 kPa
Hlučnosť: max. 60 dB pri maximálnom zaťažení	áno/60 dB
Hmotnosť 5,5 kg. (prenosné prevedenie)	áno/5,5 kg
Doba prevádzky na batériu 3,5 – 4 hod.	áno/4 hod.
Doba nabíjania batérie 4 hod.	áno/4 hod.
Farebne kódovaný manometer	áno
Svetelná indikácia chodu odsávačky a stavu batérie – farebné LED diódy	áno
Dvojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov a MSF filtra	áno
Držiak 1 L. fľaše, 1 ks.	áno
1 L. polykarbonátová fľaša so šrobovacím vekom a plastovými prestupmi, 1 ks.	áno
Systém uchytenia na čelo/bočnicu patientskeho lôžka, systémom odklápaateľných držiakov	áno
Gumová ochrana zadnej časti prístroja, tlmiača náraz	áno
Silikónový odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, resterilizovateľný 134°C, 1 ks.	áno
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.	áno
Podrobný manuál , praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu	áno
Záruka 3 roky	áno

II. Záručný a pozáručný servis

Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pravidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profilaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskôršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatie opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskôršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.	áno
---	-----

V Rovinke dňa: 31.01.2020

Ing. Martin Kochan - konateľ

Media Comp. s.r.o.Rovinka 268, 900 41 Rovinka
ICO: 35731485 IČ DPH:SK2021376775
www.mediacomp.sk