

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti "Opis predmetu zákazky" požaduje:

- A) Motorizovaný kombinovaný sklon: Trendelenburg+ Laterálny 30°/20°
Uvedený parameter presne poukazuje na konkrétneho výrobcu a to MAQUET a typ stola OTESUS.

Otázka č. 1 : Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj inú hodnotu tohto parametra?
Např. 40°/10° alebo 15°/20°.

- B) Hlavový dvojklbový diel- sklopňý a výškovo nastaviteľňý pre laterálnu polohu min. sklopenie +45°/-45° Platí to isté čo v predchádzajúcom bode. (konkrétny typ stola)

Otázka č. 2: Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj inú hodnotu sklopenia hlavovej dosky? Např. +45/-30°

Všetky ostatné parametre nápadne pripomínajú konkrétneho výrobcu a typ stola. Např. požadujete „prenosná základňa operačného stola s nízkym profilomale v prvom bode požadujete základňu operačného stola s výškou max. 40 mm. 40mm je nízký profil základne? Nízký profil majú iní výrobcovia a ten je např. 25mm- to je nízký profil. Tých 40mm je tam len preto, že MAQUET má 36mm. Laterálny sklon požadujete min +/-28°, prečo nie +/-30°? Pretože MAQUET má +/-28°. A takto by sme si mohli prejsť aj všetky ostatné parametre v technickej špecifikácii.

Odpoveď č. 1

Akceptovať sa budú operačné stoly s daným parametrom, ktoré ponúkajú rovnakú alebo vyššiu hodnotu ako je požadovaná, nakoľko danú požiadavku vedia plniť viacerí renomovaní výrobcovia operačných stolov. Jednotlivé parametre predmetu zákazky boli nastavené v rozsahu „Minimum“, „Maximum“.

V prípade parametra „Motorizovaný kombinovaný sklon: Trendelenburg + Laterálny)

Parameter	Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
Motorizovaný kombinovaný sklon: Trendelenburg + Laterálny	stupne	30 ° / 20°		

pre **minimum** sú akceptované hodnoty v stupňoch **30°** (31, 32, 33, 34, ...) / **20°** (21, 22, 23, 24, ...)

Tieto sklony sa vyžadujú pri komplikovaných osteosyntézach dlhých kosti, alebo chrbtice. Z uvedeného vyplýva, že hodnoty např. 40°/10° alebo 15°/20° akceptované nebudú.

Odpoveď č. 2

Podobne ako pri otázke č. 1 aj v prípade:

Zostava operačného stola				
Hlavový dvojklbový diel – sklopňý, výklopňý a výškovo nastaviteľňý pre laterálnu polohu min. sklopenie +45°/-45°	ks			4

pre **minimálne sklopenie** platia hodnoty +45° (+46°, +47°, ...) / -45° (-46°, - 47°, ...)

Tieto sklony sa vyžadujú pri komplikovaných osteosyntézach v oblasti hornej časti trupu a krčnej chrbtice. Z uvedeného vyplýva, že hodnota +45/-30° akceptovaná nebude.

Prenosná základňa stola s nízkym profilom slúži na lepší prístup k pacientovi. Pretože nie je záväznou normou stanovená maximálna výška nízkeho profilu, zdefinoval ju podľa svojej potreby verejný obstarávateľ s primeranou rezervou tak, aby nebol zvýhodnený len ten výrobca, ktorý ju má např. 25 cm.

V prípade parametra „Motorizovaný sklon: Laterálny)

Parameter	Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
Motorizovaný sklon: Laterálny	stupne	+/- 28°		

pre minimálne sklopenie v zmysle uvedeného bude aj hodnota +/- 30° akceptovaná. Obmedzenie na Vami uvedenú vyššiu minimálnu hodnotu by mohol považovať za diskriminačné iný uchádzač.

Verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky určil na základe údajov a informácií z katalógov viacerých výrobcov a o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky preukázaných prieskumom trhu od troch rôznych hospodárskych subjektov obchodujúcich s produktmi troch rôznych výrobcov. Prieskum trhu týmto považuje za reprezentatívny a opis predmetu zákazky určený tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž.