

HODNOTIACI FORMULÁR
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Názov uchádzača : S&T Slovakia s.r.o.		
Adresa uchádzača : Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava		
IČO : 31349935	DIČ : 2020345591	IČ DPH : SK 2020345591
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1 Oddiel: Sro Vložka č.5021/B		
Tel: + 421 258 273 111	Fax : + 421 258 273 212	
e.mail : snt@snt.sk	www : www.snt.sk	
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.		
Č. Účtu: SK33 1100 0000 0026 2784 4273 SWIFT: TATRSKBX		

Hodnotiace kritérium	Váha	Hodnota
Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH	82,00 %	2 770 000,-
Kvalita	17,50 %	
Naklápanie stola hlavou dole a hore, spolu ± v stupňoch	0,20 %	17
Počet ohnísk vysokovýkonného rtg žiariča v ks	0,20 %	2
Tepelná kapacita anódy v MHU	0,50 %	2,4
Tepelná kapacita rtg žiariča v MHU	0,50 %	5,4
Veľkosť najmenšieho ohníska (priemerná hodnota veľkostí najmenšieho ohníska oboch rontgeniek) v mm	0,30 %	0,45
Minimálna rýchlosť odvodu tepla z anódy žiariča v kHU / min.	0,50 %	910
Aktívna plocha detektorov v 1. rovine v cm ²	0,75 %	1119,26
Aktívna plocha detektorov v 2. rovine v cm ²	0,75 %	754
Hĺbka digitalizácie detektorov v bitoch	0,50 %	16
Rozlišovacia schopnosť detektora v 1. rovine v Lp / mm	0,50 %	3,25
Rozlišovacia schopnosť detektora v 2. rovine v Lp / mm	0,50 %	2,72
Možnosť spracovania obrazu a archivácie v matrici 2K v oboch rovinách súčasne /áno (v oboch rovinách) =10, áno (len v jednej rovine) = 5, nie (ani v jednej rovine = 0) /	10,00 %	5
Max. počet obrazov/s pri digitál. obrazovej akvizícii v matrici 2K v obr./s v oboch rovinách súčasne	0,50 %	6
Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pre rotačnú angiografiu techn. CBCT v obr. / s	0,25 %	60
Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pri natívnej rotačnej angiografii, pri zobrazovaní mäkkých častí v obr. / s	0,25 %	60
3D rotačná angiografia s vyhotovením VRT rekonštrukcií v reálnom čase v časovej slučke (intervale), využívaná hlavne pre diagnostiku a plánovanie terapie mozgových cievnych malformácií, áno / nie (áno=0,5, nie=0)	0,50 %	0,5

Pracovná stanica pozostávajúca z 2 ks 30" diagnost. monitorov v ovládacej miestnosti, pre ovládanie ako aj vyhodnocovacie pracovnú stanicu, pre znázornenie živého a referenčného obrazu, súčasné vykonávanie 3D rekonštrukcií, s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiasopický obraz, roadmap v oboch rovinách, ako a vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie, áno / nie (áno=0,5, nie=0)	0,50 %	0
USG – pulzný doppler, áno / nie (áno=0,1, nie=0)	0,10 %	0,1
Nožný spínač skiasopie cez WIFI, áno / nie (áno=0,2, nie=0)	0,20 %	0,2
Termín plnenia (dodania) v týždňoch	0,50 %	8

.....
Helena Horovčáková, konateľka S&T Slovakia s. r. o.

s&t

S&T Slovakia s. r. o. ®
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31349935, IČ DPH: SK2020345591