

Všetkým uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
05.03.2025	FNsP FDR/RVO/2835/2025/13907	Katarina Husikova/+421 441 3240 khusikova@nspbb.sk	17.03.2025

Vec: Verejná súťaž na predmet zákazky „RVO/2835/2025 Centrálné venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre” – odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na vyhlásenú verejnú súťaž na predmet zákazky **RVO/2835/2025 Centrálné venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre** ,ktorá bola vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie číslo vydania série S úradného vestníka 195/2024 číslo uverejnenia oznámenia 601012-2024 zo dňa 07.10. 2024 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 199/2024; 24646 – MST zo dňa 08.10. 2024 v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zovo“) Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Otázka č. 1

Dobrý den,

rádi bychom si ověřili specifikaci požadovaných PICC katétrů, konkrétně délku mikropunkčního nitinolového drátu. V zadávací dokumentaci je uvedena maximální délka 45 cm, avšak standardně dodáváme variantu s délkou 50 cm, přičemž drát nelze v rámci sady vyměnit.

Mohli byste, prosím, upřesnit, zda je akceptovatelná i varianta s 50cm drátem? Případně je možné dodat drát v samostatné variantě jako součást setu?

Zároveň se chceme dotázat, jestli v části MIDLINE katétrů trváte na požadavku "vysokotlakový katéter, tlak podania min. 300 psi".

Děkujeme za zpřesnění požadavků.

Odpoveď k otázke č. 1

Verejný obstarávateľ bude v časti 2 Periférne zavádzaný centrálny venózny katéter (PICC) akceptovať variantu s dlhším tj. 50 cm vodičom.

Verejný obstarávateľ v časti č. 1 Periférne zavádzaný venózny katéter (Midline) trvá na dodržaní špecifikácie: vysokotlakový katéter, tlak podania min. 300 psi, nakoľko uvedený tlak je potrebný pri CT vyšetreniach.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, dochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto primerane predlžuje termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Na základe uvedeného došlo k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 17.2

Nové znenie:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa ~~21.03.2025 o 09:00 hod.~~ **28. 03. 2025 o 09:00 hod.** miestneho času.

Na základe uvedeného došlo k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 19.1

Nové znenie:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa ~~21.03.2025 o 13:00 hod.~~ **28. 03. 2025 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZoVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

S pozdravom



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnspfd.sk
khusikova@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670