

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRazM

Postup VO: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Vyhlásenie VO: v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. OJ S 54/2025 zo dňa 18.03.2025 pod označením č.175348-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 56/2025 zo dňa 19.03.2025 pod označením 5278-MST

Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2025 do 12:00 hod.

Dátum a čas otvárania ponúk: 09.05.2025 o 12:30 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 880 000,00 EUR bez DPH

Názov projektu: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT 256 slice -Tr. SNP

Kód Projektu: 11I02-21-V11-000175

Názov investície/reformy: Investícia 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie

Názov komponentu: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Verejnému obstarávateľovi boli v lehote na predkladanie ponúk predložené na predmet zákazky 2 ponuky:

ID ponuky v sw. JOSEPHINE	Uchádzač
182731	MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 85101 Bratislava, IČO: 17312001
182788	INmed Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 11841/37, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO:36256871

Poradie uchádzačov:

1. MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava 93 bodov
2. INmed Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 11841/37, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 92,26 bodov

Určenie úspešného uchádzača:

Verejný obstarávateľ stanovil kritérium na hodnotenie ponúk v súťažnej dokumentácii predmetného verejného obstarávania a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nasledovne:

- Kritérium č. 1 (alebo aj K1): Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH: max. počet bodov 80.
- Kritérium č. 2 (alebo aj K2): Technická špecifikácia CT prístroja pre KRazM: max. počet bodov 20.

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka splnila stanovené kritérium, t.j. dosiahol najvyšší počet bodov v hodnotení a ktorý preukázal splnenie všetkých požiadaviek a podmienok stanovených v tomto verejnom obstarávaní.

Úspešný uchádzač: **MEDITRADE spol. s r.o., 851 01 Bratislava, IČO: 17312001**

- Návrh na plnenie kritérií úspešného uchádzača:
 - o Kritérium 1 (K1): **1 445 708,79 EUR s DPH**
 - o Kritérium 2 (K2): 13 bodov
 - Fyzický alebo digitálny náklon gántry v rozsahu $\pm 30^\circ$ - 0 bodov
 - Tepelná kapacita anódy RTG lampy min. 7,5 MHU – 2 body
 - Hodnota voľby nastaviteľného maximálneho anódového prúdu min.900 mA - 1 bod



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



- Rozsah voľby napätia RTG žiariča min. 80-135 kV – 3 body
 - Maximálna šírka vrstvy detektorového elementu v osi Z max. 0,625 mm – 0 bodov
 - Aktívny kolimátor - nástroj pre redukciu dávky a reštrikciu žiarenia v okrajoch skenovanej oblasti, resp. mimo vyšetrovacieho poľa v osi Z – 3 body
 - Maximálne dosiahnuteľné vysokokontrastné rozlíšenie @ 0 % MTF (bez post kolimácie za pacientom) min. 21,4 lp/cm – 0 bodov
 - Obrazový rekonštrukčný čas pri využití iteratívnych metód z RAW dát a obrazovej matrici 512x512 (pri ASiR-V, ADMIRE, iDose4, AiDR 3D Enhanced, atď.) min. 55 obr. – 2 body
 - Obrazový rekonštrukčný čas pri obrazovej matrici 512x512 pri využití rekonštrukcie CT obrazu pomocou umelej inteligencie s využitím Deep Convolutional Neural Network - Deep Learning Reconstruction min.20 obr/s – 2 body
- Celkový počet získaných bodov: 93 bodov

Ponúkaný prístroj: **CT Revolution Apex**, výrobca: **GE Medical Systems LLC**, ŠUKL: **P6311A**; injektor: **Dual SHOT ALPHA 7**, výrobca: **Nemoto**, ŠUKL: **P0646A**.

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený.

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

Žiadna z predložených ponúk nebola vylúčená z dôvodu predloženia mimoriadne nízkej cenovej ponuky

V Košiciach, dňa 16.03.2026

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH – riaditeľ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice