



Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Košice
10.07.2025

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov 9

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom Európskeho vestníka č. S 106/2025 č. 359068-2025 zo dňa 04.06.2025 a Vestníka pre verejné obstarávanie č. 111/2025 zo dňa 05.06.2025 pod označením 9227 - MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je „**Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu**“.

Verejnému obstarávateľovi bola od jedného zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka č. 1

Podľa popisu ide iba o infúznú súpravu, pričom objem ponuky pre obe súčasti je v miliónoch. Mohli by ste prosím ešte raz potvrdiť, či sa v tomto sete skutočne jedná iba o infúznú súpravu? Chirurgické súpravy zvyčajne obsahujú aj angio-obalové plachty, katétre, rôzne ihly, špongie, injekčné striekačky, tampóny, tampónové držiaky, kryty na prístroje a chirurgické plášte. Bolo by užitočné stručné objasnenie presnej špecifikácie produktu.

Odpoveď na otázku č. 1

Jedná sa o set potrebný k vykonávaniu angiografických, resp. koronarografických vyšetrení za sterilných podmienok. Systém musí byť schopný automaticky aplikovať isté množstvo kontrastnej látky istou rýchlosťou resp. istým tlakom do angiografických katétrov. Rovnako musí umožňovať aplikáciu fyziologického roztoku. Je pritom potrebné ručné sterilné ovládanie. Set sa používa výlučne na angiografických sálach, nie pri chirurgických zákrokoch.