



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
11/2025/JH

Vybavuje/linka
Ing. Jana Hosová
02/20824515

Bratislava
05. 08. 2025

Vec: Vysvetlenie Súťažných podkladov č.1

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám zasielame vysvetlenie k nadlimitnej zákazke „Imunochemické testy na okultné krvácanie do stolice pre skrining rakoviny hrubého čreva a konečníka“ vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie č. OJ S 138/2025 zo dňa 22.07.2025 pod značkou 476613-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2025 zo dňa 23. 07. 2025 pod značkou 11994-MST.

Dňa 05. 08. 2025 sme boli požiadaní o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktoré bezodkladne odpovedáme.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,
prosíme vás o vysvetlenie súťažných podkladov v súvislosti s balením testovacích súprav
testovacia súprava má obsahovať:

1. odberovú sadu pre pacienta, ktorú tvorí samostatvárací plastový obal, ktorý obsahuje odberovú, predplnenú nádobku a papierovú pomôcku na správny odber nekontaminovanej stolice a návod na odber s obrázkami,
2. vyhodnocovaciu sadu pre lekára v obálke typu C7 s označením NEOTVÁRAŤ – URČENÉ PRE VÁŠHO VŠEOBECNÉHO LEKÁRA, ktorú tvorí označená platnička vo fólii, návod na vyhodnotenie testu s obrázkami a všeobecný návod k testu

Požadovaná „označená platnička vo fólii“ má rozmer 120 x 64 mm. Požadované balenie je v obálke typu C7. Obálka formátu C7 má rozmery 114 x 81 mm. Z porovnania vyššie uvedených hodnôt vyplýva, že test sa do obálky C7 nezmestí.

Pýtame sa teda, či môže byť test zabalený v obálke 130 x 80 mm, ako to navrhuje výrobca, spoločne s návodom na vyhodnotenie testu s obrázkami a všeobecným návodom k testu.

Odpoveď:

Áno, môže byť použitá aj väčšia obálka, ak vyhodnocovacia platnička v originál balení je väčšia ako obálka určená pre lekára.

S pozdravom

Mgr. Daniela Krnáčová, LL.M., v.r.

riaditeľka odboru verejného obstarávania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.