



Všetkým záujemcom

V Trenčíne, dňa 14. 08. 2025

VEC

Vysvetlenie k zákazke s názvom „**Laboratórne termostaty**“

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil nadlimitnú zákazku s názvom „**Laboratórne termostaty**“ oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bola uverejnená v Ú. vestníku EÚ č. OJ S 146/2025, 504114-2025 zo dňa 01.08.2025 a vo Vestníku UVO č. 156/2025 pod značkou **12741 - MST**. V lehote na predkladanie ponúk boli verejnému obstarávateľovi doručené otázky, ktorých cieľom je vysvetliť poskytnuté informácie potrebné k vypracovaniu cenovej ponuky.

Otázka č. 1:

Položka č. 1:

1) Bude VO akceptovať vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka) 509 mm x 429 mm x 913 mm, konštrukčne zodpovedajúce objemu vane 30 litrov?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať Vami uvádzané vonkajšie rozmery pri položke č. 1. Zároveň bude zverejnená oprava Prílohy č. 1 - Cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní.

Otázka č. 2:

2) Bude VO akceptovať vnútorné rozmery vane (hĺbka x šírka x dĺžka) 200 mm x 297 mm x 365 mm ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať Vami uvádzané názvy vnútorných rozmerov pri Položke č. 1. Zároveň bude zverejnená oprava Prílohy č. 1 - Cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní.

Otázka č. 3:

3) Bude VO akceptovať hodnotu 0,01°C pre požadovaný parameter „Stabilita teploty“ ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upraví položku „Stabilita teploty“ na toleranciu $\pm 0,01$ °C.

Otázka č. 4:

Položka č. 2:

1) VO uvádza pri požadovanom parametre „Prietok čerpadla“ požiadavku na minimálnu hodnotu „15 – 16 l/min“. Bude VO akceptovať hodnotu 15 l/min ako maximálny možný prietok čerpadla?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ bude Vami uvádzanú hodnotu akceptovať, keďže je v tolerancii 15-16l/min..

Keďže verejný obstarávateľ neupravuje súťažné podklady, **nebude sa posúvať lehota na predkladanie ponúk.**

S úctou

v.r.

Ing. Anna Dvoraková
osoba poverená realizáciou verejného obstarávania