

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Predmet zákazky:	Prístrojové vybavenie pre komplexnú liečbu urolitiázy a operatívu mäkkých tkanív v urológií
Druh postupu:	Nadlimitná zákazka, Verejná súťaž podľa § 66, ods. 7 ZVO („superreverz)
Označenie vo Ú V EÚ:	555380-2025
Označenie vo VVO:	13943-MST

Na základe doručenia žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO“), poskytuje verejný obstarávateľ toto vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre vyššie uvedený predmet zákazky:

Otázka č. 1:

„1.Laser:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať minimálny dosiahnuteľný výkon laserového impulzu 7KW?“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 2:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozsah výkonu laseru Min. 1- 100 W?“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 3:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať minimálna energia jedného impulzu 6 J?“

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 4:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať nastaviteľná energia impulzu v rozsahu min.0,2 – 6 J ?“

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 5:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozsah trvania impulzu min. 150 – 1700 µs ?“

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 6:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať frekvencia impulzov v rozsahu min 3-75 Hz?“

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 7:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať maximálna hmotnosť lasera – celá konzola 285 kg?“

Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 8:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať napájanie zo siete napájanie zo siete 230 V 50/60 Hz 32 A?“

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 9:**„2. Intrakorporálny USG litotriptor**

Bude verejný obstarávateľ akceptovať dosiahnuteľný výkon USG energie min. 70W?“

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 10:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať odchýlku pri priemere sonda pre URS priemeru 4,5 Fr +-0,5 Fr?“

Odpoveď č.10:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 11:

„Prosíme taktiež o prehodnotenie formulácie špecifikácie pri nasledovných bodoch č.6,č.7.,č.16,č.17 nasledovne: č.6. upustenie od uvádzania maximum hodnoty, novšie stroje majú totiž vyššiu frekvenciu, lepšiu efektívnosť, ponechať iba hodnotu minima“

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 12:

„č. 7. aktuálnu formuláciu upraviť na: „Možnosť voľby resterilizovateľných sond alebo sond na jedno použitie, podľa typu a spôsobu prevedenia zákroku“

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 13:

„č.16 aktuálnu formuláciu upraviť na: „Menič pre dodanie spotrebnej energie s integrovaným chladiacim okruhom s ovládaním priamo na rukoväti, alebo pomocou nožného spínača“

Odpoveď č.13:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 14:

„č.17 aktuálnu formuláciu upraviť na: „Funkcie regulácie výkonov oboch energií a aj odsávania ovládané na rukoväti alebo priamo na ovládacom dotykovom displeji alebo pomocou nožného spínača minimálne v 10 úrovniach výkonu“

Odpoveď č. 14:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Otázka č. 15:

„3. Morcelátor

Bude verejný obstarávateľ akceptovať integrovaný morcelátor v lasery?“

Odpoveď č.15:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať návrh na zmenu parametra. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení parametra.

Verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk, nakoľko na základe vysvetlenia, nedochádza k zmene informácií potrebných na vypracovanie ponuky.