

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Predmet zákazky:	Prístrojové vybavenie pre komplexnú liečbu urolitiázy a operatívu mäkkých tkanív v urológii
Druh postupu:	Nadlimitná zákazka, Verejná súťaž podľa § 66, ods. 7 ZVO („superreverz“)
Označenie vo Ú V EÚ:	555380-2025
Označenie vo VVO:	13943-MST

Dovoľte nám v prvom rade upozorniť na fakt, že Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), je na Slovensku zaradená do piatej, teda najvyššej úrovne nemocníc v rámci reformy siete nemocníc. Táto kategorizácia nemocníc bola zavedená Ministerstvom zdravotníctva SR s cieľom optimalizovať sieť nemocníc a zabezpečiť, aby sa najnáročnejšie medicínske služby koncentrovali do zariadení s potrebnými odborníkmi a vybavením.

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je najväčším zdravotníckym zariadením na Slovensku z hľadiska počtu lôžok, hospitalizácií a komplexnosti poskytovanej starostlivosti, poskytuje zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni, rieši najkomplikovanejšie prípady a často je spojená s akademickým prostredím. UNB poskytuje široké spektrum zdravotnej starostlivosti vrátane ambulantnej a ústavnej starostlivosti, špecializovaných zákrokov a pokročilej diagnostiky. Ako Univerzitná nemocnica spolupracuje s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského a Slovenskou zdravotníckou univerzitou, čo ju robí centrom pre vzdelávanie budúcich zdravotníkov a vedecko-výskumnú činnosť. Často slúži ako referenčné centrum pre komplikované prípady z celého Slovenska, keďže má k dispozícii špičkových odborníkov a vybavenie pre najnáročnejšie diagnózy a liečby.

Na základe doručenia žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO“), poskytuje verejný obstarávateľ toto vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre vyššie uvedený predmet zákazky:

„Doplňujúci dotaz č. 1

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Empower H100, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 1:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č. 2

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Empower H100, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 2:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č. 3

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Empower H100, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 3:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešene spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č. 4

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Empower H100, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 4:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešene spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č. 5

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Empower H100, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 5:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešene spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č.6

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Empower H100, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 6:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešene spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č.7

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Empower H100, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 7:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešene spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č.8

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Empower H100, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 8:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č.9

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Shockpulse, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 9:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č.10

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Shockpulse, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 10:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č.11

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Shockpulse, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 11:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č.12

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Shockpulse, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 12:

„Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č.13

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Shockpulse, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 13:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

„Doplňujúci dotaz č.14

Upozorňujeme, že predmetný parameter je nastavený diskriminačne, nakoľko ho spĺňa výlučne prístroj Olympus Shockpulse, pričom tento parameter nemá medicínske opodstatnenie.“

Odpoveď na doplňujúci dotaz č. 14:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu, tak ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2. súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk, nakoľko na základe vysvetlenia, nedochádza k zmene informácií potrebných na vypracovanie ponuky.