

Opis predmetu zákazky „Videolaryngoskop s príslušenstvom“

Predmetom zákazky je dodanie 15 – 25 ks prenosných laryngoskopov vrátane príslušenstva.

Typ zmluvy: Rámcová zmluva na obdobie 12 mesiacov

Čerpanie zmluvy: Formou čiastkových objednávok, **minimálne objednané množstvo - 15 ks do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy.**

Zvyšné kusy (10ks) na základe aktuálnych potrieb objednávateľa. Objednávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie množstvá Tovar ako predpokladaných 10ks.

Technická špecifikácia videolaryngoskopu s príslušenstvom	
P. č.	Požadovaná minimálna technická špecifikácia
1.	Farebný display s vysokým rozlíšením pre videolaryngoskop
1.1	Uhlopriečka min. 3,5"
1.2	Rozlíšenie min. 1280 x 720 pixelov
1.3	Uhol natočenia displeja v 2 osiach
1.4	Funkcia obrazu / videa
1.5	USB port na prenos dát
1.6	Nahrávanie snímok a videí v reálnom čase na SD kartu/USB port a ich následné prehrávanie na zariadení
1.7	Dobíjateľné Li-Ion batérie výdrž cca 2 hod.
1.8	Ergonomický dizajn pre jednoduchú intubáciu a manipuláciu
2.	Videolaryngoskopická lyžica Macintosh veľ. 4
2.1	Pre obtiažnú intubáciu
2.2	Chirurgická oceľ, pre opakované použitie, sterilizovateľná
3.	Videolaryngoskopická lyžica Macintosh veľ. 3
3.1	Pre obtiažnú intubáciu
3.2	Chirurgická oceľ, pre opakované použitie, sterilizovateľná
4.	Videolaryngoskopická lyžica Macintosh veľ. 1 alebo 2.
4.1	Pre obtiažnú intubáciu
4.2	Chirurgická oceľ, pre opakované použitie, sterilizovateľná
5.	Ochranný kufrík
4.1	Vodeodolný, robustný materiál
4.2	Umývateľný materiál
4.3	Možnosť uloženia monitoru a 3 videolaryngoskopických lyžíc
5.	Nabíjačka

Ilustračný obrázok:

