

- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 051-16 / 2018

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk


Bratislava
30. 07. 2018

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 051-07 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 128-291093 zo 06. 07. 2018 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2018 z 09. 07. 2018 pod zn. 9251-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**USG PRÍSTROJE**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1:

V Technickej a medicínskej špecifikácii „USG prístroje“, časť V. 5. kategória: USG – TOP PRÍSTROJ PRE RÁDIOLÓGIU (umožňuje fúziu s CT/MR), sa požaduje:

Dynamický rozsah min. 230 dB

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či by v záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania súhlasil s úpravou tejto požiadavky nasledovne:

„Dynamický rozsah min. 210 dB“

Odpoveď:

Nie, nesúhlasíme.

Parametre prístroja sú nastavené nediskriminačne so zreteľom na umožnenie zapojenia sa všetkých identifikovaných uchádzačov pri zachovaní účelov jeho použitia.