

- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 051-34 / 2018

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk


Bratislava
14. 08. 2018

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 051-07 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 128-291093 zo 06. 07. 2018 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2018 z 09. 07. 2018 pod zn. 9251-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**USG PRÍSTROJE**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1:

1. v prílohe kúpnej zmluvy - technická a medicínska špecifikácia
2. v hodnotiaci formulár - návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

požadujete vyplniť ceny zvlášť pre USG prístroj a jednotlivé sondy. V prípade ak v špecifikácii žiadate špeciálne programy, funkcie, tlačiareň, vozík pod USG... môžeme do týchto tabuliek pridať riadky? alebo máme cenu ostatného príslušenstva prirátat' k sume za ultrazvuk?

Odpoveď:

V časti C. a F. súťažných podkladov, v prílohe kúpnej zmluvy aj v Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je potrebné uviesť cenu USG prístroja podľa požadovanej špecifikácie, v ktorej je zahrnutá všetka výbava a príslušenstvo, vrátane programového vybavenia, funkcií, tlačiarne, vozíka a pod., cenu požadovaných sond a cenu spolu tak, ako je to v priloženej tabuľke jednoznačne uvedené.

Priložené tabuľky v návrhu uchádzača sa nemôžu meniť ani dopĺňať.

Otázka č. 2:

Uchádzač má predložiť zoznam dodávok v jednotlivých kategóriách. V prípade ak sa jedná o vysokú triedu USG (ktorá sa nepredáva tak často) a je krátko na trhu, môže predložiť uchádzač zoznam dodávok aj z Českej republiky?

Odpoveď:

Podľa bodu 3.1 časti D. súťažných podkladov, nie je zoznam dodávok (referencií) obmedzený miestom plnenia.

Musí sa však týkať dodávok zrealizovaných v stanovenom období uchádzačom.

Podľa bodu 3.4 časti D. súťažných podkladov môže uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, pri splnení všetkých zákonom stanovených podmienok.