

Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Banská Bystrica

Mgr. Ivana Butašová Beneová
+421 905 412 051

18.11.2025

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostiku a intervenčnú rádiológiu
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 ZVO ods. 7
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2025/S 195-667281 zo dňa 10.10.2025 Vestník VO č. 206/2025, 16221 – MST zo dňa 13.10.2025

Verejný obstarávateľ, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v rámci verejnej súťaže na predmet zákazky „Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostiku a intervenčnú rádiológiu“, zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie č. S195 pod číslom 2025/S 195-667281 dňa 10.10.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 206/2025 pod číslom 16221-MST dňa 13.10.2025, poskytuje v súlade so znením súťažných podkladov vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcov.

I.

Dňa 17.11.2025 bola verejnemu obstarávateľovi doručená prostredníctvom systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Na základe doručenej žiadosti, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Mali by sme záujem predložiť ponuku pre časť č. 20, avšak v Prilohe č. 12 súťažných podkladov sa uvedená špecifikácia v riadku 12 nezhoduje s rozpisom položiek 1 až 17. Posledné 3 pomôcky opísané v špecifikácii nie sú medzi položkami zahrnuté, a to konkrétne: Mikrokatéter

s priemerom 0,021'' , ovládateľný v rozsahu 180°. Aspiračný systém v diametroch 18F a 22F, určený k dlhodobej aspirácii krvných zrazenín s reinfúziou krvi späť do obehu. Aspiračný mechanický systém určený k odsávaniu krvných zrazenín z pľúcnych tepien. Prosíme o vysvetlenie, opravu, resp. doplnenie týchto položiek do tabuľky Prílohy č. 12.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

Verejný obstarávateľ týmto informuje, že pri prepise údajov do tabuľky v Prílohe č. 12 súťažných podkladov v **časti č. 20** došlo k chybe v písaní a vyššie uvedené položky neboli do rozpisu jednotlivých položiek skopírované. Všetky tri predmetné pomôcky však boli správne uvedené v textovej špecifikácii Prílohy č. 12 súťažných podkladov. Z dôvodu administratívnej chyby neboli do tabuľky doplnené nasledovné položky:

Mikrokatéter s priemerom 0,021'' požadovaných vlastností

Aspiračný systém obehový požadovaných vlastností

Aspiračný systém mechanický požadovaných vlastností

Ide o doplnenie už uvedených položiek do časti tabuľky určenej na špecifikáciu množstiev; vecný rozsah ani požadované technické parametre sa nemenia.

Verejný obstarávateľ upravil Prílohu č. 12 súťažných podkladov v časti č. 20. Aktualizovaná verzia prílohy je súčasťou vysvetlenia súťažných podkladov č. 2 a bude zverejnená v systéme JOSEPHINE a zároveň na profile UVO verejného obstarávateľa.

S pozdravom,

.....
MUDr. Juraj Frajt, MPH,
v.r.
predseda predstavenstva

.....
MUDr. Ján Seleštiansky,
v.r.
podpredseda predstavenstva