

Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
	FNsP FDR/RVO/3285/2025/58834	Mgr. Anna Špitalská +421 48 441 3240 aspitalska@nspbb.sk	21.10.2025

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 1 k predmetu zákazky: **Gáza, vata, tampóny** pre **Časť č. 1: Gázové tampóny a longety** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).
Zákazka bola zverejnená: v Úradnom vestníku Európskej únie č. 657605-2025, číslo vydania série S Úradného vestníka: 193/2025 zo dňa 08.10.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 204/2025 zo dňa 09.10.2025 s ozn. 16058 – MST.

Otázka č. 1:

Dobrý deň ,

Otázky :

Časť č.1 Gázové tampóny a longety

A. Tampón prešívajú s RTG prúžkom

V špecifikácii VO požaduje tampón prešívajú s rtg prúžkom rozmer prierezu 22x22 cm 8 vrst sRTG , nie je uvedená tolerancia , súhlasí VO s rozmerom prierezu 20x25cm 8vrst s RTG ? rozmer VO nemení úžitkové vlastnosti výrobku .

Odpoveď k otázke č. 1:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č. 1 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie v rámci „Opisu a špecifikácie predmetu zákazky pre Časť č. 1 (Príloha č. 1 Rámcovej dohody)“, a to parametra „Rozmery prierezu v cm“ pre položku „A. Tampón prešívajú s RTG prúžkom“. Úprava technickej špecifikácie je vyznačená červeným písmom.

A. Tampón prešívajú s RTG prúžkom

Mení sa:

Parameter	Charakteristika	Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj:
Rozmery prierezu v cm	22x22 (počet vrstiev: 8)	
	45x45 (počet vrstiev: 4)	

Mení sa na:

Parameter	Charakteristika	Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj:
Rozmery prierezu v cm	20-22 x 22-25 (počet vrstiev: 8)	
	45x45 (počet vrstiev: 4)	

Otázka č. 2:

B. Tampón stáčaný

V špecifikácii VO požaduje rozmer tampón stredný 20x18 cm , tampón veľký 30x25cm nie je uvedená tolerancia , súhlasí VO s rozmerom 20x20cm , a 30x30cm ? Uvedený rozmer VO nemení úžitkové vlastnosti výrobku .

Odpoveď k otázke č. 2:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č. 1 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie v rámci „Opisu a špecifikácie predmetu zákazky pre Časť č. 1 (Príloha č. 1 Rámcovej dohody)“, a to parametra „Rozmery prierezu v cm“ pre položku „B. Tampón stáčaný“. Úprava technickej špecifikácie je vyznačená červeným písmom.

B. Tampón stáčaný

Mení sa:

Parameter	Charakteristika	Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj:
Rozmery prierezu v cm	stredný 20x18	
	veľký 30x25	

Mení sa na:

Parameter	Charakteristika	Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj:
Rozmery prierezu v cm	stredný 20 x 18-20	
	veľký 30 x 25-30	

Otázka č. 3:

C. Gáza skladaná a longeta skladaná

V špecifikácii VO požaduje rozmer gázy skladanej 12x8 cm 8vrst , nie je uvedená tolerancia, súhlasí VO s rozmerom 13x7cm 8vrst ? gáza skladaná 22x14cm 8vrst nie je uvedená tolerancia , súhlasí VO s rozmerom 22x16cm 8vrt ? gáza skladaná longeta VO požaduje rozmer 90x7,5cm , nie je uvedená tolerancia , súhlasí VO s rozmerom 90x7cm ? Uvedené rozmery nemia úžitkové vlastnosti výrobku .

Odpoveď k otázke č. 3:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č. 1 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie v rámci „Opisu a špecifikácie predmetu zákazky pre Časť č. 1 (Príloha č. 1 Rámcovej dohody)“, a to parametra „Rozmery cm“ pre položku „C. Gáza skladaná a longeta skladaná“. Úprava technickej špecifikácie je vyznačená červeným písmom.

C. Gáza skladaná a longeta skladaná

Mení sa:

Parameter	Charakteristika	Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj:
Rozmery cm	12 x 8 (počet vrstiev: 8)	
	22 x 14 (počet vrstiev: 8)	
	90 x 7,5 (počet vrstiev: 6)	

Mení sa na:

Parameter	Charakteristika	Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj:
Rozmery cm	12-13 x 7-8 (počet vrstiev: 8)	
	22 x 14-16 (počet vrstiev: 8)	
	90 x 7-7,5 (počet vrstiev: 6)	

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch, a to v editovateľných prílohách „Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 1 (Príloha č. 1 Rámcovej dohody)“ a „Cenová ponuka pre Časť č. 1 (Príloha č. 2 Rámcovej dohody)“.

Uvedené zmeny sú v predmetných prílohách vyznačené červeným písmom.

Ďalej verejný obstarávateľ v zmysle § 21 ods. 4 písm b) ZoVO predkladá zmenu informácií v súťažných podkladoch, a to konkrétne v časti „A – Pokyny na vypracovanie ponuky“ nasledovne:

v bode 17.2. súťažných podkladov:

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **11.11.2025 o 09:00 hod.** miestneho času.“

sa mení predlžuje lehota na predkladanie ponúk nasledovne:

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **18.11.2025 o 09:00 hod.** miestneho času.“



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
aspitalska@nspbb.sk

a zároveň

v bode 19.1. súťažných podkladov:

„Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa **11.11.2025 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.“

sa mení dátum otvárania ponúk nasledovne:

„Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa **18.11.2025 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.“

Ostatné údaje v súťažných podkladoch ostávajú nezmenené.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
aspitalska@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670