

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
	FNsP FDR/RVO/3285/2025/60534	Mgr. Anna Špitalská +421 48 441 3240 aspitalska@nspbb.sk	30.10.2025

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.2 a 3 k predmetu zákazky: **Gáza, vata, tampóny** pre Časť č. 2: **Tampóny s RTG vláknom** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

Zákazka bola zverejnená: v Úradnom vestníku Európskej únie č. 657605-2025, číslo vydania série S úradného vestníka: 193/2025 zo dňa 08.10.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 204/2025 zo dňa 09.10.2025 s ozn. 16058 – MST; korigendum zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 694402-2025, číslo vydania série S úradného vestníka: 203/2025 zo dňa 22.10.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 214/2025 zo dňa 23.10.2025 s ozn. 16823 – IOX.

Otázka č.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č.2:

Dobrý deň, v časti 2B budete akceptovať alternatívny rozmer 9,5x9,5 namiesto 6x6 a 8x8cm? Ďakujem.

Odpoveď k otázke č.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č.2:

Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní požadovaného „Opisu a špecifikácie predmetu zákazky pre Časť č. 2“ pre položku „B. Tampón preparačný“ vrátane rozmerov.

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v prílohe „Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č.2 (Príloha č. 1 Rámcovej dohody)“ požaduje pre položku B. dva rozmery preparačných tampónov, a to:

B. Tampón preparačný

Parameter	Charakteristika	Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj:
Rozmery	min. 6/6 cm stočené do veľkosti cca 14 mm	
	min. 8/8 cm stočené do veľkosti cca 18 mm	

V parametri „Rozmery“ sú zadané minimálne požadované rozmery gázy a požadovaná veľkosť do akej má byť gáza stočená.

Nižšie uvádzame ilustračné obrázky k požadovaným rozmerom:

- rozmer: min. 6/6 cm stočené do veľkosti cca 14 mm



- ilustračný obrázok pre rozmer: min. 8/8 cm stočené do veľkosti cca 18 mm



Otázka č.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č.3:

Dobrý deň, v časti 2A budete akceptovať alternatívny rozmer 15x15 namiesto 20x20 (± 3)? Ďakujem.

Odpoveď k otázke č.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č.3:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.3 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ neakceptuje záujemcom navrhovaný alternatívny rozmer a trvá na dodržaní požadovaného „Opisu a špecifikácie predmetu zákazky pre Časť č. 2” pre položku „A. Tampón stáčaný s RTG vláknom” vrátane rozmerov. Požadovaný rozmer tampónu 20x20 (± 3) cm vychádza z klinických požiadaviek a zaužívaných štandardov používaných pri chirurgických zákrokoch v zdravotníckom zariadení verejného obstarávateľa a je nevyhnutný pre zabezpečenie kvality, bezpečnosti a efektivity chirurgických výkonov.

Na základe vyššie uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZoVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
aspitalska@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670