



Všetkým záujemcom

V Trenčíne, dňa 22.4.2020

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov - 1

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Defibrilátory
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO
Vyhlásenie:	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 15.04.2020, pod č. 2020/S 074-175969 a vo Vestníku VO č. 81/2020 zo dňa 16.04.2020 pod č. 13751 - MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie od záujemcu zo dňa 20.04.2020, poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcu.

Otázka 1

V technickej špecifikácii predmetu zákazky „Defibrilátory“ obstarávateľ v oboch kategóriách obstarávaných prístrojov (Defibrilátor najvyššej triedy a Prenosný bifázický defibrilátor s EKG) požaduje v súvislosti s vybavenosťou prístroja internými defibrilačnými pádlami parameter: „**Veľkosť lyžice intraoperatívnych pádiel - aspoň 5 veľkostí**“

Nami ponúkaný prístroj disponuje internými pádlami v 3 veľkostiach, pričom ide o ekvivalentné medicínsko-technické funkčné riešenie, v plnom rozsahu použiteľné pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov.

Otázka: Bude obstarávateľ akceptovať parameter: „**Veľkosť lyžice intraoperatívnych pádiel – aspoň 3 veľkostí**“ ?

Odpoveď verejného obstarávateľa 1:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanom parametri. To znamená že požaduje veľkosť lyžice – aspoň 5 veľkostí

Otázka 2

V technickej špecifikácii predmetu zákazky „Defibrilátory“ obstarávateľ v oboch kategóriách obstarávaných prístrojov (Defibrilátor najvyššej triedy a Prenosný bifázický defibrilátor s EKG) požaduje parameter: „**Monitorované parametre EKG – 6 zvodové**“



Nami ponúkaný prístroj disponuje monitorovaním parametra EKG pomocou 3, 5 a 12 zvodov, pričom ide o ekvivalentné medicínsko-technické funkčné riešenie, z medicínskeho hľadiska prevyšujúce požiadavku obstarávateľa na monitorovanie EKG pomocou 6 zvodov.

Otázka: Bude obstarávateľ akceptovať parameter: „**Monitorované parametre EKG – 3,5 a 12 zvodové**“ ?

Odpoveď verejného obstarávateľa 2:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj Monitorované parametre EKG -3,5 a 12 zvodové

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 21.4.2020 poskytnuté týmto oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto oznámení.

Ing. Michal Plesník
zodpovedná osoba verejného obstarávateľa