



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
R-5405/OVO-1441/25/Ba

v Martine, dňa:
18.12.2025

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážení záujemci,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky k zákazke „**Transportné lôžko – stretcher – 1 ks pre KDaD**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Zdravotnícky nábytok“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 19.12.2022 pod číslom 2022/S 244-704413 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 zo dňa 20.12.2022 pod označením 50614-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1:

Dobrý deň, prosím bude obstarávateľ akceptovať celkové vonkajšie rozmery maximálne 219 x 84 cm namiesto požadovaných max. 219 x 80 cm? Uvedený navrhovaný rozsah je v rámci výrobných tolerancií jednotlivých výrobcov a pre prevádzku nepredstavuje žiadne obmedzenie.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať záujemcom navrhovanú úpravu. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodne definovaných celkových vonkajších maximálnych rozmeroch transportného lôžka (stretchera) 219 x 80 cm.

Transportné lôžko slúži na transport pacienta, častokrát v stiesnených podmienkach (chodby, výťahy, úzke zárubne, manipulácia pri lôžku pacienta kedy sa musí stretcher rotovať, ...). Priestorové vybavenie oddelenia konečného užívateľa je priestorovo limitované a širšie prevedenia transportného lôžka by ho výrazne obmedzovalo, prípadne až zamedzilo jeho používanie.

Definované maximálne rozmery lôžka spĺňa viacero výrobcov, verejný obstarávateľ má teda za to, že požadované parametre sú štandardné.

Otázka č.2:


Prosím obstarávateľa o vyjadrenie, či bude akceptovať rozsah nastavenia chrbtového dielu 0 - 75° namiesto požadovaného rozsahu 0 - 85°. Navrhované riešenie umožňuje využitie Kardio kresla s náklonom v rozsahu 0-90°.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať záujemcom navrhovanú úpravu. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodne definovanom polohovaní chrbtového dielu minimálne v rozsahu 0 – 85°.

Definovaný minimálny rozsah polohovania spĺňa viacero výrobcov, verejný obstarávateľ má teda za to, že požadované parametre sú štandardné.

S pozdravom



V.2.
.....
MUDr. Ján Mikler, PhD., MPH
riaditeľ UNM