

Všetkým zájemcom

V Trenčíne, dňa 01.12.2025

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania č. 772728-2025 uverejneným vo vestníku EÚ č. 225/2025 zo dňa 21.11.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č.236/2025 zo dňa 24.11.2025 pod značkou 18563 - MST verejnú súťaž na obstaranie zákazky „**Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb**“ (ďalej len „Zákazka“).

Dňa 27.11.2025 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch k Zákazke.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 48 ZVO poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

1. V súťažných podkladoch, konkrétne v súbore "Príloha č. 3_Podrobný opis predmetu zákazky.xlsx" pod poradovým číslom 82 je uvedená požiadavka: "Pri predložení ponuky sa požaduje doložiť kompletne inštalačné riešenie prístroja vrátane napojenia na sieť kupujúceho."

V rámci tejto požiadavky, prosíme o upresnenie: Je týmto myslené spracovanie technologického projektu? Ak áno, bude postačujúce, ak tento technologický projekt vypracuje a predloží až úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže? Ak nejde o technologický projekt, prosíme o bližšie špecifikovanie, čo má obsahovať kompletne inštalačné riešenie, ktoré je potrebné dodať."

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ rozumie pod pojmom kompletne inštalačné riešenie dokument, ktorý obsahuje zhrnutie základných podmienok nevyhnutných pre bezpečnú inštaláciu a prevádzku prístroja v zmysle inštrukcií výrobcu, vrátane doloženia návodu na inštaláciu v slovenskom jazyku. Dokument sa požaduje z dôvodu zabezpečenia technickej pripravenosti inštalácie prístroja v dostatočnom predstihu z hľadiska:

- stavebnej pripravenosti
- pripravenosti požadovaných parametrov inžinierskych sietí
- rozmerov stavebných otvorov

V prípade, že inštalácia prístroja vyžaduje iné špecifické opatrenia, obstarávateľ žiada o ich uvedenie v danom dokumente."

S pozdravom

E-VO, s.r.o.
Lovinského 22
841 04 Bratislava, Slovakia
IČO: 47197331
DIČ: 2023788580

osoba zodpovedná za postup
zadávanie zákazka