

V Trenčíne, dňa 16.12.2025

VEC: Zmena súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania č. 772728-2025 uverejneným vo vestníku EÚ č. 225/2025 zo dňa 21.11.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č.236/2025 zo dňa 24.11.2025 pod značkou 18563 - MST verejnú súťaž na obstaranie zákazky „**Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb**“ (ďalej len „Zákazka“).

Dňa 12.12.2025 boli Verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

V nadväznosti na predmetné doručené žiadosti v postupe zadávania Zákazky došlo k potrebe vykonania zmeny súťažných podkladov.

Z uvedeného dôvodu si Vám Verejný obstarávateľ dovoľuje oznámiť nasledovné zmeny súťažných podkladov a ich príloh:

1. Zmena časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov

V časti A. Pokyny pre uchádzačov sa v Článku 27. Postup po vyhodnotení ponúk dopĺňa bod 27.2 v nasledovnom znení:

„27.2 Úspešný uchádzač na základe výzvy verejného obstarávateľa na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi kompletne inštalačné riešenie prístroja vrátane napojenia na sieť verejného obstarávateľa. Nesplnenie uvedenej povinnosti bude považované za neposkytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy.“

2. Zmena Prílohy č. 4 Podrobný opis predmetu Zákazky súťažných podkladov

V podrobnom opise predmetu Zákazky sa menia technické parametre č. 47, 48 a 49 nasledovne:

47	Plochá platňa pre zväčšovací stolík veľkosti min. 17x23cm min. 15x20 cm	Áno	
48	Plochá platňa pre zväčšovací stolík veľkosti 10x10 cm alebo 9x9 cm	Áno	
49	Plochá platňa pre zväčšovací stolík s priemerom v rozsahu 7-9 cm 6 - 9 cm	Áno	

V podrobnom opise predmetu Zákazky sa zároveň vypúšťa technický parameter č. 82:

82	Pri predložení ponuky sa požaduje doložiť kompletne inštalačné riešenie prístroja vrátane napojenia na sieť kupujúceho.	Áno	
----	--	-----	--

3. Zmena Prílohy č. 8 Návrh zmluvy súťažných podkladov

V návrhu zmluvy sa mení v článku IV. ods. 6 nasledovne:

- „6. *Predávajúci sa zaväzuje po dobu 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od doby inštalácie tovaru zabezpečiť na tovare komplexný bezplatný záručný servis. Komplexná bezplatná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať predávajúci po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky tovaru a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Komplexná bezplatná záruka zahŕňa najmä, nie však výlučne:*
- *opravu vád a porúch tovaru, t. j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,*
 - *náklady a práce servisného technika spojené so servisnou starostlivosťou,*
 - *celkové cestovné náklady od výjazdu servisného technika do sídla kupujúceho a späť,*
 - *HW a SW náhradné diely, okrem komerčných upgrade, ktoré rozširujú funkciu prístroja, softvérové aktualizácie, zálohy softvérového nastavenia,*
 - *údržba lokálnej databázy a revízie dodaného tovaru vrátane UPS,*
 - *náklady na ~~spotrebný~~ a údržbový materiál použitý pri servisných prácach a pravidelných bezpečnostne technických kontrolách, náklady na údržbové sady,*
 - *náklady na demontáž, odvoz a likvidáciu použitých náhradných dielov a údržbového ~~spotrebného~~ materiálu,*
 - *dodávku a výmenu všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná predávajúcim,*
 - *vykonanie štandardných vylepšení tovaru podľa rozhodnutia predávajúceho, vrátane vykonania aktualizácií, t.j. update softwarového vybavenia tovaru,*
 - *vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí),*
 - *vykonanie pravidelných predpísaných preventívnych, bezpečnostne technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, ďalších predpísaných kontrol, elektrických kontrol a preventívnych údržbových prác určených výrobcom, minimálne však raz ročne; pričom posledné takéto kontroly je predávajúci povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád, na ktoré sa záruka nevzťahuje,*
 - *vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,*
 - *vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,*
 - *počas platnosti záručnej doby bude poskytovaná technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.“*

Aktualizované súťažné podklady a ich prílohy Verejný obstarávateľ bezodkladne zverejní v profile Zákazky.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk a lehotu na otváranie ponuky z pôvodného termínu 22.12.2025 na termín 31.12.2025 (presné časy 09:00, resp. 09:05 zostávajú zachované). Túto zmenu Verejný obstarávateľ premietne do oznámenia formou korigenda.

Ostatné časti súťažných podkladov zostávajú nezmenené.

S pozdravom

E-VO, s.r.o.
Lovinského 22
~~811 04~~ Bratislava, Slovakia
IČO: 47197331
DIČ: 2023788580

osoba zodpovedná za postup
zadávaní zákazky