



**Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica**
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR

Záznam z obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

Názov zákazky: **Zariadenia počítačovej tomografie vrátane príslušenstva a súvisiacich úkonov**

Postup zadávania zákazky: nadlimitná zákazka – verejná súťaž podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Miesto konania obhliadky: sídlo verejného obstarávateľa

Termín konania obhliadky: 16.01.2025

Čas konania obhliadky: 09:00 hod.

Na základe Žiadosti o obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, doručenej prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, verejný obstarávateľ umožnil v súlade s bodom č. 16 súťažných podkladov žiadajúcemu záujemcovi vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky.

Obhliadky sa zúčastnili záujemcom poverení zástupcovia, ktorí sa preukázali preukazom totožnosti.

Prítomní záujemcovia si v zmysle bodu 16.2 písm. a) súťažných podkladov k predmetnej zákazke prehliadli priestory nemocnice, do ktorých majú byť umiestnené dva CT (priestor č. 1 a priestor č. 2), tak ako sú zadefinované v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke za účelom identifikácie relevantných informácií o týchto priestoroch a rovnako si prehliadli návozné trasy.

Prítomným záujemcom bola v zmysle bodu 16.2 písm. b) sprístupnená na nahliadnutie projektová dokumentácia k priestorom č. 1 a č. 2 tak ako sú zadefinované v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke. Záujemcom nebolo umožnené vyhotoviť z tejto dokumentácie kópie ani fotografické záznamy.

Verejný obstarávateľ konštatuje, že pri obhliadke boli dodržané všetky pravidlá stanovené v bode 16.8 súťažných podkladov k predmetnej zákazke. Z obhliadky bola vyhotovená prezenčná listina za záujemcu ako aj za zamestnancov verejného obstarávateľa.

V rámci obhliadky neboli poskytnuté informácie, ktoré by podstatne menili charakter súťažných podkladov.

V rámci obhliadky poskytol verejný obstarávateľ záujemcovi (alebo z priebehu obhliadky priamo vyplynuli) nasledovné informácie nad rámec znenia súťažných podkladov. V súlade s bodom 16.9 súťažných podkladov verejný obstarávateľ zverejňuje takto poskytnuté informácie všetkým záujemcom, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

V zmysle predchádzajúceho odseku boli poskytnuté nasledujúce informácie:

1. K priestoru č. 1 (vyšetrovňa CT rádiológia):

- V prípade ak je do vyšetrovne dopravovaný pacient na posteli, využíva sa vchod do vyšetrovne, ktorý je situovaný na západnej stene priamo oproti priezoru (pozorovaciemu oknu do CT vyšetrovne). Umiestnenie priezoru je zrejmé z prílohy č. 6 súťažných podkladov;
- V prípade ak do miestnosti vstupuje iný pacient (nie na posteli) využíva sa vchod do vyšetrovne situovaný v severnej stene vyšetrovne (stena vpravo od priezoru, pozorovacieho okna do CT vyšetrovne z pohľadu človeka, ktorý sa cez priezor pozerá smerom do vyšetrovne);
- Ak to bude v dôsledku technický parametrov ponúknutého zariadenia počítačovej tomografie potrebné alebo vhodné, pre verejného obstarávateľa je akceptovateľné aby bolo do priestoru č. 1 zariadenie umiestnené tak, aby bola dlhšia strana stola zariadenia rovnobežná s východnou stenou vyšetrovne (stenou v ktorej je umiestnený priezor, resp. okno do vyšetrovne);
- Tlačidlo slúžiace ako núdzový vypínač vysokého napätia umiestnený v tejto vyšetrovni je opatrené EAT krytom (jeho inštalácia teda nebude predmetom úkonov nevyhnutných k inštalácii zariadenia počítačovej tomografie).

2. K priestoru č. 2 (vyšetrovňa CT urgent):

- V prípade ak je do vyšetrovne dopravovaný pacient na posteli, využíva sa vchod do vyšetrovne, ktorý je situovaný na severnej stene vyšetrovne (stena, na ktorej sa nachádza aj priezor, resp. pozorovacie okno do vyšetrovne). Umiestnenie priezoru/okna je zrejmé z prílohy č. 7 súťažných podkladov;
 - V prípade ak do miestnosti vstupuje iný pacient (nie na posteli) využíva sa vchod do vyšetrovne situovaný v východnej stene vyšetrovne (stena vľavo od priezoru /pozorovacieho okna do CT vyšetrovne z pohľadu človeka, ktorý sa cez priezor/okno pozerá smerom do vyšetrovne);
 - V rámci tejto vyšetrovne je a bude umiestnený počas jej využívania aj anestéziologický prístroj;
 - Tlačidlo slúžiace ako núdzový vypínač vysokého napätia umiestnený v tejto vyšetrovni nie je opatrené EAT krytom (jeho inštalácia teda bude predmetom úkonov nevyhnutných k inštalácii zariadenia počítačovej tomografie);
-

3. Verejný obstarávateľ k priestoru č. 1 a 2 neposkytol žiadne ďalšie informácie, okrem tých, ktoré záujemca mohol získať obhliadnutím predmetných priestorov. K dokumentácii podľa bodu 16.2 písm. a) súťažných podkladov neposkytol verejný obstarávateľ žiadne informácie okrem tých, ktoré záujemca mohol získať nahliadnutím do tejto dokumentácie. K návozným trasám neposkytol verejný obstarávateľ záujemcovi žiadne ďalšie informácie okrem tých, ktoré záujemca mohol získať obhliadnutím miesta plnenia predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ má za to, že žiadna z uvedených informácií nie je podstatnou zmenou súťažných podkladov, ktorá by mala podstatný vplyv na vypracovanie ponuky uchádzača.

Všetky otázky, ktoré záujemca považuje za potrebné zodpovedať, ktoré vyplynuli z tejto obhliadky, môže záujemca položiť výlučne prostredníctvom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Banská Bystrica, 16.01.2026

Zapísal: Mgr. Adam Kašák, koordinačná jednotka – nová nemocnica