

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje v Opise predmetu zákazky pre Jednotku magnetickej rezonancie s príslušenstvom pre Nemocnicu Ružinov dodanie MR prístroja s nasledovným parametrom v časti Počítač, Ovládacia konzola: Frekvencia - GHz - min. 3,3 GHz.

Nami ponúkaný MR prístroj Philips MR7700 má v najnovšej verzii ovládacej konzoly MR prístroja 12 jadrový procesor Core Intel s frekvenciou 3,2 GHz, čo je modernejšia a výkonnejšia verzia ako v predchádzajúcej verzii, kde bol 10 jadrový procesor Core Intel s frekvenciou 3,3 GHz.

Pýtame sa Verejného obstarávateľa, či bude akceptovať dodanie počítača ovládacej konzoly MR prístroja s 12 jadrovým procesorom Core Intel s frekvenciou 3,2 GHz.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ uvádza, že v rámci požadovaného predmetu zákazky, ktorý pozostáva aj zo zariadenia „Počítač“, ktoré je bližšie špecifikované v prílohe súťažných podkladov s názvom „Zväzok 3 Opis predmetu zákazky MR 3.xlsx“, riadok 70 až 81, **bude akceptovať aj ponuku výkonnejšieho zariadenia „Počítač“**, ako je minimálne požadované v súťažných podkladoch, **a to za predpokladu, že takéto zariadenie bude spĺňať všetky stanovené minimálne technické, funkčné a kvalitatívne požiadavky** na predmet tejto zákazky a zároveň **bude garantovaná jeho plná kompatibilita** ako príslušenstva k požadovanej jednotke magnetickej rezonancie, špecifikovanej v prílohe súťažných podkladov k tomuto verejnému obstarávaniu.

Ostatné položky, ktoré nie sú dotknuté otázkou záujemcu, zostávajú bez zmeny.

Na základe vyššie uvedeného pristúpil verejný obstarávateľ k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk a k predĺženiu lehoty otvárania ponúk, a to nasledovne:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 26.01.2026 do 10:00:00 hod.

Pôvodná lehota otvárania ponúk: 26.01.2026 o 11:00:00 hod.

Nová lehota na predkladanie ponúk: 30.01.2026 do 10:00:00 hod.

Nová lehota otvárania ponúk: 30.01.2026 o 10:10:00 hod.