



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

FNsP FDR/RVO/382/2026/10372

Vybavuje/kontakt

Mgr. Anna Špitalská

+421 48 441 3240

aspitalska@nspbb.sk

Dátum

23.02.2026

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 1 k predmetu zákazky: **Vnútroočné šošovky II pre Časť č. 1: Vnútroočná šošovka akrylová hydrofóbná asférická bez žltého filtra** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zovo“).

Zákazka bola zverejnená: v Úradnom vestníku Európskej únie č. 58075-2026, číslo vydania série S úradného vestníka: 18/2026 zo dňa 27.01.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 19/2026 zo dňa 28.01.2026 s ozn. 1384 – MST.

Otázka č. 1:

Dobrý den,

mám dotaz k požadovaným technickým parametrom pro Časť č. 1.

Zadavateľ požaduje "Rozsah dioptrických hodnôt", 0 D až + 34,0 D.

Bude zadavateľ akceptovať rozsah (-10,0 - +32,0) D, pri splnení ostatných požiadaviek?

Odpoveď k otázke č. 1:

Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na Rozsah dioptrických hodnôt minimálne v intervale: 0,00 D až + 32,0 D.

Úpravu technickej špecifikácie v rámci „Opisu a špecifikácie predmetu zákazky pre Časť č. 1 (Príloha č. 1 Rámcovej dohody)“ vyznačil verejný obstarávateľ červeným písmom.

Mení sa:

Časť č. 1: Vnútroočná šošovka akrylová hydrofóbná asférická bez žltého filtra		
Technické a funkčné vlastnosti:	Požadovaný parameter	Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj
13	Rozsah dioptrických hodnôt	0 D až + 34,0 D



Mení sa na:

Časť č. 1: Vnútroočná šošovka akrylová hydrofóbná asférická bez žltého filtra			
	Technické a funkčné vlastnosti:	Požadovaný parameter	Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj
13	Rozsah dioptrických hodnôt minimálne v intervale	0,00 D až + 32,0 D	

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej prílohe „Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 1 (Príloha č. 1 Rámcovej dohody)“. Uvedená zmena je v predmetnej prílohe vyznačená červeným písmom.

Ďalej verejný obstarávateľ predkladá zmenu informácií v súťažných podkladoch, a to konkrétne v časti „A – Pokyny na vypracovanie ponuky“ nasledovne:

v bode 17.2. súťažných podkladov:

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **03.03.2026 o 09:00 hod.** miestneho času.“

sa mení predlžuje lehota na predkladanie ponúk nasledovne:

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **17.03.2026 o 09:00 hod.** miestneho času.“

a zároveň

v bode 19.1. súťažných podkladov:

„Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa **03.03.2026 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.“

sa mení dátum otvárania ponúk nasledovne:

„Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa **17.03.2026 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.“

Uvedené zmeny v súťažných podkladoch sú vyznačené červeným písmom.

Ostatné údaje v súťažných podkladoch ostávajú nezmenené.