

SPRÁVA O ZÁKAZKE

podľa § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky:

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky: Elektrochirurgický generátor
Elektrochirurgický generátor pre neurochirurgické disciplíny – časť 2

Predpokladaná hodnota zákazky: 42 985,00 EUR bez DPH

b) Použitý postup zadávania zákazky :

Nadlimitná zákazka, Verejná súťaž podľa § 66 ZVO

c) Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a čísla týchto oznámení:

Európsky vestník: 51339-2026 OJ S 16/2026 zo dňa 23/01/2026

Vestník verejného obstarávania: 1132-MST vo vestníku č. 17/2026 dňa 26.01.2026

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:

neaplikuje sa.

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:

TIMED, s.r.o. (IČO: 00602175, SK)

Odôvodnenie: podľa § 53 ods. 4 písm. b) ZVO, ponuka vylúčená z dôvodu, že nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, konkrétne požiadavky na stanovené technické vlastnosti prístroja - „Frekvenčná vlna zabezpečujúca cielenú a rovnomernú koaguláciu vďaka prenikaniu do intracelulárneho priestoru 4 MHz“ a „Modulácia 33 kHz“.

INAMED, s.r.o. (IČO: 44484275, SK)

Odôvodnenie: podľa § 53 ods. 4 písm. b) ZVO, ponuka vylúčená z dôvodu, že nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, konkrétne uchádzač nepreukázal, že ponúkaný prístroj spĺňa technické vlastnosti prístroja požadované verejným obstarávateľom (Max. výkon pre monopolárny rez 500 W, Prístroj umožňujúci efektívne monopolárne a bipolárne chirurgické aplikácie, ako aj aplikácie tkanivovej fúzie a utesnenia ciev pomocou vysokofrekvenčnej (RF) energie, Prednastavený režim monopolárnej koagulácie min. 8x, Prednastavený režim bipolárnej koagulácie min. 3x, Ovládanie nožným aj ručným spínačom pri monopolárnej, bipolárnej, pokročilej bipolárnej koagulácií a pri bipolárnej resekcii, Rozhranie umožňujúce pripojenie na jednotku argónovej koagulácie, Možnosť pripojenia 2 neutrálnych (patientskych) elektród alebo možnosť použitia simultánnej bipolárnej koagulácie, Možnosť pripojenia laparoskopického prístroja s integrovaným nožom a vysúvateľným monopolárnym háčikom, ktorý je kombináciou riadenej bipolárnej koagulácie a monopolárneho nástroja alebo ekvivalent, Prístrojový vozík na kolieskach kompatibilný s elektrochirurgickým generátorom a jednotkou odsávania dymu.).

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

neaplikuje sa.

- g) **Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak sú známi:**
neaplikuje sa.
- h) **Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie:**
neaplikuje sa.
- i) **Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) zákona a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k) zákona:**
neuplatňuje sa.
- j) **Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 zákona:**
neuplatňuje sa.
- k) **Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:**
podľa § 57 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 – nespĺňa požiadavky na predmet zákazky
- l) **Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:**
neaplikuje sa.
- m) **Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:**
neaplikuje sa.
- n) **Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania:**
neaplikuje sa.