



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlasovateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, Pažitková 4, 821 01 Bratislava
Číslo súťaže: R1-9/048/2026
Názov zákazky: Vybavenie neurochirurgickej operačnej sály
Druh postupu: verejná súťaž, nadlimitná zákazka, tovary
Oznámenie: EÚ č. 49845-2026 zo dňa 23.01.2026
Vestník č. 17/2026 zo dňa 26.01.2026 pod zn. 1160 - MST

P. č.	Uchádzač	Cena v EUR s DPH – hodnotiace kritérium
1.	TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava	982 712,19 EUR s DPH

A. Prehľad splnenia podmienok účasti

Uchádzač: TIMED, s.r.o. – 2026/02-PO-D2613

P. č.	Podmienky účasti – technická a odborná spôsobilosť	Hodnotenie
1.	§ 34 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok zoznam dodávok rovnakého alebo podobného charakteru (t. j. Operačný mikroskop) za predchádzajúce tri roky za od vyhlásenia verejného obstarávania v min. hodnote 800 000,- € bez DPH. Suma 800 000,- € je kumulatívna.	Nemocnica BORY, a.s. – Operačný mikroskop KINEVO 900 – 332 000 EUR bez DPH Nemocnica BORY, a.s. – Operačný mikroskop TIVATO 700 pre neurochirurgiu – 170 480,00 EUR bez DPH Univerzitná nemocnica Bratislava, spinálny mikroskop pre spinálne výkony – 457 600,00 € splnil

B. Prehľad splnenia požiadaviek na predmet zákazky

Technická špecifikácia

Vybavenie neurochirurgickej operačnej sály

Predmet zákazky		1: OPERAČNÝ MIKROSKOP				
Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku)		Kinevo 900 S				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare - názov dokladu a strana .
Počet	ks			1	1	
Integrovaná xenónová lampa, 2ks s výkonom		300			300	Prospekt - str.23 Manuál - str.369 Splnil
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika				Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare - názov dokladu a strana Splnil
Operačný mikroskop určený pre neurochirurgické výkony	Áno				áno	Prospekt Kinevo 900 Splnil
Robotické riadenie rotácie statívu, ramien a optiky mikroskopu v 6 osiach	Áno				áno, 6 XYZ-Movement	Prospekt - str. 12,13, 22, 23 Splnil

Podlahový statív s kolieskami pre ľahkú manipuláciu vo všetkých smeroch s centrálnou brzdou	Áno	áno	Manuál - str. 37 Splnil
Uzavretý a kompaktný dizajn s plne integrovanými káblami a svetlovodičmi	Áno	áno	Prospekt - str. 22 Splnil
Integrovaný optický delič pre bočnú pozíciu	Áno	áno	Manual - Str. 44, 45 Splnil

Stereoasistent z pravej alebo ľavej strany s binokulárnym tubusom	Áno	áno	Manuál - str. 45 Splnil
Širokouhlé okuliare s dioptrickou korekciou, 1 pár	Áno	áno	Manuál - str. 47, 57 Prospekt - str. 23 Splnil
Integrované elektronicky kontrolovaná clona pre zlepšenie hĺbky ostrosti	Áno	áno Aperture, DepthPro	Prospekt - str.9 Manuál - str. 110 Splnil
Laserový autofokus	Áno	áno, Laser Auto ocus	Prospekt - str.23 Manuál - str. 99 Splnil
Binokulárny tubus pre operátora - s naklápaním v rozsahu min. 180 stupňov - polohovaním v horizontálnej i vertikálnej rovine pre operátora i asistenta s centrálnym nastavením PD a s priamym zväčšením 50%	Áno	áno Foldable tube F170/f260	Prospekt - str. 23 Manuál - str 56, 57 Splnil

Automatická úprava rýchlosti zaostrenia v závislosti na aktuálnom zväčšení	Áno	áno Focus Zoom Link	Manuál - str.95 Splnil
Automatická úprava intenzity svetla v závislosti na aktuálnom zväčšení	Áno	áno Focus Light link	Manuál - str.95 Splnil
Motorizované zaostrenie s nastaviteľnou rýchlosťou	Áno	áno	Manuál - str. 98 Splnil
Funkcia zapamätania pozície ohniska	Áno	áno PointLock	Prospekt - str.7 Splnil
Možnosť výberu uloženej pozície ohniska buď pomocou rukoväte alebo pomocou nožného ovládača	Áno	áno, Position Memory nájazdpozície	Manuál -str.293 Splnil
Možnosť presúvať mikroskop automaticky do zvolenej pozície	Áno	áno, PositionMemo	Prospekt - str. 7 Manuál - str.292 Splnil
Zobrazenie zostávajúcej doby životnosti aktuálne používanej lampy	Áno	áno	Manuál - str.96 Splnil
Automatická indikácia chybnosti lampy	Áno	áno	Manuál - str.360 Splnil
Monitorovanie a výstraha systému pri prekročení individuálne zadanej intenzity osvetlenia	Áno	áno Focus Light link	Manuál - str. 73, 74, 365 Splnil
Variabilná pracovná vzdialenosť min. v rozsahu 200 mm až 625 mm, nastaviteľná buď manuálne, alebo motoricky alebo pomocou autofokusu	Áno	áno, Varioskop 200mm 625mm	Prospekt - str.23 Manuál - str.374 Splnil
Automatické vyváženie mikroskopu vo všetkých osiach	Áno	áno Autobalance	Prospekt - str.23 Manuál - str.201 Splnil
Vákuum systém pre odsatie vzduchu sterilných náplekov	Áno	áno Autodrape	Prospekt - str.20 Manuál - str. 67 Splnil

Identifikácia sterilného návleku pomocou RFID kódu	Áno	áno, SMARTDRAPE	Manuál - str. 199, 200 Splnil
Integrované videokamery pre zobrazenie videa v 3D zobrazení, rozlíšenie 2160	Áno	áno	Prospekt - str.23 Manuál - str.370 Splnil
Ovládanie mikroskopu pomocou dotykového LCD monitora	Áno	áno	Prospekt - str.22 Manuál - str.376 Splnil
Rotácia dotykového LCD monitora	Áno	áno	Manuál - str.376 Splnil
Integrované zobrazenie dát z nastavenia mikroskopu do okulárov operátora	Áno	áno, Multivision	Prospekt - str.23 Manuál - Str. 142 Splnil
Licencia DICOM	Áno	áno	Prospekt - str.23 Splnil
Integrovaný LAN interface	Áno	áno	Manuál - str.41, 42, 376, 385 Splnil
Integrovaný konektor pre vzdialenú diagnostiku	Áno	áno LAN alebo WLAN	Manuál - str.41, 42, 366, 3779 376, 385 Splnil

Integrovaný digitálny rekordér do statívu mikroskopu s možnosťou zhotovenia snímkov alebo videozáznamu	Áno	áno	Prospekt - str.23 Manuál - str.294, 300 Splnil
Nastaviteľné ergonomické rúčky, symetrické, s programovateľnými tlačidlami pre ovládanie funkcií mikroskopu, min. 5 funkcií	Áno	áno	Manuál - str. 55, 195 Splnil
Možnosť exportu dát (video a snímkov) cez LAN	Áno	áno	Manuál str.297299 Splnil
Servisný modul pre vzdialenú diagnostiku	Áno	áno, Zeiss Smart Services	Prospekt - str.23 Manuál - str.351 Splnil
Externý 3D monitor, veľkosť min. 54 palcov, rozlíšenie 4K	Áno	áno, Sony LMD - XH550MT	Prospekt - str.21, 23 Prospekt Sony str. 1 Splnil
Integrovaný WIFI vysielateľ	Áno	áno, WLAN Packages	Prospekt - str.23 Manuál - str.366 Splnil
Plne integrovaný modul pre fluorescenčnú detekciu tumoru	Áno	áno BLUE 400	Prospekt - str.8, 23 Manuál - str.319 Splnil
Plne integrovaný modul pre intraoperatívnu angiografickú diagnostiku a software modul pre dynamickú analýzu angiografického nálezu	Áno	áno INFRARED 800 a FLOW 800	Prospekt - str.23 Manuál Infrared 800 Splnil
Systém musí obsahovať mikro-pozorovací nástroj, ktorý slúži na endogénnu vizualizáciu tkaniva mimo viditeľnosti mikroskopu	Áno	áno, QEVO	Prospekt - str. 1 5, 23 Manuál - str.309 Splnil
Rozlíšenie integrovaného mikropozorovacieho nástroja v min. full HD kvalite	Áno	áno, QEVO	Manuál QEVO str.46 Splnil

Mikro-pozorovací nástroj s možnosťou resterilizácie	Áno	áno, QEVO	Manuál QEVO str.35 Splnil
---	-----	-----------	-------------------------------------

Bezdrôtový nožný ovládač, plne programovateľný	Áno	áno	Manuál - str. 58, 101 Splnil
--	-----	-----	--

automatická centrácia zorného poľa (udržiava v strede polohu vizualizovaného tkaniva	Áno	áno, AutoCenter	Prospekt - str-12,23 Splnil
--	-----	-----------------	---------------------------------------

Predmet zákazky	TUBUSOVÝ RETRAKTOROVÝ SYSTÉM		
-----------------	------------------------------	--	--

Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku	Doplniť názov a označenie výrobku		
--	-----------------------------------	--	--

Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Váš návrh (para metre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógo vý list k tovaru, v tvare - názov dokladu a strana
----------------------	---------------------------	--	---

Nastaviteľná tyč s otočným kĺbovým mechanizmom pre uchytenie flexibilného ramena na spodnej časti tyče uchytenie o operačný stôl je zabezpečené kockou pre uchytenie o lištu operačného stola s ťahovacím mechanizmom	Áno	áno	referencia v opise strana 2 referencia v brožúre strana 4 Splnil
---	-----	-----	---

Flexibilné nastaviteľné rameno umožňujúce nastavenie distraktora s lopatkami v čo najlepšom smere vzhľadom ku anatómii ošetrovaným štruktúram s uzamykacím kruhovým mechanizmom, rameno je na konci sploštené s úchyťovou skrutkou pre pripojenie kranio-kaudálneho distraktora s 10 lopatkami	Áno	áno	referencia v opise strana 1 referencia v brožúre strana 9 Splnil
Súčasťou je aj dodanie tubusov: 5,3mm, 9,4mm, 12,8 mm, 14,6mm, 16,8mm, 18,8mm, 20,8mm, 22,8mm, 24,8mm s farebným kódovaním pre lepšiu vizuálnu odlišovacu schopnosť a ciachované tubusy pre výber dĺžky retrakčných 10 atiek	Áno		referencia v opise strana 2 referencia v brožúre strana 8 Splnil

Distraktory kraniokaudálne s koľajničkovým systémom pre distrakciu od milimetrov po niekoľko centimetrovú distrakciu, V základnom umiestnení 3cm a vizualizácii 5,5cm s možnosťou ďalšej distrakcie, na distraktoroch sa nachádzajú markery pre označenie pozície lopatiek, poistka pre rýchle vrátenie alebo vybratie a rozobratie pre čistenie distraktorov.	Áno	áno	referencia v opise strana referencia v brožúre strana 9, 11, 12, 13 Splnil
Lopatky kraniokaudálne špeciálne navrhnuté polkruhové lopatky umožňujúce distrakciu v kranio kaudálnom smere s tupou hranou na spodnej časti kvôli ochrane svalu, na vrchnej časti lopatka má kónický tvar navrhnutý na upevnenie do retrakčného mechanizmu, dierok na umožnenie vloženia externého	Áno	áno	referencia v opise strana 1, 2 Splnil

osvetľovacieho systému a chránič na svetelné vlákna vrchná obruba na lopatkách je spevnená pre možnosť otvorenia lopatiek otváracími pákami, pre uvoľnenie uhla lopatky sa na lopatkách nachádzajú poistné tlačítka. Lopatky sú v dĺžkach 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm pravostranné a ľavostranné. Možnosť otvorenia lopatiek v uhle 30 stupňov pomocou špeciálnych pák.			referencia v brožúre strana 12, 13 Splnil
Distractor mediolaterálny s koľajničkovým systémom umožňujúci nasadenie mediolaterálnych lopatiek a distrakciu v mediolaterálnom smere s poistkou pri distrakcii rozoberateľné pre lepšie čistenie distractoru	áno	áno	referencia v opise strana 2 referencia v brožúre strana 10, 11, 12,13 Splnil
Lopatky mediolaterálne v rôznych dĺžkach od 5cm do 9cm buď úzkych alebo širokých lopatiek	áno	áno	referencia v opise strana 1 referencia v brožúre strana 13 Splnil

Predmet zákazky		3: OPERAČNÉ KRESLO PRE NEUROCHIRURGA				
Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku)		UFSK SurgiForce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný)	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke

				parameter uvedený slovom)	(produktový/katalógový list k tovaru, v tvare - názov dokladu a strana
Počet	ks			1	
Rozsah výšky sedadla stoličky	mm	575	745	áno	Str. 2 575/745 Splnil
Sklon sedadla stoličky	stupeň	11		áno	Str. 2 1 10 Splnil
Nastavenie operadla	Stupeň	- 25	2	áno	Str. 2 -250/+20 Splnil
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika		Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)		Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare - názov dokladu a strana
Umývateľné bežne dostupnými dezinfekčnými prostriedkami určenými pre operačné sály	áno		áno		Str. 3 Splnil
Kreslo navrhnuté pre správne umiestnenie neurochirurga a jeho rúk počas lekárskeho operačného zákroku	áno		áno		Str. 1 Splnil
Kreslo vhodné na použitie v prostredí operačnej sály	áno		áno		Str. 1 Splnil

Vybavené kolieskami s otáčaním 0 360 ⁰ , všetky kolieska sú brzdené (centrálna brzda), priemer koliesok 100	áno	áno	Str. 1 360 ⁰ , brzdené, Ø100mm Splnil
Stabilné a odolné voči prevráteniu	áno	áno	Str. 2 Splnil
Napájanie z batérií (nepretržitá prevádzka minimálne 24 hodín)	áno	áno	Str. I Splnil
Nabíjanie 230 V / 50 Hz	áno	áno	240 V / 50Hz Str. 2 Splnil
Zdvíhací stĺpik musí vydržať zaťaženie až 150 k	áno	áno	Str. 2 150kg Splnil
Čalúnenie pre dlhodobé výkony (sedadlo, podrúčky, operadlo)	áno	áno	Str. 2 Splnil

Ovládanie pomocou nožného pedálu vrátane podrúčok až 0 125 mm	áno	áno	Ovládanie: áno Zdvih až 130 mm str. 2 Splnil
Elektrické nastavenie výšky sedadla	áno	áno	Str. 2 Splnil
Elektrické nastavenie podrúčok	áno	áno	Str. 2 Splnil
Funkcia núdzového vypnutia	áno	áno	Str. 2 Splnil
Svetelný indikátor aktivity kresla	áno	áno	Str. 2 Splnil
Príslušenstvo: - Opierky rúk pre neurochirurgiu - Všetko príslušenstvo na uvedenie zariadenia do prevádzky (napájacie káble atď.) - Pohodlné sedátko pre neurochirurga	áno	áno	Str. 1 Str. 2 Splnil

Ďalšie požiadavkyk dodaniu:

Názov	Požadované parametre	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom
Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava	áno	áno
Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky	minimálne 24 mesiacov	Áno, 24 mesiacov
Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy	nástup do 24 hod.	Áno, nástup do 24 hodín
Odborná údržba - pravidelný servis bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne	áno	áno
Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie potrebný	áno	áno

náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu.		
Certifikát vydaný príslušnou certifikačnou spoločnosťou (SVK jazyk, prípadne úradný preklad, ak je v inom jazyku okrem českého a ka .	áno	áno
Vyhlásenie výrobcu o zhode výrobku (SVK jazyk, prípadne úradný preklad, ak je v inom jazyku okrem českého jazyka). (Toto vyhlásenie o zhode musí deklarovať, že zdravotnícke zariadenie je vyrobené v súlade s normami: SMERNICA RADY 93/42/EHS zo dňa 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach alebo SMERNICA 98/79/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro .	áno	Časť 1: áno Časť 2: áno Časť 3: áno
Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL	áno	Časť 1: v procese registrácie časť 2: Áno P 4466A časť 3: Áno P 90117