

Otázka č. 1

V súvislosti s nastavením parametrov zariadenia pre Hlavné a Satelitné svietidlo sa chceme opýtať, či obstarávateľ bude akceptovať alternatívne riešenie, kde miesto plynulého nastavenia veľkosti poľa a intenzity osvetlenia bude obstarávateľ akceptovať nastavovanie týchto parametrov aj krokovo, napríklad v 10-krokoch.

Doplňkové vysvetlenie / poznámka:

Ide o flexibilitu pre prevádzky a operátora – krokové nastavenie neznižuje funkčnosť ani kvalitu prevádzky zariadenia a nenarúša jeho základné parametre a nijako neobmedzuje rozsah požadovaného nastavenia jednotlivých parametrov.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ starostlivo zvážil navrhované technicko - funkčné vlastnosti Vami ponúkaného tovaru a s ohľadom na preferovaný spôsob užívania a vyššiu efektivitu pri manipulovaní s ním, Vami navrhované ekvivalentné riešenie **akceptovať nebude**.

Plynulé nastavenie vyššie uvedených parametrov (veľkosť poľa a intenzita osvetlenia) sú jedným z dôležitých faktorov, hlavne z pohľadu bezpečnosti pacienta a efektivity operačného personálu.

Pri krokovom nastavení intenzity osvetlenia sa operatér musí prispôbovať zmene osvetlenia „skokovo“, napr. môže nastať čiastočné oslnenie alebo strata detailného videnia. Zároveň je pre chirurga veľmi dôležité primerane osvetliť veľkosť operačného poľa podľa anatomických pomerov, čím minimalizuje kontrast v mieste zákroku (napr. pri malom osvetlení operačného poľa môžu byť okraje rany v tieni, a naopak pri veľkom sa zase svetlo môže odrážať od okolitého chirurgického sterilného krytia).