

Otázka č. 2

Parameter - Počet LED diód (1 svietidlo) min. počet 112ks

otázka:

bude verejný obstarávateľ akceptovať nižší počet LED diód napr. > 100ks, vzhľadom na to že, všetky ostatné požadované parametre budú splnené? Počet LED diód nie je zásadný pre dosiahnutie ostatných technických parametrov, nakoľko tieto parametre ovplyvňujú iné faktory ako napr. použitá optika, dizajn atď...

Uvedený parameter je diskriminačný

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ starostlivo preskúmal Vami navrhované technické riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky a na základe vykonaného posúdenia uvádza, že predmetné riešenie akceptovať nebude.

Pri tvorbe technickej špecifikácie predmetu zákazky vychádzal verejný obstarávateľ predovšetkým z požiadaviek medicínskeho personálu na funkcionality a spoľahlivosť pri plnení úkonov, pre ktoré sa predmet zákazky vyžaduje. Medzi najzásadnejšie dôvody tohto rozhodnutia možno uviesť, že požadovaný počet LED diód v operačnej lampe má za následok menšiu tvorbu tieňov a zároveň umožňuje lepšiu konzistenciu farieb a jas s rovnomernejším rozložením svetla v operačnom poli. Okrem uvedeného, počet LED diód pozitívne ovplyvňuje zníženie tepelného zaťaženia a aj napriek prípadnému výpadku niektorej z LED diód počas operačného zákroku, nebude zásadne znížené osvetlenie operačného poľa.

Záverom verejný obstarávateľ dodáva, že požiadavky na predmet zákazky boli stanovené primerane a nediskriminačne, pričom zohľadňujú reálne potreby verejného obstarávateľa a sú splniteľné viacerými riešeniami dostupnými na relevantnom trhu.

Otázka č. 3

Parameter - Nastaviteľné presety pre záznam obrazu s možnosťou vloženia preddefinovaného textu do obrazu

otázka:

žiadame vysvetliť tento parameter - vloženie preddefinovaného textu do obrazu. Je súčasťou dodávky operačnej lampy nutné aj dodanie samotného záznamového zariadenia?

Odpoveď č. 3

Nie, súčasťou dodania nie je samostatné záznamové zariadenie. Nepožaduje sa archivácia v lampe.

Otázka č. 4

Podmienka minimálnej hodnoty referencie – operačné lampy

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru v hodnote 325 000 EUR bez DPH.

Vzhľadom na to, že každoročne predávame niekoľko kusov operačných lúč, podľa nášho odborného názoru je táto požiadavka neprimeraná a obmedzujúca hospodársku súťaž z nasledovných dôvodov:

- Trhové ceny operačných lúč sa pohybujú približne v rozpätí 8 000 – 20 000 EUR za kus.
- Požadovaná referencia preto zodpovedá dodávke približne 20 až 40 ks operačných lúč v jednej zákazke, pričom v bežnej praxi zdravotníckej zariadenia nakupujú tieto zariadenia v množstvách 1 až 2 kusy na zákazku.

Takto nastavená podmienka preto neodzrkadľuje reálne nákupné správanie na trhu a výrazne obmedzuje okruh uchádzačov, ktorí môžu podmienku splniť, napriek tomu, že majú dlhodobé a relevantné skúsenosti s dodávkami operačných lúč.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o prehodnotenie tejto podmienky, najmä o: umožnenie preukázania technickej spôsobilosti viacerými dodávkami rovnakého alebo podobného charakteru, alebo primerané zníženie požadovanej hodnoty jednej referencie.

Žiadame vás o zníženie hranice na 30.000€

Žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

v súvislosti s otázkami a technickými pripomienkami podanými podľa čl. 13 a s ohľadom na to, že vysvetlenia k súťažným podkladom budú poskytnuté najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, žiadame o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, aby bolo možné tieto vysvetlenia riadne zohľadniť a pripraviť porovnateľné a úplné ponuky v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a transparentnosti v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Ďakujeme

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spočívajúcu v preukázaní realizácie **minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru** ako je predmet zákazky, pričom za takúto zákazku sa považuje **dodanie operačnej techniky, resp. operačných lúč** v minimálnej hodnote 325 000,00 EUR bez DPH, z dôvodu overenia schopnosti uchádzača riadne, v požadovanej kvalite a rozsahu, zabezpečiť plnenie predmetu zákazky.

Stanovená minimálna hodnota referenčnej zákazky reflektuje rozsah, zložitosť a finančný objem predmetu zákazky a bola určená primerane tak, aby overovala reálne skúsenosti uchádzača, pričom zároveň nepredstavuje neprimerané obmedzenie hospodárskej súťaže. Verejný obstarávateľ pri jej stanovení vychádzal primárne z určenia predpokladanej hodnoty zákazky a teda v súlade s bežnou praxou a zákonom o verejnom obstarávaní.

Okrem uvedeného dávame do pozornosti skutočnosť, že preukázanie splnenia dotknutej podmienky účasti je umožnené aj zákazkou typovo podobného charakteru (*podľa rovnakej kategórie CPV kódu,*

pozri . „dodanie operačnej techniky“), čím rozšíril okruh potenciálnych dodávok tovarov a zabezpečil zachovanie princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a podpory hospodárskej súťaže.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ považuje predmetnú podmienku účasti za primeranú, vecne odôvodnenú a nevyhnutnú na zabezpečenie riadneho plnenia predmetu zákazky, a preto ju nepovažuje za dôvod meniť alebo zmierňovať.

Verejný obstarávateľ záverom dodáva, že vzhľadom na charakter a obsah doručených otázok konštatuje, že tieto nemajú vplyv na vypracovanie ponuky ani na rozsah alebo povahu predmetu zákazky. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nepovažuje za potrebné primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, pričom lehota na predkladanie ponúk zostáva nezmenená.