

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 90501 Senica IČO: 36273074
Názov zákazky:	„Digitálny RTG prístroj“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77556/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom S 94 zo dňa 18.05.2026 pod č. 334612 - 2026 a vo Vestníku UVO č. 249/2024 zo dňa 19.05.2026 pod č. 6884 - MST
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 6 zo dňa 12.06.2026
Spracovaná dňa:	16.06.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručенú otázku v Žiadosti o vysvetlenie č. 6 zo dňa 12.06.2026:

Otázka č. 06/06:

Funkcia 2.6 Stitching - spájanie obrazov (dlhé snímky) je možné vykonávať v stojni na Vertikálnom statíve (vertigrafe) a v ľahu (na vyšetrovacom stole):

V bode 1.51 Pohyb stredu plochého detektora vo vertikálnom statíve od podlahy v rozsahu min. 350 mm - 1750 mm čo je rozsah 140 cm.

Požadujete, aby prístroj minimálne v tomto rozsahu dĺžky spojenej snímky 140cm vykonával i funkciu Stitching pri vyšetrení na vertikálnom statíve (minimálne spájal 4 snímky)?

V bode 1.45 Pozdĺžny pohyb úložnej dosky stola min. +/- 375 mm , čo je 75 cm .

Požadujete, aby prístroj minimálne v tomto rozsahu dĺžky spojenej snímky 75cm vykonával i funkciu Stitching pri vyšetrení na požadovanom vyšetrovacom stole prístroja (minimálne spájal 3 snímky)?

Odpoveď na otázku č. 06/06:

Verejný obstarávateľ požaduje aby dodaný prístroj prostredníctvom funkcie stitching umožňoval vytvárať dlhé snímky v stojni v rámci požadovaného rozsahu pohybu detektora vo vertikálnom statíve s dĺžkou vyšetrovanej oblasti min. 115 cm.

Verejný obstarávateľ nemá špecifické požiadavky na vytváranie dlhých snímok prostredníctvom funkcie stitching pri vyšetrení v ľahu.