

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 90501 Senica IČO: 36273074
Názov zákazky:	„Digitálny RTG prístroj“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77556/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom S 94 zo dňa 18.05.2026 pod č. 334612 - 2026 a vo Vestníku UVO č. 249/2024 zo dňa 19.05.2026 pod č. 6884 - MST
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 7 zo dňa 12.06.2026
Spracovaná dňa:	16.06.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručенú otázku v Žiadosti o vysvetlenie č. 7 zo dňa 12.06.2026:

Otázka č. 07/07:

Prosím v bode 2.9 Komunikácia s PACS a podpora DICOM (min.: STORE, SEND, WORKLIST / MPPS, PRINT, Dose SR, Storage Commitment) požadujete komunikáciu s PACS PRINT.

Prosím aký prístroj používate na DICOM tlač (DICOM Print), podľa našich informácií nemáte DICM Tlačiareň a či trváte na dodávke požadovaného SW podpory na DICM Print?

Odpoveď na otázku č. 07/07:

Verejný obstarávateľ v súčasnosti nepoužíva žiaden prístroj na DICOM tlač. S ohľadom na budúce možné využitie verejný obstarávateľ zotráva na svojej požiadavke podpory DICOM Print.