



FNsP F. D. Roosevelta

BANSKÁ BYSTRICA

Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa

Náše číslo

FNsP FDR/RVO/3442/2026/35434

Vybavuje/kontakt

Ing. Adela Paxnerová

apaxnerova@nspbb.sk

+421 48 441 38 86

Dátum

25.06.2026

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 5 k predmetu zákazky „Pomôcky určené k sterilizácii“ pre Časť č. 3: Sterilizačné obaly – netkaná textilía v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZovO“).

Zákazka bola zverejnená: v Úradnom vestníku Európskej únie č. 381379-2026, číslo vydania série S úradného vestníka: 105/2026 zo dňa 03.06.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 110/2026 zo dňa 04.06.2026 s ozn. 7748 - MST.

Časť č. 3: Sterilizačné obaly – netkaná textilía

Žiadosť o vysvetlenie SP č. 5:

Otázka:

Touto cestou žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude akceptovať predloženie ponuky pre Časť č. 3: Sterilizačné obaly – netkaná textilía na viacvrstvovú polypropylénovú netkanú textíliu vhodnú na balenie zdravotníckych pomôcok za účelom sterilizácie a ochrany vysterilizovaného materiálu, ktorá má hmotnosť 43 g/m². Nami ponúkaný obal plne spĺňa požadovaný účel použitia a je vyrobený v súlade s normami ISO 11607 časť 1: 2020 a EN 868 časť 2:2025. Úpravou tohto parametra sa umožní účasť viacerým uchádzačom, čo má za následok získanie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, čo je princípom verejného obstarávania.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal požiadavku záujemcu na úpravu technickej špecifikácie v časti č. 3 – Sterilizačné obaly.

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať navrhovanú zmenu a trvá na pôvodne stanovenej technickej špecifikácii, vrátane požiadavky na viacvrstvovú polypropylénovú netkanú textíliu s plošnou hmotnosťou 55 – 65 g/m².

Požadovaný parameter vychádza z prevádzkových potrieb a skúseností odborných pracovísk nemocnice, ktoré predmetné sterilizačné obaly používajú pri balení zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu a následné skladovanie. Vyššia plošná hmotnosť materiálu zabezpečuje vyššiu mechanickú odolnosť obalu, lepšiu odolnosť proti pretrhnutiu a prepichnutiu, vyššiu bezpečnosť pri manipulácii so sterilným materiálom a spoľahlivejšiu ochranu sterility počas skladovania a transportu.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 38 86



www.fnsfdr.sk
apaxnerova@nspbb.sk

Skutočnosť, že ponúkaný výrobok spĺňa požiadavky noriem ISO 11607-1 a EN 868-2, sama osebe nepreukazuje jeho ekvivalenciu vo vzťahu k požadovanej plošnej hmotnosti materiálu. Uvedené normy stanovujú minimálne požiadavky na obalové systémy pre sterilizáciu, pričom jednotlivé výrobky sa môžu líšiť svojimi mechanickými vlastnosťami a úrovňou ochrany.

Verejný obstarávateľ preto považuje požiadavku na plošnú hmotnosť 55 – 65 g/m² za objektívne odôvodnenú a primeranú svojim potrebám a z uvedeného dôvodu trvá na pôvodnom znení opisu predmetu zákazky.

Na základe vyššie uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZoVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadanych verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 38 86



www.fnspfdr.sk
apaxnerova@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670