

Oznámenie o vykonaní nápravy

Podľa § 171 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) kontrolovaný môže po tom, ako mu boli doručené námietky vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námietok; o vykonaní nápravy bezodkladne odošle písomné oznámenie s uvedením spôsobu, akým bola náprava vykonaná, a to navrhovateľovi a známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom a úradu.

Na základe námietok doručených verejnému obstarávateľovi podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ v súlade s § 171 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vykonal z vlastnej iniciatívy nápravu a pristúpil k úprave požiadaviek na predmet zákazky uvedených v Prílohy č. 12 Technická špecifikácia_ROS súťažných podkladov a to nasledovne:

1. Pôvodné znenie požiadavky: Pojazdny systém pozostáva zo štyroch ramien - tj. tri ramená pre nástroje, jedno rameno pre kameru, ktoré sú umiestnené v operačnom poli pre zaistenie optimálneho prístupu k vykonaniu výkonu (tzv. multiportový prístup)

Nahradil novým znením požiadavky: Systém pozostáva zo štyroch robotických ramien — troch ramien pre chirurgické nástroje a jedného ramena pre kameru, ktoré sú umiestnené v operačnom poli pre zaistenie optimálneho prístupu k vykonaniu výkonu (tzv. multiportový prístup). Akceptované je konštrukčné riešenie so spoločným pojazdným systémom všetkých štyroch ramien (integrovaný multi-arm systém na jednom vozíku), ako aj riešenie so štyrmi samostatne stojacimi robotickými ramenami (modulárny systém), za predpokladu, že obidva konštrukčné koncepty garantujú požadovaný multiportový prístup k operačnému poľu, identickú funkčnosť, stabilitu, bezpečnosť prevádzky a rovnaký rozsah klinického využitia vo všetkých požadovaných chirurgických odbornostiach

2. Pôvodné znenie požiadavky: Dotykový ovládací panel alebo užívateľské menu na hlavnej obrazovke pre prístup k nastaveniam videa, užívateľského profilu a iných systémových nastavení.

Nahradil novým znením požiadavky: Dotykový ovládací panel alebo používateľské menu na hlavnej obrazovke, prípadne integrované ovládacie prvky a menu priamo na chirurgickej konzole alebo periférnom zobrazovacom zariadení, pre prístup k nastaveniam videa, používateľského profilu a ďalších systémových nastavení.

3. Požiadavka: Anatomicky vedený nácvik kľúčových krokov operácií – bola vypustená v plnom rozsahu bez nahradenia novou.

V zmysle vyššie uvedených skutočností, verejný obstarávateľ na svojom profile zverejní aktualizované znenie Prílohy č. 12_Technická špecifikácia_ROS_062526.